КРИОЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТОДОВ

УДК 620.187.3
БАК 02.00.10

Намба К. (Namba K.), PhD, **Като Т. (Kato T.)**, PhD, Осацкий университет (Япония),
keiichi@fbs.osaka-u.ac.jp

Перевод с английского: **Иванов С.А.**, Interactive Corporation

Знание трехмерной структуры биологических макромолекул и их комплексов важно для биологии, медицины, разработки лекарств. Все большее внимание исследователей в настоящее время привлекает криоэлектронная микроскопия, которая стала мощным инструментом структурного анализа с высоким разрешением, дополняющим возможности ядерного магнитного резонанса и рентгеноструктурного анализа. Можно ли отобразить и проанализировать структуры биомолекул, легко повреждаемых относительно низкими дозами облучения электронным пучком, с разрешением на атомном уровне в их естественных состояниях? Многолетний опыт работы авторов настоящей статьи позволяет дать однозначно положительный ответ на этот вопрос. В статье рассматриваются история вопроса, современные наработки авторов в области методов криоэлектронной микроскопии, а также перспективы их использования в будущих исследованиях.

В 2017 году Нобелевская премия по химии была присуждена Жаку Дюбоше из университета Лозанны (Швейцария), Иоахиму Франку из Колумбийского университета (США) и Ричарду Хендерсону из Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям (Великобритания) за их новаторские работы в области криоэлектронной микроскопии (криоЭМ) и анализа изображений для структурного анализа биологических макромолекул, таких как белки и нуклеиновые кислоты.

Пространственная структура биомолекул является основной и очень важной информацией, востребованной не только в биологии, но и в медицине и разработке лекарственных средств. При этом криоЭМ зарекомендовала себя как мощный инструмент структурного анализа, дополняющий возможности таких методов, как ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и рентгеноструктурный анализ. КриоЭМ привлекает к себе внимание исследователей благодаря тому, что она позволяет достигать практически атомного разрешения при структурном анализе очень малого количества раствора пробы, измеряемого десятками микрограмм, без необходимости ее кристаллизации. Упомянутые выше нобелевские лауреаты считаются основателями данного метода. В настоящей публикации мы рассмотрим концепцию криоЭМ и анализа получаемых изображений, историю, современное состояние и перспективы развития этого метода структурного анализа биологических объектов.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАКРОМОЛЕКУЛ МЕТОДОМ криоЭМ

Основные механизмы, определяющие биологическую активность, одинаковы для разных организ-

мов: от одноклеточных, таких как бактерии и дрожжи, до многоклеточных, таких как животные и растения, а также для людей, с характерной для них высшей нервной деятельностью. Функции биологической активности зависят от структуры белков и нуклеиновых кислот, отличающихся пространственным расположением в них тысяч или десятков тысяч атомов. В сравнении, например, с металлами или керамикой такие структуры динамичны, гибки и при этом подвержены влиянию тепловых флуктуаций. Одна из важных проблем наук о жизни – выяснение механизмов, которые определяют и отражают указанные функции, для чего требуется исследовать от сотен тысяч до нескольких миллионов пространственных структур различных биологических макромолекул в разных состояниях.

В сравнении с рентгеноструктурным анализом преимущество криоЭМ, особенно при анализе изображений отдельных частиц, выражается в отсутствии необходимости кристаллизации образца, причем, в отличие от ЯМР, не накладываются ограничения на максимальный размер молекулярных комплексов. Однако поскольку большинство межатомных соединений, поддерживающих трехмерную структуру макромолекул, – нековалентные, то есть представляют собой водородные связи, солевые мостики или обусловлены силами Ван-дер-Ваальса, такие структуры обладают на несколько порядков меньшей стойкостью к воздействию электронных пучков, чем металлы, керамика и полупроводники. Поэтому для получения изображений биологических макромолекул с высоким разрешением в их естественном состоянии и без существенного повреждения структуры необходимо перед съемкой

Рис.1. Принципиальная схема процесса анализа изображений частиц. Дельфины на схеме символизируют биомолекулы, заключенные в тонкую пленку стекловидного льда в различных ориентациях. Исходные криоЭМ-снимки их двухмерных проекций сильно зашумлены. Для улучшения отношения сигнал/шум проводятся классификация и сопоставление большого числа снимков, после чего создается трехмерное изображение молекулы

на просвечивающем криоэлектронном микроскопе (крио-ПЭМ) внедрить их в тонкую пленку аморфного льда путем быстрого замораживания водного раствора. Для этого крио-ПЭМ комплектуется специальным криогенным держателем с охлаждением образца жидким гелием или жидким азотом до достаточно низкой температуры, чтобы предотвратить кристаллизацию аморфного стекловидного льда.

Однако даже при низких температурах доза облучения электронным пучком, которую способны выдерживать биологические образцы без значительного повреждения их структуры на атомном уровне, не превышает $20\text{--}30 \text{ e}^-/\text{\AA}^2$. Поэтому получаемые в криоЭМ изображения имеют весьма низкое качество из-за высокого уровня собственного шума, обусловленного относительно небольшим числом электронов, попадающих на каждый пиксель чувствительной матрицы детектора, и шумов Ландау – большого разброса значений уровня сигнала при детектировании отдельных электронов. Поскольку снимки отдельных молекул, встро-

енных в аморфную ледяную пленку в разных ориентациях, отображают их двумерные проекции, важно собрать как можно больше изображений молекулы, классифицировать их по ориентациям и получить усредненный результат для каждой ориентации путем сопоставления изображений. Одновременно достигаются повышение уровня сигнала и снижение шума. Такая процедура называется усреднением двумерного класса. Затем определяют зависимости между усредненными двумерными изображениями каждой из ориентаций, после чего может быть реконструировано окончательное трехмерное изображение (рис.1). Для реализации структурного анализа важно использовать крио-ПЭМ с детектором изображений, который позволяет эффективно получать высококачественные изображения с высоким разрешением. Также требуются программы анализа изображений и высокопроизводительный компьютер. А теперь расскажем об истории разработки авторами настоящей статьи крио-ПЭМ собственной конструкции для решения вышеописанных

Рис.2. История развития крио-ПЭМ в научной группе авторов статьи. Впервые внедренные технологии и устройства выделены курсивом. На светло-синем фоне представлены сведения о наиболее важных научных результатах, полученных с использованием соответствующего прибора

задач и о некоторых полученных при его использовании результатах.

ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ крио-ПЭМ, СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ И МЕТОДОВ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

Автоэмиссионная электронная пушка

В Японии пионером в области криоЭМ стал Йошинори Фуджиеси, приглашенный профессор из Нагойского университета. В сотрудничестве с фирмой JEOL он разработал крио-ПЭМ, впервые в мире оснащенный очень стабильным криодержателем образцов с гелиевым

охлаждением, обеспечивший минимизацию радиационных повреждений образца до уровня, который позволил получать высококачественные изображения биологических макромолекул [1]. Авторы настоящей статьи начали сотрудничать с Фуджиеси примерно в 1990 году, решив использовать криоЭМ для структурного исследования бактериальных жгутиков, в частности, их строения и механизма вращения. Сначала мы применяли рентгеноструктурный анализ и рентгеновскую кристаллографию, так как разрешение криоЭМ в то время было недостаточным, однако ситуация изменилась с появлением крио-ПЭМ высокого разрешения, оснащенного

гелиевым криодержателем образцов. Фуджиеси научил авторов настоящей работы как основам криоЭМ, так и нюансам криоисследований, от установки образца на сетку ПЭМ до получения изображений замороженных во льду растворов белковых комплексов при минимальных дозах облучения электронными пучками.

Спустя примерно год Цунехару Нитта, директор центральной исследовательской лаборатории фирмы Panasonic (в настоящее время Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.) предложил одному из авторов настоящей работы возглавить собственную лабораторию в новом, ориентированном на фундаментальные исследования подразделении Лаборатории перспективных исследований. Последнюю Panasonic планировала организовать в наукограде Кейханна в качестве своего нового научно-исследовательского центра. Этому подразделению, названному Международным институтом перспективных исследований (International Institute for Advanced Research, IIAR), было обещано финансирование для разработки новых приборов рентгеноструктурного анализа и криоЭМ. Автор предложил д-ру Фуджиеси перейти на работу в IIAR, что создало перспективу его превращения в ведущий центр по разработке методов структурного анализа биологических макромолекул. По просьбе авторов настоящей статьи фирма JEOL установила свою новейшую разработку – автоэмиссионную электронную пушку с катодом Шоттки (термополевую электронную пушку) на вышеупомянутый крио-ПЭМ с гелиевым криодержателем образцов. Этот первый крио-ПЭМ с автоэмиссионной электронной пушкой получил обозначение JEM-3000SFF (G3 – третьего поколения) (рис.2) [1].

В 1994 году, с открытием института Panasonic в Кейханне, авторы переехали в новый лабораторный корпус и создали лабораторию на базе своего нового крио-ПЭМ. Благодаря высокой когерентности электронного пучка при полевой эмиссии было достигнуто ожидаемое существенное повышение качества и разрешения ЭМ-изображений. Группа Фуджиеси исследовала структуру мембранных белков, таких как бактериородопсины и аквапорины, в двумерных кристаллах, а группа авторов продолжила работы по анализу структуры крупных спиральных скоплений макромолекул – нитей бактериальных жгутиков. Поскольку тогда в качестве регистратора изображений можно было использовать только фотопленки, эффективность работы и скорость получения высококачественных изображений были очень низкими.

Структурный анализ прошел долгий путь, чтобы достичь разрешения, близкого к атомному. Тем не менее к середине 2000-х годов авторы добились впе-

чатляющих результатов в исследовании двумерных мембранных белковых кристаллов и макромолекулярных комплексов с атомным разрешением [2–6]. В частности, были получены снимки нитей бактериальных жгутиков с разрешением, близким к 4 Å, с четким отображением полипептидной основы и больших боковых цепей (рис.3). Этого удалось достичь благодаря тщательному анализу и отбору высококачественных криоЭМ-снимков филаментов жгутиков, состоящих из 40 тыс. молекул флагеллина [6]. На изображениях четко разрешались фолдинг полипептидного остова и большие боковые цепи.

Добавление энергетического омега-фильтра и ПЗС-детектора

В 2004 году лаборатория была переведена в корпус нанобиологии Высшей школы биологических и смежных наук Осацкого университета, которая была открыта двумя годами ранее. Незадолго до этого авторы получили финансирование от Министерства образования, культуры, спорта, науки и техники Японии и попросили JEOL предоставить новый крио-ПЭМ четвертого поколения (G4) с криодержателем образцов, охлаждаемым жидким гелием. Этот ПЭМ модели JEM-3200FSC (см. рис.2) [1] был разработан для центра SPring-8 филиала института физико-химических исследований RIKEN в Хариме. Одним из новшеств было применение встроенного в колонну микроскопа энергетического фильтра омега-типа. Этот фильтр был предназначен для улучшения отношения сигнал/шум на криоЭМ-изображениях за счет удаления большинства неупруго рассеянных электронов, утративших когерентность из-за потери собственной энергии и, следовательно, повышающих уровень фоновых шумов без улучшения детализации ЭМ-изображений. Авторы установили, что только благодаря этому энергетическому фильтру отношение сигнал/шум повысилось почти в два раза [7].

Второй новинкой была ПЗС-камера TVIPS F415MP с матрицей 4000×4000 пикселей, которая использовалась только для регистрации дифракции электронов из-за худшей, чем у фотопленки, разрешающей способности. В такой ПЗС-камере формирующие ЭМ-изображение электроны преобразуются в фотоны в тонком слое сцинтиллятора в верхней части оптоволоконной шайбы. Недостаточное разрешение обусловлено размытием изображений каждого электрона в результате его рассеяния в сцинтилляторе. Тем не менее ПЗС-камера заметно повысила эффективность и скорость сбора данных для получения высококачественных изображений, так как авторы получили возможность наблюдать снимки и их вид после фурье-преобразования сразу же

Рис.3. Молекулярная структура жгутиковой нити, полученная методом криоЭМ. Бактериальный жгутик – подвижная органелла с двигателем и спиральным нитевидным пропеллером. Жгутиковая нить представляет собой спиралевидную структуру из десятков тысяч молекул. С помощью крио-ПЭМ JEM-3000SFF и фотопленки для регистрации изображений авторы воспроизвели структуру жгутиковой нити с разрешением около 4 Å. Впервые были четко визуализированы изгибы главной цепи и крупные боковые цепи, что позволило построить полную атомную модель этой сложнейшей белковой системы

вслед за экспонированием, что дало быстрый и надежный инструмент для оценки качества и разрешения отдельных криоЭМ-изображений [7].

Дополнительный резкий рост эффективности был обеспечен повышением температуры образца с 4 К до примерно 50 К в результате прекращения подачи жидкого гелия из резервуара в колонне в держатель образца с верхней загрузкой. Хотя понижение температуры до 4 К способствует уменьшению радиационных повреждений образца, качество большинства изображений ухудшалось из-за локального смазывания. Последнее было вызвано электростатической зарядкой под действием электронного пучка вследствие крайне низкой электропроводности тонкой ледяной пленки образца при предельно низкой температуре. Как результат, лишь несколько процентов полученных изображений были пригодны для последующего анализа. Авторы решили эту проблему, подняв температуру образца примерно до 50 К, после чего повысилось качество большинства получаемых изображений, и они стали пригодны для анализа [7].

Перечисленные технологические усовершенствования позволили уменьшить сроки выполнения проектов с нескольких лет до считанных недель, начиная с получения первичных изображений, до создания их трехмерной реконструкции. Авторы получили возможность расшифровать структуры таких биомолекулярных систем, как бактериальные флагеллярные крючки, актиновая нить мышечной ткани, РаgМ-белковые микрофиламенты, обеспечивающие перемещение плазмид для деления бактериальных клеток, тонкая трубчатая игла системы секреции III типа, обеспечивающая вирулентность патогенных бактерий, а также актомиозиновый комплекс. Трехмерные изображения перечисленных структур были получены с разрешением 5–7 Å. На основе изображений кристаллических структур построены атомные трехмерные модели, объясняющие механизмы функционирования молекулярных систем [7–12]. С разрешением 3,8 Å за примерно две недели было получено изображение цилиндрической структуры, образованной белком оболочки вируса табачной мозаики, что позволило визуализировать многие боковые цепочки

(исследователь – Такаши Фуджи, результаты пока не опубликованы).

Гелиевый криодержатель образцов с боковой загрузкой

Разработанная Фуджиеси в 1980-х годах конструкция охлаждаемого жидким гелием держателя образцов с верхней загрузкой применялась без существенных изменений более 10 лет. Она отличалась высокой механической стабильностью, однако не позволяла реализовать криоэлектронную томографию, так как не был предусмотрен механизм наклона держателя образцов. Был создан специальный держатель образцов для съемки двухмерных кристаллов под разными углами, позволявший покрыть большую часть трехмерного пространства Фурье с целью получения трехмерных изображений с высоким разрешением, но его настройка требовала много времени. Поэтому Фуджиеси подал заявку на получение государственного финансирования разработки фирмой JEOL принципиально нового держателя образцов с механизмом изменения угла наклона. К проекту присоединился один из авторов настоящей статьи. В результате был разработан крио-ПЭМ шестого поколения (G6) (см. рис.2). JEOL построила два таких крио-ПЭМ, которые были установлены в 2006 году в Киотском и Осацком университетах [1].

Как уже было отмечено выше, одним из главных предметов исследования для авторов был двигатель, вращающий спиральную жгутиковую нить и создающий эффект вертолетного винта, который обеспечивал силу тяги для движения бактерий. Чтобы понять механизм вращения такого двигателя, требовалась информация о структуре базального тела жгутика, закрепленного в клеточной мембране. Задача осложнялась тем, что важные компоненты системы, например статорные блоки, открепляются от базального тела во время его отделения и очистки, поэтому рабочая структура жгутикового двигателя не может наблюдаться, когда он изолирован от клетки. По этой причине авторы хотели создать на базе нового крио-ПЭМ метод криоэлектронной томографии (криоЭТ) для наблюдения *in situ* структур биомолекулярных комплексов внутри клеток. Вначале пробовали визуализировать функциональную структуру двигателя в клеточных мембранах, быстро замораживая целые бактериальные клетки на сетках для ПЭМ и записывая наборы их изображений под разными углами наклона. Однако поскольку диаметр клеток сальмонеллы близок к 1 мкм, а при угле 60° путь электронов почти удваивается, даже энергии 300 кэВ было недостаточно, чтобы электроны проходили сквозь клетку и упруго рассеивались в ней, формируя высоко-

качественное ЭМ-изображение. В результате визуализировать структуру базального тела *in situ* удалось только через несколько лет, когда методом генной инженерии были созданы "мини-клетки" – уменьшенные модели природных клеток сальмонеллы [13].

Чтобы еще более повысить скорость сбора данных для структурного анализа изображений отдельных частиц, в 2011 году авторы решили использовать держатель образцов с боковой загрузкой, разработанный JEOL и обеспечивавший возможность автоматизации сбора и обработки данных с компьютерным управлением. Эта модернизированная версия крио-ПЭМ получила обозначение G6N (модернизированный крио-ПЭМ шестого поколения) (см. рис.2).

Использование нового держателя образцов в комбинации с измененным полюсным наконечником объективной линзы не только улучшило удобство работы, но и повысило разрешение изображений, что даже превзошло ожидания. Один из стандартных методов проверки максимально достижимого разрешения крио-ПЭМ заключается в получении изображения контрольного образца, например, тонкой пленки аморфного платино-иридиевого сплава, в условиях дефокусировки, составляющей около 1 мкм. На фурье-образе полученного изображения чередуются светлые и темные кольца (кольца Тона) (рис.4). Подобный способ часто использовался авторами для проверки ЭМ-изображений замороженных во льду биомолекул, а большое значение дефокусировки необходимо для повышения контраста изображений с низким разрешением, чтобы сделать возможным анализ изображений этих биомолекул. Использование в качестве тест-объекта тонкой пленки сплава позволяет экспонировать его высокоэнергетическими пучками электронов без риска повреждения образца, чтобы оценить широкий спектр сигналов и воспроизвести кольца Тона, соответствующие максимально возможному разрешению. Тест на разрешение, выполненный после завершения установки криоПЭМ G6N, показал разрешение выше 2,0 Å. Следует отметить, что для отображения кольца, соответствующего максимально возможному разрешению в условиях сильной дефокусировки, электронно-оптическая система крио-ПЭМ должна обеспечивать получение параллельного пучка электронов для освещения образца. К счастью, полюсный наконечник объективной линзы этого крио-ПЭМ был разработан таким образом, чтобы указанное требование выполнялось практически при любых условиях формирования изображения, практически вне зависимости от пользовательских настроек.

С переходом на использование крио-ПЭМ G6N возникли новые проблемы. Хотя держатель образца по-преж-

Рис.4. Кольца Тона на фурье-образе изображения тонкой пленки платино-иридиевого сплава. Снимок, полученный на прототипе CRYO ARM при дефокусировке около 1 мкм и ускоряющем напряжении 200 кВ, свидетельствует о максимальном разрешении около 1,8 Å

нему охлаждался жидким гелием, температура образца была немного выше, чем у модели G4 с держателем с верхней загрузкой, но ее невозможно было поднять до 50 К, как это делалось авторами раньше. Кроме того, в то время поставки гелия во всем мире стали ограничиваться и цены на него выросли. Система охлаждения держателя образцов микроскопа была подсоединена к системе подачи жидкого гелия Центра низких температур Осацкого университета, однако линия рециркуляции часто вызывала проблемы в работе из-за загрязнения гелия воздухом. В итоге в 2012 году авторы решили прекратить использование гелия, заменив его жидким азотом.

Выяснилось, что жидкий азот позволяет стабильно поддерживать температуру образца на уровне 77 К

в течение 7–8 часов. Благодаря использованию предоставленного TVIPS программного обеспечения для управления ПЗС-камерой, стал возможен практически автоматический сбор данных, что значительно повысило эффективность модернизированного крио-ПЭМ.

Замена фотопленки детектором

И наконец, важнейшей вехой в развитии криоЭМ стала установка на микроскоп цифровой камеры на базе КМОП-матрицы с прямой регистрацией электронов. Группа Дэвида Агарда из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в сотрудничестве с фирмой Gatan – одним из крупнейших производителей цифровых камер для электронной микроскопии – разработала такое устройство на базе КМОП-матрицы для регистрации рентгеновских изображений, созданной ранее коллегами из Калифорнийского университета в Беркли. Фирма Gatan завершила разработку этой системы и начала ее серийное производство в 2013 году под названием K2 Summit. КМОП-матрица данной камеры обладала прекрасными характеристиками: размер матрицы – 4000×4000 пикселей, устойчивость к прямому облучению электронами высокой энергии, ускоренными до 300 кэВ и выше, минимальное размытие изображения при рассеянии электронов в очень тонком детектирующем полупроводниковом слое, а в качестве вишенки на торте – скорость регистрации данных 16-мегапиксельной матрицей составила 400 кадров/с, что позволило проводить подсчет отдельных электронов.

Поскольку типичная для криоЭМ общая доза электронов составляет 20–30 $e^-/\text{Å}^2$ за одну секунду экспозиции, число электронов, попадающих на плоскость КМОП-матрицы при получении одного снимка, ограничено, и становится возможно подсчитать отдельные электроны при десятикратном снижении дозы и соответствующем увеличении времени экспозиции. Подсчет отдельных электронов дает огромное преимущество для снижения уровня шума на изображении. Напомним, что для криоЭМ характерен высокий уровень статистического шума в полезном сигнале, так как число электронов, формирующих изображение, мало из-за работы с низкими дозами излучения для минимизации радиационных повреждений образцов. Избежать этого невозможно. Однако подсчет отдельных электронов позволяет свести к минимуму шум Ландау – внутренний шум детектора, вызванный большим разбросом амплитуды сигнала, который свойственен всем типам детекторов изображения с накоплением энергии, таким, как ПЗС-детекторы, предназначенные для регистрации отдельных электронов.

Ифан Ченг из Калифорнийского университета в Сан-Франциско добился наибольшей эффективности использования цифровых систем регистрации изображений на основе КМОП-матриц, разработав способ получения четких высококачественных криоЭМ-изображений белков с записью видеоизображений с последующей коррекцией механического дрейфа. Он и его коллеги выполнили успешный анализ трехмерной структуры мембранного белка канала рецептора TRPV1, который отвечает за ощущение тепла и вкуса острых специй, используя небольшие количества растворов образцов, из которых группа их коллег в течение многих лет безуспешно пыталась вырастить кристаллы для рентгеноструктурного анализа. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature в конце 2013 года [14, 15]. Модель этой структуры с разрешением 3,4 Å была получена путем анализа около 100 тыс. изображений отдельных частиц белка, которые выбрали из примерно 1000 крио-ПЭМ-снимков. Эти снимки были выполнены при исследовании небольшого количества раствора образца, содержащего солюбилизованный детергентом белок. После обработки каждого кадра, полученного в режиме подсчета отдельных электронов, создавались 80-кадровые анимационные фильмы, воспроизводившиеся со скоростью 5 кадров/с. Затем выполнялась коррекция перемещения образца для минимизации размытия изображения, вызванного механическим дрейфом держателя образца и деформациями пленки льда под электронным пучком. В результате были получены изображения с очень высокой четкостью [16].

В 2015 году авторы установили на свой крио-ПЭМ G6N ПЗС-камеру K2 Summit фирмы Gatan. Работа в видео-режиме позволила получить изображения структур различных биомолекул, включая мембранные белки, с разрешением, близким к атомному. Самое высокое разрешение, которое было достигнуто, составило 2,7 Å при анализе структуры тонкой игольчатой трубки системы секреции III типа бактерий *Shigella* (исследователи – Т.Фудзии и Ю.Ямада, результаты не опубликованы). Поскольку разрешение в значительной степени зависит от структурной стабильности молекулы образца и толщины тонкой пленки льда на сетке крио-ПЭМ, при использовании более качественного образца и сетки ПЭМ возможно достичь разрешения лучше 2,0 Å.

РАЗРАБОТКА CRYO ARM

В конце 1990-х годов разработку серийных крио-ПЭМ сверхвысокого разрешения для биологических исследований начала фирма FEI, с 2017 года принадлежащая компании Thermo Fisher Scientific. В 2004 году она представила модель Polara, а в 2008 году – электронный микро-

скоп Titan Krios. Модель Titan Krios удобна в эксплуатации и отличается возможностями хранения в магазине до 12 крио-сеточек с образцами и их автоматической загрузки в держатель образцов, охлаждаемый жидким азотом до температуры около 90 К. При этом Titan Krios позволяет выполнять автоматический сбор данных с выбранных участков для последующей записи изображений после того, как пользователи оценят качество образца. Эта модель высоко оценена пользователями по всему миру за возможность получения изображений с высоким разрешением, а также удобство наблюдения трехмерных изображений клеточных структур методом электронно-лучевой томографии при использовании программы анализа изображений отдельных частиц, поскольку оба метода требуют сбора большого количества крио-ПЭМ-изображений.

JEOL в 2009 году представил модель JEM-ARM200F (ARM – микроскоп с атомным разрешением), позиционируя ее как ПЭМ высокого разрешения для материаловедческих исследований. Новая модель получила высокую оценку во всем мире, поэтому возникла идея использовать ее как базу для создания серийного крио-ПЭМ, оснащенного современной электронной оптикой сверхвысокого разрешения. Однако требовалось разработать ряд дополнительных устройств, в частности, высокостабильный охлаждаемый жидким азотом держатель образцов с компьютерным управлением, который мог бы позволить максимально использовать высокие рабочие характеристики электронной оптики, автозагрузчик крио-сеточек с образцами, более удобный для пользователя, чем устройство, реализованное в TitanKrios, а также систему автоматической подачи жидкого азота. В колонне крио-ПЭМ целесообразно использовать энергетический фильтр Ω -типа для отсеивания неупруго рассеянных электронов и повышения отношения сигнал/шум, а также быстрого измерения толщины ледяной пленки для оценки выбора конкретной сеточки с образцом.

Примерно в то же время, когда возникла идея создания нового крио-ПЭМ, Японское общество продвижения науки объявило о запуске "Программы создания современной научно-исследовательской инфраструктуры", в рамках которой в 2010 году финансирование получил Т.Янагида, директор Центра количественных биологических исследований (QBiC) института RIKEN (также заслуженный профессор Осацкого университета и директор Центра информации и нейронных сетей) для создания центра QBiC. Эти средства были выделены институту RIKEN и Осацкому университету для совместных исследовательских проектов. Авторы предложили использовать часть бюджета для разработки нового удобного

Рис.5. Структура β -галактозидазы, полученная с разрешением 2,6 Å на CRYO ARM. Некоторые части молекулы воспроизведены с разрешением до 2,0 Å, например, в структуре треонина видно отверстие в центре шестиугольника. Ускоряющее напряжение – 200 кВ; размер пикселя – 0,8 Å; число полученных изображений – 2500 за три дня; исходных снимков частиц – 350 000; для 3D-реконструкции отобрано 88 564 снимков

в управлении крио-ПЭМ высокого разрешения и получили разрешение привлечь к проекту фирму JEOL. Авторы передали техническим специалистам фирмы JEOL свои идеи о концепции нового прибора и требуемых технических характеристиках. Прототип нового крио-ПЭМ планировалось создать к весне 2014 года. Рабочим названием стало CRYO ARM (см. рис.2). Одной из приоритетных целей было достижение разрешения лучше 2,0 Å.

По ряду причин сроки разработки пришлось prolongировать, и прототип нового крио-ПЭМ был установлен в мае 2016 года в лаборатории авторов, размещавшейся в корпусе "Нанобиология". Поскольку проектирование велось в то время, когда полевая электронная пушка с холодным катодом была еще не готова, прибор получил обычную версию термополевой пушки с катодом Шоттки и ускоряющим напряжением 200 кВ. Съемка тонкой пленки платино-иридиевого сплава с дефокусировкой 1 мкм показала разрешение лучше 1,8 Å (см. рис.4). При проверке возможностей CRYO ARM авторами были подготовлены сеточки со множеством различных биомолекулярных образцов и получено большое количество криоЭМ-изображений для анализа их структур с оценкой пространственного разрешения и производительности прибора. Тщательно изучались и оценивались такие качества нового крио-ПЭМ, как удобство управляющего программного обеспечения, удобство и скорость ручной и автоматизированной загрузки образцов при использовании автозагрузчика, эффективность автоматической

регистрации изображений, возможности полностью автоматизированного сбора данных в ПО JADAS. Данная информация была передана инженерам-разработчикам фирмы JEOL для последующего исправления обнаруженных недостатков.

Как и предполагалось, серьезной отладки требовали автозагрузчик и криостанция, при этом инженерам JEOL пришлось дорабатывать конструкцию этих систем и их блоков, иногда даже с заменой используемых материалов, доставляя новые детали с завода JEOL в Акишине, а также неоднократно приезжать для регулировки датчиков и сервоприводов. Ремонт и регулировки требовались почти каждую неделю в течение примерно полугода с момента установки прибора. Была серьезно доработана конструкция держателя образцов для повышения его точности и надежности, а также улучшено управляющее программное обеспечение, в том числе добавлены кнопки на дисплее для включения режима параллельного освещения и юстировки электронно-оптической колонны с целью компенсации коматической аберрации.

В методе криоЭМ применяется настолько большое количество ноу-хау, накопленных за годы его развития, что система крио-ПЭМ может работать хорошо только при условии их широкого внедрения в конструкцию для обеспечения высоких рабочих характеристик оборудования. Инженеры фирмы JEOL сделали все для того, чтобы новый крио-ПЭМ заработал так, как хотелось авторам настоящей работы.

Рис.6. Замена термополевой пушки автоэлектронной пушкой с холодным катодом обеспечила существенное повышение разрешения. Изображения тонкой пленки Pt/Ir записывались при дефокусировке 1 мкм. Детектор – Gatan Ultrascan 1000XP. Исследование выполнили в JEOL Хирофуми Иидзима, Такеши Канеко, Сохеи Мотоки, Исаму Исикава и Йошихиро Окура

К февралю 2017 года все функции прототипа CRYO ARM начали стабильно работать, и с тех пор у авторов ни разу не возникло серьезных проблем.

В качестве тестового образца для проверки разрешения авторы использовали β -галактозидазу. Особое внимание было уделено оценке стабильности работы системы автоматической регистрации изображений JADAS, которую JEOL разрабатывал на протяжении многих лет, чтобы сделать сбор данных максимально удобным и эффективным для каждого пользователя прибора. После нескольких обновлений ПО, летом 2017 года авторы смогли за три дня получить 2500 снимков β -галактозидазы и создали на их основе около 350 тыс. изображений отдельных частиц, из которых около 88 тыс. прошли 2D- и 3D-классификацию в системе Relion 2.0 [17]. На их базе была реализована трехмерная реконструкция структуры молекулы с разрешением 2,6 Å (рис.5) (Такаюки Като, ID EMDb: 6840).

В июне 2017 года фирма JEOL представила новый крио-ПЭМ в качестве коммерческого продукта, доступного в двух модификациях: CRYO ARM 200 и CRYO ARM 300 (цифры в названии каждой модели указывают

на максимальное ускоряющее напряжение). В отличие от прототипа, эти модели были укомплектованы электронной пушкой с холодным катодом и фазовой пластиной без отверстий. Последняя полезна при анализе биомолекул с молекулярной массой ниже 150 кДа. Когерентность электронного пучка электронной пушки с холодным катодом значительно выше, чем у термополевой пушки, из-за примерно вдвое меньшего энергетического разброса электронов в пучке. Следовательно, установка новой пушки должна заметно усилить сигнал при высоком разрешении. Действительно, при сравнении дефокусированных изображений платино-иридиевой пленки, полученных на микроскопах, оборудованных пушкой с холодным катодом и пушкой с термополевой эмиссией, различие в разрешении было очевидно. В то время как у термополевой пушки предел разрешения, измеренный по кольцам Тона, составлял 1,8 Å при ускоряющем напряжении 200 кВ, у автоэмиссионной пушки с холодным катодом он был равен 1,5 Å при 200 кВ и 1,1 Å при 300 кВ (рис.6). Таким образом, мечта исследователей о достижении разрешения 1 Å может стать реальностью, если удастся

разработать и внедрить сверхстабильный криодержатель образцов (см. рис.6).

Другое направление развития систем криоЭМ – значительное увеличение производительности структурного анализа благодаря внедрению программного обеспечения для поточной обработки снимков, которое обеспечит анализ изображений в реальном времени. В будущем системы, основанные на искусственном интеллекте, смогут без вмешательства человека оценивать качество полученных изображений и принимать решение о выборе наилучшей области анализа образца либо по его замене на следующий хранящийся в магазине автозагрузчика. Авторы продолжают сотрудничество с JEOL в области разработки таких решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку механизмы жизнедеятельности организмов определяются взаимодействиями в динамических

системах биомолекул, информация об атомном уровне структуры биомолекулярных комплексов, проходящих стадии ассоциации и диссоциации, имеет чрезвычайно важное значение. Благодаря последним достижениям в области криоЭМ, появилась возможность изучения структуры биомолекул, которые ранее были недоступны для исследования из-за трудности получения кристаллов или из-за их слишком большого размера. Роль криоЭМ в развитии биологии, медицины и разработке лекарственных препаратов трудно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что содействие прогрессу в области криоЭМ с целью повышения ее технических возможностей является одним из важнейших вопросов для будущего человечества.

Авторы благодарят Йошинори Фуджисе и всех сотрудников фирмы JEOL, которые помогли в исследованиях в области структурной биофизики, а также в техническом развитии метода криоЭМ и его приложений.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Fujiyoshi Y.** Observation of membrane proteins through an electron beam // JEOL News. 2009. No. 44. P. 23–31.
2. **Kimura Y., Vassilyev D.G., Miyazawa A., et al.** Surface of bacteriorhodopsin revealed by high-resolution electron crystallography // Nature. 1997. No. 389. P. 206–211.
3. **Murata K., Mitsuoka K., Hirai T., et al.** Structural determinants of water permeation through aquaporin-1 // Nature. 2000. No. 407. P. 599–605.
4. **Miyazawa A., Fujiyoshi Y., Unwin N.** Structure and gating mechanism of the acetylcholine receptor pore // Nature. 2003. No. 423. P. 949–955.
5. **Gonen T., Cheng Y., Sliz P., et al.** Lipid-protein interactions in double-layered two-dimensional AQP 0 crystals // Nature. 2005. No. 438. P. 633–638.
6. **Yonekura K., Maki-Yonekura S., Namba K.** Complete atomic model of the bacterial flagellar filament by electron cryomicroscopy // Nature. 2003. No. 424. P. 643–650.
7. **Fujii T., Kato T., Namba K.** Specific arrangement of alpha-helical coiled coils in the core domain of the bacterial flagellar hook for the universal joint function // Structure. 2009. No. 17. P. 1485–1493.
8. **Fujii T., Iwane A.H., Yanagida T., Namba K.** Direct visualization of secondary structures of F-actin by electron cryomicroscopy // Nature. 2010. No. 467. P. 724–728.
9. **Gayathri P., Fujii T., Møller-Jensen J., et al.** A bipolar spindle of antiparallel ParM filaments drives bacterial plasmid segregation // Science. 2012. No. 338. P. 1334–1337.
10. **Fujii T., Cheung M., Blanco A., et al.** Structure of a type III secretion needle at 7-Å resolution provides insights into its assembly and signaling mechanisms // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012. No. 109. P. 4461–4466.
11. **Fujii T., Namba K.** Structure of actomyosin rigour complex at 5.2 Å resolution and insights into the ATPase cycle mechanism // Nature Communications. 2017. No. 8. Article number: 13969.
12. **Fujii T., Kato T., Hiraoka K.D., et al.** Identical folds used for distinct mechanical functions of the bacterial flagellar rod and hook // Nature Communications. 2017. No. 8. Article number: 14276.
13. **Kawamoto A., Morimoto Y.V., Miyata T., et al.** Common and distinct structural features of Salmonella injectisome and flagellar basal body // Scientific Reports. 2013. No. 3. Article number: 3369.
14. **Liao M., Cao E., Julius D., Cheng Y.** Structure of the TRPV1 ion channel determined by electron cryo-microscopy // Nature. 2013. No. 504. P. 107–112.
15. **Cao E., Liao M., Cheng Y., Julius D.** TRPV1 structures in distinct conformations reveal activation mechanisms // Nature. 2013. No. 504. P. 113–118.
16. **Li X., Mooney P., Zheng S., et al.** Electron counting and beam-induced motion correction enable near-atomic-resolution single-particle cryo-EM // Nature Methods. 2013. No. 10. P. 584–590.
17. **Kimanius D., Forsberg B.O., Scheres S.H., Lindahl E.** Accelerated cryo-EM structure determination with parallelisation using GPUs in RELION-2 // eLIFE. 2016. No. 15. e18722.

JEOL
70 лет

высокие технологии JEOL

служат прогрессу науки и
человеческого общества

**Криоэлектронная
микроскопия JEOL –
шаг в яркое будущее наук о жизни**

Jem-Z300FSC (CRYO ARM 300)

**полевой эмиссионный
криоэлектронный микроскоп**

Структурный анализ клеток и биологических молекул на субнанометровом уровне без фиксации, окрашивания и кристаллизации.

Беспрецедентные разрешение и контрастность изображений.

Максимальная автоматизация всех этапов измерения.

Высокая надежность аппаратного и программного обеспечения.

ООО “ДЖЕОЛ (РУС)”

www.jeolrus.com

www.jeol.co.jp/en