МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

УДК 621.384.8
БАК 02.00.02

Чижов А.О., к.х.н., ИОХ РАН, chizhov@ioc.ac.ru,
Буряк А.К., чл.-корр. РАН, д.х.н., ИФХЭ РАН, akburyak@mail.ru

Масс-спектрометрия – бурно развивающееся направление химического анализа. Масс-спектрометрические методы применяются во многих областях науки и техники, медицине, криминалистике и др. Широкое использование, в том числе неспециалистами, и достаточно частое упоминание термина в СМИ при отсутствии понятия о физических основах метода приводит к возникновению мифов. В настоящей статье рассмотрены основные заблуждения, приводящие к принятию ошибочных решений, получению ложных результатов и проявлениям масс-спектрометрической мифологии в научных публикациях, технологии и научном администрировании.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Как возникают мифы? Об этом много написано в учебниках по истории древнего мира и античной философии: фантастические объяснения природных явлений были неизбежны на заре развития человеческой цивилизации, поскольку объем первоначальных знаний был ничтожен и, главное, не был выработан научный метод исследования. За тысячелетия наука шагнула далеко вперед, и созданные на ее достижениях высокие технологии пронизывают жизнь миллиардов людей. Давно никого не удивляют сообщения о полетах в космос и погружениях в глубины мирового океана, компьютеры и смартфоны стали предметами обихода и используются практически каждым минимально обеспеченным жителем развитых стран. То же можно сказать и про образование: школьные аттестаты есть у всех психически здоровых взрослых граждан, а высшее, университетское образование номинально доступно каждому обладателю аттестата.

Почему же в современном обществе, в XXI веке, существуют мифы? Почему они циркулируют даже в среде научных работников, то есть людей, сама деятельность которых подразумевает материалистическое мировоззрение и рациональность мышления? Далеко не всегда мифотворчество и распространение мифологием можно объяснить корыстным умыслом политиков, идеологов или коммерсантов – многие современные мифы явно не содержат пропагандистской составляющей и возникли иначе, по каким-то глубинным социально-психологическим причинам. Вот что об этом сообщает Википедия: "В технической цивилизации существует своя мифология. Основой технической мифологии является ритуальная рациональность: расчетливость и планирование,

устранение неоднозначностей, попытка сведения всего к исчислимой форме. При соприкосновении с новой областью непознанного наука порождает свои "гносеологические" мифы" [1]. Другая статья Википедии: "Научный миф – мифическое знание, черпающее свой материал из науки и имеющее характерную для науки рационализированную форму... Так, методологический научный миф может стать результатом ложного обобщения, восприятия единичного события как представителя всего класса подобных событий. Когда такой миф покидает пределы профессионального научного сообщества, он становится фактуальным – ошибки научной методологии принимаются массовым сознанием за доказанный наукой факт..." [2].

Ироничное обобщение написанного выше было коротко сформулировано Артуром Кларком в его третьем законе: "Любая достаточно развитая технология неотличима от магии" [3]. Действительно, массовый пользователь устройства, будь то персональный компьютер, личный автомобиль или стиральная машина, не обязан знать, как создается цветное изображение на ЖК-дисплее, поддерживается синхронизация впрыска топлива и системы зажигания или обеспечивается последовательность циклов стирки и отжима белья. Современный техник-ремонтник, к которому обращается тот же массовый пользователь при неполадках, после проведения автоматизированной диагностики предпочитает заменять неисправный блок на новый, так как ему некогда вникать в причину проблемы. Некогда читать толстые инструкции (maintenance manuals), вузовские учебники и, тем более, скучнейшие патенты с многомиллионными порядковыми номерами – да это и не нужно для достижения результата. Нажмешь одну кнопку – и твоя техника сделает одно, нажмешь другую – другое, надо только

Александр Олегович ЧИЖОВ

кандидат химических наук, старший научный сотрудник Лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ИОХ РАН

Родился в 1961 году, в 1983 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию по теме "Структура ламинаранов, резервных глюканов бурых водорослей" (1994 год) в ИОХ РАН, работал в Имперском Колледже (Лондон, Великобритания) и Университете Вирджинии (Шарлоттсвилл, США). С 2001 года по настоящее время работает в ИОХ РАН.

Области научных интересов: органическая масс-спектрометрия, химия и биохимия углеводов.

Алексей Константинович БУРЯК

директор ИФХЭ РАН, член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор

Родился в 1960 году, в 1982 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2000 году – докторскую диссертацию по теме "Идентификация изомеров хромато-масс-спектрометрическим и молекулярно-статистическим методами". В настоящее время является председателем диссертационного Совета по специальности "Физическая химия", заместителем председателя Ученого совета ИФХЭ РАН, председателем секции "Кинетика и динамика обменных процессов" Научного совета РАН по физической химии, президентом Всероссийского масс-спектрометрического общества, главным редактором журнала "Лаборатория и производство" и заместителем главного редактора журналов "Физическая химия" и "Сорбционные и хроматографические процессы".

Области научных интересов: адсорбция и химия поверхности, хромато-масс-спектрометрия. Автор более 300 научных публикаций.

запомнить магию клавиш и нажимать их в правильном порядке, который изложен в тоненькой пользовательской инструкции (user's manual). Здесь уместно процитировать слова Сима Симыча Карнавального, колоритного персонажа романа В.Н.Войновича "Москва-2042": "Дело не в том, что не читают, а в том, что не дочитывают". Хотя сказано им это было по иному поводу...

Мы не претендуем на полноту освещения технической мифологии современности. Изложенное ниже не является строгим исследованием, а лишь обобщением впечатлений от сорокалетней деятельности авторов в области исследовательской масс-спектрометрии.

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Масс-спектрометрию можно определить как совокупность инструментальных методов, основанных на определении отношения массы к заряду путем разделения заряженных частиц в газовой фазе и регистрации разделенных ионов [4]. За время, прошедшее от создания Дж.Дж.Томпсоном и Ф.Астоном первого масс-спектрометра (1910-е годы) [5, 6], появились чрезвычайно разно-

образные, совершенно непохожие как внешне, так и по устройству масс-спектрометры для решения сложных и очень разнородных задач.

Современные области приложения масс-спектрометрии перечислены в табл.1.

Понятно, что потребителями результатов, полученных методами масс-спектрометрии, могут быть специалисты, далекие не только от физической химии изолированных ионов, но и от естественных и прочих наук вообще. Более того – иногда они могут быть и операторами специализированных масс-спектрометров, причем эта тенденция со временем будет только нарастать. Грэхэм Кукс, один из крупнейших американских масс-спектрометристов нашего времени, считает, что в ближайшем времени могут появиться портативные масс-спектрометры, рассчитанные на домохозяек – например, для анализа качества пищевых продуктов в домашних условиях [7].

Нет сомнения, что такого рода операторы смогут работать не иначе, как запомнив ключевые последовательности действий, своего рода ритуальную рацию-

Табл.1. Основные области применения масс-спектрометрии

Тип анализа	Группа задач/отрасль
Органическая масс-спектрометрия (в научных исследованиях)	Доказательство структуры новых соединений
	Идентификация известных веществ
Аналитическая масс-спектрометрия (анализ органических веществ и материалов)	Биомедицинская масс-спектрометрия (например, клинические анализы)
	Фармакохимия и фармакокинетика
	Судебно-медицинская химия
	Допинг-контроль в спорте
	Фитохимия, агрохимия, химия пищевых продуктов
	Контроль качества в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности
	Анализ окружающей среды, в том числе выявление и количественное определение антропогенных загрязнений
Изотопный анализ	Анализ стабильных изотопов органических (биомедицинская химия, судмедэкспертиза, археология) и неорганических (геология) материалов
	Анализ радиоактивных изотопов (атомная промышленность)
Неорганический анализ (масс-спектрометрия индуктивно-связанной плазмы)	Геология
	Науки о материалах
	Контроль качества воды и пищи
Масс-спектрометрическая визуализация	Исследования биологических объектов (медицина, биология)
	Исследования неорганических материалов
Экспресс-анализы для армии и полиции	Определение взрывчатых и отравляющих веществ, наркотиков
Исследование внеземного вещества и космического пространства	Астрофизика, космохимия

нальность (см. выше, [1]). Такого рода подход открывает дорогу к "карго-культу" современного массового человека – отношению к науке и технологии как к магии. И если у рядового работника обожествлению прибора может препятствовать повседневный опыт, он же "здравый смысл", то у тех, кто уже оторвался от земли и мыслит глобально, полет фантазии неостановим. Это относится вовсе не к космонавтам, а к руководителям – людям, принимающим решения. Среди них распространен самый вредоносный миф. Мы присвоили ему первый номер.

МИФ №1: СУЩЕСТВУЕТ САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТР

Состав приборного парка организации зависит от руководства разного уровня, распределяющего деньги и другие ресурсы. В бюрократической системе принятия решений руководители, наделенные полномочиями, как правило, не обладают компетентностью и руководствуются самыми разными соображениями (вовсе не обязательно коррупционными – они могут быть вполне благими!), которые редко соответствуют реальности. Мы не можем читать мысли, но по косвенным признакам образ идеального прибора в голове "эффективного менеджера", нацеленного на производство формальной отчетности, выглядит примерно так, как изображено на рис.1.

Тезис "масс-спектрометр – машина для анализа" не учитывает существенного нюанса: нет масс-спектрометра, при помощи которого можно решить любую аналитическую задачу. Выбор масс-спектрометра зависит от молекулярной массы искомого вещества, сложности изучаемого объекта (чистое вещество или сложная смесь), требуемой или достаточной разрешающей способности, скорости анализа и необходимости экспрессности, мобильности оборудования (лабораторное или портативное), окружающей среды, квалификации персонала и, конечно, доступных денежных средств. В административной системе последний критерий имеет решающее значение: каждая организация стремится к максимизации получаемого бюджета. "Эффективный менеджер", не представляющий реальной проблематики, обычно считает, что чем дороже масс-спектрометр, тем он лучше. Это далеко не всегда так: выбор подходящего прибора для решения реальной задачи есть результат компромисса. Нарушение этого правила приводит к бессмысленным покупкам дорогой аппаратуры, которую невозможно применить. Например, прибор стоимостью около 800 тыс. долл. США, созданный для скорострельной протеомики, не должен покупать институт, занятый исследованием незамысловатых органических реакций,

Рис.1. Самый лучший в мире масс-спектрометр.
Рисунок Я.М.Петрунина

для контроля которых лучше всего подошел бы газовый хромато-масс-спектрометр с квадрупольным анализатором. Во-первых, последний стоит примерно в четыре раза дешевле, во-вторых, масс-спектрометр с матрично-активированной лазерной десорбцией-ионизацией (МАЛДИ) для таких задач – крайне неудачный выбор. Для анализа смесей пептидов ситуация была бы противоположной. Базовая информация для выбора масс-спектрометра в зависимости от стоящих перед исследовательской организацией задач представлена в табл.2 и 3.

МИФ №2: МАСС-СПЕКТРОМЕТР ОПРЕДЕЛЯЕТ МОЛЕКУЛЯРНУЮ МАССУ

Среди химиков старшего поколения распространено заблуждение, что масс-спектрометр выдает непосредственно массу молекул исследуемых соединений. Это суждение некорректно по определению, поскольку масс-спектрометрия имеет дело с ионами, характеристика которых – отношение массы к заряду. Почему возник и оказался живуч этот миф? С начала 1960-х по конец 1980-х годов. для большинства исследователей были доступны только масс-спектрометры с ионизацией электронами, имевшие низкую разрешающую способность. Для интерпретации масс-спектров низкого разрешения можно пренебречь массой покоя электрона (около 0,55 мДа). Электронная ионизация (ЭИ) приводит к образованию однозарядного молекулярного иона, который и интересует химика. На протяжении жизни целого поколения химиков приближенное равенство m/z молекулярного иона молекулярной массе было очевидным и вошло в привычку.

Поскольку заметный пик молекулярного иона наблюдается не более чем для четверти исследованных органических соединений, то для получения информации о молекулярной массе веществ были предложены иные методы ионизации. Химическая ионизация (ХИ), бомбардировка быстрыми атомами (ББА), химическая ионизация при атмосферном давлении (ХИАД), электрораспылительная ионизация (ИЭР) и МАЛДИ приводят к образованию аддуктов (масс-спектрометрия положительно заряженных ионов) и/или крупных фрагментов (масс-спектрометрия отрицательно заряженных ионов). Появление нелепых, но надолго прижившихся терминов, как "псевдомолекулярные" и "квазимолекулярные" ионы, можно объяснить лишь попыткой сохранить привычное приближение. Никаких "псевдомолекул" и "квазимолекул" в природе нет, как нет и "протонированных молекулярных ионов", правильное же название ассоциата $[M+H]^+$ – "протонированная молекула".

Табл.2. Выбор системы ввода и источника ионов в зависимости от исследуемого объекта

Вещество	Ввод/источник ионов
Низкомолекулярное летучее	ГХ и электронная ионизация
Низкомолекулярное среднелетучее	Прямой ввод, электронная или химическая ионизация
Низкомолекулярное полярное средне- или нелетучее	Прямой ввод или ВЭЖХ, химическая ионизация при атмосферном давлении, ионизация электрораспылением (возможно, МАЛДИ)
Высокомолекулярное неполярное	МАЛДИ (требуется предварительная дериватизация)
Высокомолекулярное полярное	МАЛДИ (возможно применение ионизации электрораспылением, ввод прямой или ВЭЖХ)

Табл.3. Применимость анализаторов ионов в зависимости от поставленной задачи

Анализатор	Диапазон, m/z	Разрешающая способность	Скорость сбора данных	Стоимость прибора
Магнитный (секторный)	1–10 000	От низкой до высокой	Низкая	От средней до высокой
Квадруполь	1–2000	Низкая	Высокая	Низкая
Тройной квадруполь	1–2000	Низкая	Высокая	Средняя
Циркулярная ловушка	1–5000	Низкая	Высокая	От низкой до средней
Линейная ловушка	1–5000	Высокая	Высокая	Средняя
Орбитальная ловушка	100–5000	Высокая	Высокая	Высокая
Времяпролетный	1–∞ (теор.)	Высокая (рефлектрон)	Высокая	От низкой до высокой
Ион-циклотронный резонанс	100–5000	Очень высокая	Высокая	Очень высокая (и высокая стоимость эксплуатации)

Получение масс-спектров высокого разрешения стало в последнее десятилетие вполне доступным, по крайней мере, в крупных исследовательских центрах, в том числе, через федеральную программу ЦКП. Их наличия в рукописи, а точнее, сравнения экспериментально полученных и рассчитанных для иона предполагаемого состава значений m/z , требуют все рейтинговые журналы, публикующие статьи по органической и биоорганической химии. Миф №2 не принес много вреда, но, безусловно, внес сумятицу в отношения между редакциями журналов и авторами, не желающими переучиваться и отказываться от старой привычки.

МИФ №3: БОЛЬШАЯ БАЗА МАСС-СПЕКТРОВ ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ВЕЩЕСТВ И ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ

Миф о безграничных возможностях баз масс-спектров распространен среди самых разных исследователей, но особенно подвержены его влиянию биохимики, химики-технологи и биотехнологи. Такое смелое суждение само по себе не нанесло бы много вреда, но,

поскольку подразумевает продолжение, что "...и всех этих ионизаций и фрагментаций нам знать не надо", то несет в себе немалую опасность. Дело в том, что масс-спектры как похожих, так и очень разных органических веществ могут иметь высокие показатели сходства (scores), определяемые по формальным данным, которые заложены в алгоритмы сравнения. Как следствие, некритическое отношение к результатам автоматизированной идентификации может привести как к ложноположительным (чаще), так и к ложноотрицательным результатам.

Как можно снизить вероятность ложных определений? Очевидно, что кроме грамотной экспертизы каждого значимого масс-спектра, необходимо использовать иную, независимую характеристику вещества. В хромато-масс-спектрометрии это – время удерживания/индекс удерживания, что позволяет оценить порядков выхода веществ (например, в ГЖХ на неполярной фазе легкие молекулы не могут выходить после тяже-

Рис.2. Масс-спектры ионизации электронами изоамилбутирата: а – полученный на ионной ловушке; б – извлеченный из базы Wiley275. Пик протонированной молекулы $[M+H]^+$ помечен стрелкой

лых) и избежать хотя бы грубых ошибок. Примеры ошибочной идентификации в ГЖХ-МС хорошо разобраны в работе [8].

Если анализатором в ГЖХ-МС служит ионная ловушка, то возможно протекание ион-молекулярных реакций – своеобразная химическая ионизация, в которой аналит одновременно является и газом-реагентом. При применении ионной ловушки часто формируются протонированные молекулы аналита $[M+H]^+$ и/или продукты их фрагментации. Они сильно искажают масс-спектры и могут привести к ошибочной идентификации, поскольку масс-спектры из баз данных, полученные на приборах с магнитным, время-пролетным или квадрупольным анализатором, имеют иной вид (рис.2).

Еще сложнее ситуация в ВЭЖХ/ИЭР-МСⁿ, поскольку масс-спектрометры с источниками электрораспыления являются более сложными системами по сравнению с приборами с источниками ионизации электронами. Вид МСⁿ сильно зависит как от энергии и способа активации, так и от конструкции применяемого анализатора и от его настройки, поэтому базы МС-МС имеют ограниченное использование (рис.3).

Рис.3. Спектры одного и того же вещества могут выглядеть по-разному. МС² иона $[M+Na]^+$ (m/z 586): а – структура исследуемого соединения; б – спектр, полученный на масс-спектрометре taXis, $E_a = 30$ эВ; в – спектр, полученный на масс-спектрометре с ионной ловушкой LCQ, $E_a = 25\%$ максимальной энергии столкновений [9]

Повысить надежность идентификации можно, используя не только индексы удерживания, которые не всегда доступны, но и меняя полярность генерируемых ионов.

Основное последствие распространенности мифа №3 – массовое производство никчемных ста-

тей, преимущественно по биоаналитической тематике – фитохимии, фармакохимии, реже метаболизму, заполняющих низкорейтинговые журналы. Проводятся такие имитационные "исследования" по преимуществу в развивающихся странах Юго-Восточной Азии, в Китае, Пакистане, Индии, Турции, а также в Африке, появляются они, увы, и в России. Курьезной особенностью такой дилетантской "аналитики" является включение в список идентифицированных природных веществ явных контаминантов, например, фталатов и других пластификаторов, антиоксидантов, консервантов и лубрикантов. Что из этого следует? Вывод прост и очевиден: никакие, даже самые совершенные программы не могут заменить специалистов, за которыми всегда остается последнее слово. Недаром замечательный обзор О.Д.Спаркмана по использованию масс-спектрометрического ПО и библиотек масс-спектров (глава 5 в книге [7]) заканчивается формулировкой основной проблемы интерпретации: "Важно, чтобы химик-аналитик смог ответить на вопрос: "Имеет ли полученный результат смысл?"

МИФ №4: МАСС-СПЕКТРОМЕТР – ВСЕГО ЛИШЬ ХОРОШИЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ ХРОМАТОГРАФА

Миф №4 весьма распространен среди исследователей с биологическим, медицинским или фармакологическим образованием, вынужденных применять в своей работе хромато-масс-спектрометрию, так как хроматография с иным детектированием оказалась недостаточно чувствительной и/или селективной. Химики-органики тоже подвержены его влиянию. Распространению этого заблуждения, скорее всего нечаянно, способствовали производители оборудования, вводя в лексикон словосочетание "масс-селективный детектор". Вредоносен не только и не столько этот миф сам по себе, сколько порожденные им два мифа-следствия:

- любой хроматографист – это готовый масс-спектрометрист;
- интенсивность сигналов пиков соответствует концентрации вещества в пробе. Оценка этой корреляции ("симбатно", "линейно", "пропорционально") тем выше, чем меньше опыт и выше убежденность исследователя в магической силе масс-спектрометрии.

Кто спорит – масс-спектрометр является замечательным хроматографическим детектором, позволяющим селективно (с понятными оговорками) определять следовые количества множества веществ и увидеть то, что другим, неселективным или огра-

ниченно селективным, но значительно более дешевым детекторам не под силу. Тем не менее идеальным масс-спектрометрическим детектором назвать нельзя. Помимо высокой цены, его недостатки – сложность устройства, сложность управления и чувствительность к внешним воздействиям и ошибкам оператора.

Знание хроматографии для хромато-масс-спектрометриста необходимо, но недостаточно. Оператор хроматографа, пересевший за хромато-масс-спектрометр без тренинга (а в нашем отечестве, идущем своим путем, часто экономят на обучении персонала), рискует нанести прибору ущерб. Как минимум – загрязнить источник, внося привычные по прошлому опыту концентрации аналитов, а не разбавляя растворы на два-три порядка, как максимум – повредить детектор и/или турбонасос, нарушив вакуумную систему. Унылые ряды навеки "замолчавших" в условиях недостатка средств на дорогостоящий ремонт масс-спектрометров в университетах и институтах – вот результат зловредного воздействия первого "следствия" мифа № 4 на умы и бумажки ученых.

Используя масс-спектрометр для анализа веществ, необходимо принимать во внимание три правила:

- режимы хроматографии должны быть подстроены под масс-спектрометр, а не наоборот;
- масс-спектр не является эквивалентом структурной формулы, а лишь многопараметровой функцией, требующей дальнейшей интерпретации;
- зависимость величины ионного тока от концентрации вещества в пробе – предмет отдельного исследования.

Рассмотрим эти три правила более подробно.

Газовые хроматографы с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС) продаются в единой сборке, поэтому совместимость ГХ и МС обеспечивается при соблюдении требований фирмы-производителя. Действительно, газом-носителем должен быть только гелий, при этом – высокой чистоты ("семь девяток"). Азот, используемый при работе с пламенно-ионизационным детектором, или аргон, совместимый с детектором захвата электронов, безусловно, не годятся. Расход газа-носителя не должен превышать определенную величину – иначе насос высокого вакуума "захлебнется".

Условия совместимости ВЭЖХ и масс-спектрометра менее очевидны, хотя и здесь существуют свои правила. Например, для ВЭЖХ-МС можно использовать исключительно летучие буферы, не вызывающие коррозию: формиат аммония, трифторацетат аммония, ацетат аммония. Широко применяемые в биохимической хроматографии нелетучие калий-

16-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА

MetrolExpo'2020

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

1–3 декабря
Москва, ВДНХ, пав. 55

Новый гибридный формат выставки офлайн + онлайн

**Стирает
границы**

неограниченное
количество участников
со всего мира

**Увеличивает
охват**

использование искусственного
интеллекта для формирования
рекомендаций и нетворкинга

**Упрощает
коммуникации**

благодаря современным
IT-технологиям

Платформа представлена в связке классических
веб-страниц и приложения для iOS и Android.

ОРГАНИЗАТОР:

Выставочная компания «ВЭСТСТРОЙ ЭКСПО»

Телефон/Факс: +7 (495) 937-40-23 (многоканальный)

E-mail: metrol@expoprom.ru

www.metrol.expoprom.ru

Рис.4. Масс-спектры продукта расщепления по Смуту глюкана клеточной стенки гриба, полученные при разных стандартных настройках ортогонального ускорителя, что вызывает различную дискриминацию по m/z (рабочие материалы к [10]): а – режим tune-low; б – режим tune-wide; в – режим tune-high

фосфатный, натрий-боратный, натрий-ацетатный и аммоний-сульфатный буферы категорически неприемлемы – они вызывают закупорку капилляра небулайзера и загрязнение интерфейсного капилляра. Определению природы элюируемых с колонки

веществ иногда помогает установка перед масс-спектрометром матричного оптического (в диапазонах УФ- и видимого света) детектора. Ячейка спектрометра ионной подвижности позволяет проводить тонкое разделение веществ с близкими хроматографическими свойствами, хотя и усложняет работу прибора.

О том, что интерпретация масс-спектров не может быть сведена к автоматическому сканированию баз данных, указано выше (миф №3). В дополнение следует помнить, что масс-спектр высокого разрешения является только подтверждением брутто-формулы иона искомого вещества, но не его структуры. Например, ионы изомеров по определению имеют одинаковые брутто-формулы. Более того, изобарные ионы могут иметь очень близкие массы, и чем выше масса анализируемого вещества, тем больше вероятность ошибочного определения/подтверждения брутто-формулы. С ростом молекулярной массы аналитов для повышения точности определения m/z необходимо увеличение разрешающей способности масс-спектрометра. Это снизит число возможных вариантов формально подходящих брутто-формул. Масс-спектры высших порядков, полученные дополнительной активацией выбранных ионов, позволяют судить о структуре вещества.

И, наконец, перейдем к третьему правилу. В хроматографии отклик любого вещества зависит как от его природы, так и от способа детектирования. Масс-селективное детектирование – не исключение. Поскольку масс-спектрометр – сложный многопараметровый прибор, то относительные интенсивности сигналов анализируемых веществ зависят как от его типа – источника ионов, анализатора и детектора, так и от настроек каждого конкретного прибора. Так, величины интенсивностей пиков в ГЖХ-МС и ВЭЖХ-МС могут зависеть от скорости сканирования и плотности оцифровки, выбора диапазона и порога регистрации, настройки конкретных узлов, например, ортогонального ускорителя в приборе ИЭР с времяпролетным анализатором (рис.4) и т.п.

Интенсивность пиков веществ (ионный ток) можно считать с хорошим допущением пропорциональной концентрации вещества для ЭИ в случае калибровки при строгом постоянстве настройки прибора и, желательно, использовании внутреннего стандарта. Но для источников ХИ, ХИАД, ИЭР и МАЛДИ это допущение априори неверно. Тогда откуда появились многочисленные статьи, посвященные количественному определению разнообразных веществ методом ВЭЖХ-МС? Ответ очевиден: именно потому этих работ много, что каждое такое количественное определе-

ние является предметом тщательного специального исследования. Каждый протокол должен включать выбор условий съемки, в том числе основного и проверочного пиков в МС/МС, калибровку и проверку линейности отклика, выбор внутреннего стандарта и вычитание матрицы. Идеальный стандарт – изотопно-меченый аналит, но обычно он дорог или вовсе недоступен, а изотопная метка должна быть хорошо определяема и устойчива в условиях пробоподготовки и съемки. Операция вычитания матрицы не так проста, как кажется на первый взгляд, поскольку влияние матрицы, как правило, – сложное и непредсказуемое [11].

Для масс-спектрометров с источником МАЛДИ ситуация еще сложнее, чем для ИЭР: из-за неравномерности сокристаллизации раствора аналита и матрицы даже при использовании внутреннего стандарта ошибка менее 20 отн. процентов считается очень хорошим результатом [12].

Отклик детектора, основанного на вторичной эмиссии электронов, – диодного, многоканального, фотоэлектронного, от массы детектируемых ионов тоже нелинеен: он экспоненциально падает с ростом массы. Дискриминация высоких масс по сравнению с низкими – неизбежный недостаток всех современных масс-спектрометров, о котором знают немногие.

Как правильно разработать и валидировать методику количественного определения аналита методами ГЖХ-МС или ВЭЖХ-МС? Ответ на этот вопрос можно найти в учебниках и обзорах учебного характера (tutorials), например, в [7] и главе 8 в [13].

В чем вред второго "следствия" мифа №4? Принятие интенсивности пика вещества за меру его количества без внесения многочисленных поправок приводит к появлению сомнительных физико-химических и биомедицинских статей, иногда попадающих и в журналы высокого уровня. Хорошо выполненный иллюстративный материал может выглядеть на первый взгляд вполне убедительно, поэтому не всякий рецензент способен выявить спорные допущения в доказательной части рукописи, например, посвященной механизму сложной реакции. Критический разбор статей, в которых масс-спектрометрия была использована в качестве инструмента для поиска и количественной оценки интермедиатов, сделан в обзоре [14].

Биологи и клинические аналитики часто принимают величины сигналов метаболитов, например, пептидов, пропорциональными их относительному содержанию. Интуитивно понятно, почему они так поступают – провести калибровку каждого ком-

понента смеси, содержащей несколько сотен, тем более – тысяч веществ, никому не под силу. Тем не менее следует помнить о чрезвычайной уязвимости такого допущения: к примеру, сигнал аргинин-и/или лизин-богатого пептида может на несколько порядков перекрыть отклики гидрофобных пептидов в масс-спектре положительных ионов, тогда как в масс-спектре отрицательных ионов хорошо проявятся пептиды с анионогенными группами [13].

Множественное проявление масс-спектрометрических мифов можно проследить на примере термодесорбционной масс-спектрометрии – обширной области, которая включает в себя как физико-химические, так и чисто аналитические исследования. Заметим, что термодесорбция, вообще говоря, происходит при любом вводе нагреваемого образца в масс-спектрометр. В этих пиролитических методах может быть использован как хроматографический промежуточный ввод, так и непосредственный пиролиз в масс-спектрометре. Исторически первой и наиболее популярной на начальных этапах развития термодесорбционных методов являлась высокотемпературная неорганическая масс-спектрометрия с применением ячейки Кнудсена, вокруг которой возникли свои мифы. В первую очередь необходимо отметить, что приборы имеют разную скорость сканирования, и десорбционный пик, особенно на медленных магнитных приборах (полвека назад других и не было!), часто давал разные масс-спектры: на его начальных участках были занижены пики высоких масс, а на конечных участках – пики низких масс. Это приводило к ошибкам в интерпретации, в частности, к ложной идентификации многочисленных изомерных молекул, которые на самом деле представляли собой просто искажения при регистрации спектра [15] (проявление мифа №3). Еще одна сложность, связанная с интерпретацией результатов термодесорбционной масс-спектрометрии, проистекает из того, что форма десорбционного пика зависит от скорости нагрева, консистенции и агрегатного состояния образца, вида источника ионизации и параметров подводящих капилляров. Различия в форме термодесорбционных пиков приводит к большому разбросу в значениях энергии активации десорбции процессов, которые вычисляют авторы многочисленных десорбционных и пиролитических исследований. Очень часто здесь возникают ошибки, связанные исключительно с пробоподготовкой и проведением эксперимента, в чем можно заметить проявления мифов №1 и №4. Примеры таких ограничений подробно изложены в книге [16].

**МИФ №5: "СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ",
ИЛИ "АНАЛОГИЯ ВСЕСИЛЬНА"**

Еще одно неприятное заблуждение, характерное для начинающих масс-спектрометристов и многочисленных интерпретаторов масс-спектрометрических данных, – уверенность, что можно вычислить брутто-формулу молекулы любой сложности и даже построить ее структурную формулу, исходя из масс-спектров низкого разрешения (миф №5 перекликается с мифами №2 и №3). То, что выглядит просто в учебных задачах, основанных на несложных примерах, где выбор возможных структур невелик, в реальных исследованиях зачастую приводит к значительным неопределенностям. Указанные заблуждения часто идут рука об руку, и из спектра фрагментации в режиме ионизации электронами и соотношения изотопных пиков молекулярного (или принятого за таковой), а иногда и фрагментных ионов, авторы работы получают брутто-формулу и структуру молекулы, выбрав весьма произвольно один из априори неизвестного множества вариантов.

Причина ошибок здесь скрывается в том, что очень часто качественно предсказанная схема фрагментации действительно очень похожа на реально наблюдаемую картину, которая получена для аналогов на приборах высокого разрешения, подтверждена исследованием

фрагментных ионов, метастабильных распадов и дополнительными мерами по воссозданию структуры молекулярных и фрагментных ионов. Качественные совпадения для ряда молекул подталкивают исследователей к неоправданному переносу наблюдаемых закономерностей на более сложные молекулы. В случае изомеров ошибки часто очевидны и могут быть легко выявлены, но для похожих молекул ошибка в интерпретации может остаться скрытой, а на основе неверной интерпретации легко сделать далеко идущие выводы о составе веществ, их физико-химических свойствах, токсичности и т. д. Понятно, что последствия таких неверных выводов будут зависеть от значимости решаемой задачи.

Мы рассказали про пять наиболее распространенных мифов о масс-спектрометрии. Не исключено, что будущее развитие и расширение применения масс-спектрометрических методов поможет увидеть новые, пока неизвестные слабые места и скрытые для наших глаз логические ловушки в интерпретации результатов этого мощного направления аналитической химии.

Следующая наша статья будет посвящена мифам, связанным с хроматографией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мифология [Электронный ресурс] // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/?oldid=108301000> (дата обращения: 28.07.2020).
2. Научный миф [Электронный ресурс] // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/?oldid=91338284> (дата обращения: 28.07.2020).
3. Три закона Кларка [Электронный ресурс] // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/?oldid=104136657> (дата обращения: 28.07.2020).
4. **Лебедев А.Т.** Масс-спектрометрия в органической химии. 2-е изд. М.: Техносфера, 2015. С. 17.
5. **Jarchum I.** Discovering the power of mass-to-charge // *Nature Milestones. Mass Spectrometry*. Oct., 2015. P. 5.
6. **Заикин В.Г., Третьяков К.В.** История масс-спектрометрии в датах. М.: ВМСО, 2018. 194 с.
7. **Лебедев А.Т.** Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды. М.: Техносфера, 2013. С. 24–25.
8. **Зенкевич И.Г.** Об опасной тенденции представления результатов хроматомасс-спектрометрической идентификации // *Масс-спектрометрия*. 2013. Т. 9. № 4. С. 202–206.
9. **Чижов А.О., Шпирт А.М., Савельева Н.Ю., Кононов Л.О.** Сравнение результатов тандемной масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением на примере некоторых производных сиаловой кислоты: ионная ловушка и QqToF высокого разрешения // *Масс-спектрометрия*. 2016. Т. 13. № 2. С. 139–143.
10. **Андрянова Д.А., Смирнова Г.П.** и др. Полисахаридный состав мицелия и клеточных стенок гриба *Penicillium roqueforti* // *Биоорган. хим.* 2011. № 37. С. 399–407.
11. **Gosetti F., Mazzucco E., Zampieri D., Gennaro M.C.** Signal suppression/enhancement in high-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry // *J. Chromatogr. A*. 2010. V. 1217. (25). P. 3929–3937.
12. **Хесина З.Б., Ярцев С.Д.** и др. Изучение возможности количественного анализа N,N,N',N'-тетра-н-октиламида дигликолевой кислоты (ТОДГА) методом масс-спектрометрии МАЛДИ // *Изв. АН. Сер. Хим.* 2017. № 6. С. 995–998.
13. **Лебедев А.Т., Артеменко К.А., Самгина Т.Ю.** Основы масс-спектрометрии пептидов и белков. М.: Техносфера, 2012. 176 с.
14. **Schröder D.** Applications of electrospray ionization mass spectrometry in mechanistic studies and catalysis research // *Acc. Chem. Res.* 2012. V. 45. No. 9. P. 1521–1532.
15. **Колесников С.В.** Окисление несимметричного диметилгидразина (гептила) и идентификация продуктов его превращения при проливах. Новосибирск: СибАК, 2014. 110 с.
16. **Хмельницкий Р.А., Лукашенко И.М., Бродский Е.С.** Пиролитическая масс-спектрометрия высокомолекулярных соединений. М.: Химия, 1980. 279 с.

**1st Russian-Chinese Symposium
on Organoelement Chemistry**
Moscow, 17-20 May 2021

**Институт элементоорганических соединений
имени А.Н. Несмеянова РАН**

17–20 мая 2021 г.

www.ineos.ac.ru

Первый российско-китайский симпозиум ПО ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН совместно с Государственной целевой лабораторией по элементоорганической химии Нанкайского университета (г.Тяньцзинь, Китай) приглашает Вас принять участие в Первом российско-китайском симпозиуме по элементоорганической химии. Симпозиум направлен на развитие устойчивого долгосрочного российско-китайского сотрудничества, расширение научного взаимодействия и обмена информацией о результатах исследований в различных областях элементоорганической химии; развитие внутрироссийской и международной коммуникации между научным, образовательным и бизнес-сообществами, обсуждение возможности выполнения совместных проектов и создания совместной российско-китайской лаборатории по проблемам элементоорганической химии.

ТЕМАТИКА

- элементоорганическая и координационная химия
- гомогенный и гетерогенный катализ
- элементоорганические полимеры и функциональные материалы
- супрамолекулярная химия
- элементоорганические и макромолекулярные соединения для химии материалов

Программой конференции предусмотрены пленарные доклады ведущих российских и китайских ученых, устные сообщения и стендовые сессии.

Актуальная информация о Симпозиуме и условиях участия:

www.ineos.ac.ru