П. И. Каландаров¹, А. М. Макаров², Г. М. Аралов¹

**ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ**

¹Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

²Волгоградский государственный технический университет

E-mail: eest_uz@mail.ru

В статье рассматриваются способы определения зрелости зерна и описывается его поведение при сборе, для оптимизации выбора состояния влажности зерна анализируются предъявляемые требования к выбору метода измерения и проектирования высокочастотного прибора, где предусматривается использование приборного обеспечения контроля влажности зерна, а также его высокой точности и возможности проведения измерений в полевых условиях.

Ключевые слова: зрелость, контроль, влажность, высокочастотный метод, зерно, портативный прибор, диапазон, погрешность, полевые условия.

P. I. Kalandarov¹, A. M. Makarov², G. M. Aralov¹

FEATURES OF GRAIN MOISTURE AUTOMATED MEASUREMENT IN FIELD CONDITIONS

¹Tashkent Institute of irrigation and agricultural mechanization engineers

²Volgograd State Technical University

The article discusses ways to Mature grain properties and describes its behavior during harvesting, to optimize the selection of grain moisture state, and also analyzes the requirements for the selection of methods and design of a high-frequency module, which provides for the use of instrumentation for monitoring grain moisture, as well as their high accuracy and the possibility of conducting measurements in the field.

Keywords: maturity, control, humidity, high-frequency method, grain, portable device, range, error, field conditions.

Введение

Сегодня в Республике Узбекистан одним из важных вопросов хранения продуктов агропромышленного комплекса является хранение зерновых культур.

При этом важно помнить о рисках, связанных с отклонением температуры и влажности от требуемых значений. Высокая температура или высокая влажность означают, что зерно подвержено риску заражения насекомыми или роста грибов.

В полевых условиях необходимо контролировать процесс созревания озимой пшеницы, и за ее состоянием следят агрономы. Однако на практике у агрономов часто нет возможности измерить параметры зерна в полевых условиях. Измеряя влажность зерна с помощью измерительных устройств (влагомеров) также обращают внимание на внешний вид и структуру будущего хлеба, на основе этого выносят решение о необходимости начала жатвы.

В последнее время разработчиками приборного обеспечения измерения влажности зерна проектируются микроволновые инструменты для измерения влажности зерна в полевых условиях [1].

Известно, что при измерении влажности зерна действуют стандарты, которые регламентируют 4 состояния зерновой массы по влажности (%):

- сухое – 13–14 %;
- средне-сухое – 14,1–15,5 %;
- влажное – 15,6–17 %;
- сырое – более 17 %.

На долговременное хранение закладывают только сухое зерно.

Степень зрелости пшеницы зависит от содержания влаги в ней.

Выделяют молочную зрелость, когда уровень влажности составляет 60–70 %, наступает на 10–18-й день после начала цветения; восковую зрелость, влажность 35–45 %, наступает через 2 недели по окончании фазы молочной зрелости; полную зрелость, влажность составляет 12–20 %, листья опадают, зерно становится твердым и сухим, начинает осыпаться; прямое комбайнирование, самый распространенный способ жатвы, этот метод уборки пшеницы применяется, когда влажность зерна составляет не более 15 %.

Концепция решения проблемы

С учетом проведенных исследований информативно-измерительные системы прибо-

ров контроля влажности сыпучих материалов, например, зерно (пшеница) могут быть синтезированы на базе F-метра. Передающие части схемы включают в себя датчики, автогенераторы и блоки предварительной обработки информации. С помощью двух линий связи передающая часть схемы соединена с приемником, осуществляющим деление частот измерительного и корректирующего каналов. Генераторы должны иметь начальную частоту $f=0,5$ МГц, на мощных полевых транзисторах с инерционным элементом автоматического смещения в цепи затвора.

Наличие эффекта компенсации влияния активных потерь на основную частоту генератора, достигается при соответствующем выборе параметров цепи автоматического смещения. В соответствии с данными эксперимента это уменьшение заметно лишь при больших сопротивлениях, когда амплитуда колебаний велика и нелинейность вольтамперной характеристики ощутимо сказывается на величине высших гармоник.

Результаты приведенных экспериментальных исследований показали:

- возможность синтезировать новые измерительные блоки приборов автоматизированного контроля влажности материала, обеспечивающего измерений влагосодержание с высокой точностью;

- возможность оптимизировать для такой системы датчики компланарного типа в виде кольцевых электродов;

- отсутствие необходимости введения влияющих факторов и поправки в результаты измерений в реальном диапазоне измерений.

В результате исследований решается актуальная задача синтеза высокочастотного прибора автоматизированного контроля влажности сыпучих материалов (зерна из зерновой массы), обладающих высокой экспрессностью контроля и удовлетворяющих метрологическими характеристиками.

Анализ использования портативных влагомеров

На сегодняшний день разработчики проектируют широкий спектр портативных аппаратов для определения влажности сельскохозяйственной продукции.

Однако, с учетом использования рабочего метода определения влажности, определять влаж-

ность в полевых условиях не очень удобно, поэтому допускается применение портативных влагомеров.

В соответствии с заданием контроля влажности необходимо измерение влажности зерна (пшеницы) производить в полевых условиях. Существующие приборы контроля влажности, используемые для измерения влажности зерна как при их хранении, так и в полевых условиях, представляют собой широкий спектр измерительных схем и устройств.

Анализируемые влагомеры применяются для экспрессного анализа влажности зерна в лабораторных и полевых условиях при уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной обработке и сушке зерна, на токах, при размещении зерна в хранилищах, при увлажнении зерна перед помолом.

Отличительной особенностью предлагаемых приборов является удобство его эксплуатации, они выполнены в виде переносных электронных приборов, где показания содержания влаги отображаются в процентах на электронном дисплее, главная особенность прибора – универсальность, возможность работы со многими видами зерна, семян трав без предварительного измельчения, а также муки в широком диапазоне влажности и с очень высокой точностью. В исследованиях рассматриваются решения следующих задач:

- анализ современного состояния методов и приборов измерения влажности зерна в полевых условиях;
- исследование электрофизических характеристик зерна в зависимости от его влажности;
- разработка математической модели процесса электромагнитного взаимодействия ВЧ-волны и влажного зерна;
- исследование влияния информативных и негативных факторов на результаты измерения влажности;
- разработка универсального микропроцессорного портативного влагомера зерна;
- установление основных метрологических характеристик разработанного прибора.

Реализация результатов исследования

Зерновая продукция является многокомпонентными смесями, физические свойства и компоненты которых (F_{ki}) существенно различаются и зависят от ряда факторов [2], в том числе: влажности (W_{ki}), температуры (T_{ki}), особенностей макро- и микроструктуры (S_{ki}), сте-

пени зрелости (Z_{ki}), условий хранения и переработки (X_{ki}):

$$F_{ki} = f(W_{ki}, T_{ki}, S_{ki}, Z_{ki}, X_{ki}) \quad (1)$$

Очевидно, что фактически химические характеристики материала (F_M) зависят от свойств его компонентов (F_{ki}), их количественного соотношения (M_{ij}), взаимного расположения (R_{ij}), количества (N) и объема (V) воздушных включений между ними:

$$F_M = Q(F_{ki}, M_{ij}, R_{ij}, N, V). \quad (2)$$

Влажность материала (W) определяется как отношение всей массы воды в контролируемом объеме (M_B) к сухой массе этого объема (M):

$$W = \frac{M_B}{M} = \frac{\sum_1^n W_{ki} \cdot M_{ki}}{\sum_1^n M_{ki}} \quad (3)$$

где (M_{ki}) – масса i -компонента; n – количество компонентов материала.

Согласно [3], отношение $\epsilon_{0,2} / \epsilon_{20}$ быстро растет с увеличением влажности W . Известно, что механизм влияния температуры на величину емкости датчика, т. е. на диэлектрическую проницаемость влажного материала, определяется изменением при нагревании соотношения в материале количеств связанной и свободной влаги – где диэлектрическая проницаемость связанной влаги гораздо ниже (≈ 5), чем 81. Для диэлектрических влагомеров в диапазоне ниже 10^8 Гц влияние температуры можно учесть введением температурной коррекции к результатам измерения по формуле:

$$W = W_{\Pi} - k_t (t - t_0), \quad (4)$$

где W – истинная влажность материала при температуре t ; W_{Π} – результат отсчета влажности по шкале; t и t_0 – температура материала соответственно в момент измерения и при градуировке влагомера; k_t – температурный коэффициент для данного материала.

В результате комплексная диэлектрическая проницаемость зерна рассчитывается с использованием следующего выражения:

$$\epsilon^* = \epsilon_{\infty} + \frac{a}{i\omega\epsilon_0} e^{-\frac{B}{T}} + \sum_i \frac{\epsilon_{ci} - \epsilon_{\infty i}}{1 + i\omega A_i \cdot e^{\frac{B_i}{T}}} \quad (5)$$

С ростом температуры ϵ при $\omega t \gg 1$ увеличивается, так как уменьшается τ и поляризация

за время полупериода приложенного напряжения развивается в большей степени.

Выводы и рекомендации

Рассматривая результаты исследования разработанного прототипа портативного прибора контроля влажности зерна в полевых условиях, рекомендуется учитывать следующие характеристики [4]:

1. Диапазон измерения влажности. Так как влажность свежесобранного зерна обычно не превышает 35 %, а для долговременного хранения его влажность понижают до 13...16 %, то достаточно будет диапазона измерений 5...35 %.

2. Погрешность измерения. Чем она меньше, тем лучше, но в большинстве случаев для влагомеров приемлемой является погрешность от 0,5 до 1 %.

3. Отсутствие зависимости показаний от сорта зерна или, если зависимость показаний имеется, возможность быстрой переградуировки прибора под конкретный сорт исследуемого материала (зерна).

4. Скорость измерения – 2–5 сек.

5. Диапазон рабочей температуры $\pm 5 \dots +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

6. Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур от 5 до 50 $^{\circ}\text{C}$.

7. Вместимость измерительной камеры – 300 мл.

8. Электропитание – 9 В.

Данную технологию можно успешно адаптировать для определения содержания воды влажной массы как в зерне, так и в различных сельскохозяйственных продуктах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кузнецов, А. Что вам нужно знать при импорте влагомера [Электронный ресурс]: <https://import-v-rossii.ru/> / доставка / влагомер (дата запроса: 19.09.2020).
2. Микроволновая термовлагодетекция / П. А. Федюнин [и др.]. – М. : Машиностроение, 2004. – 230 с.
3. Кричевский, Е. С. Высокочастотный контроль влажности при обогащении полезных ископаемых. – М. : Недра, 1972. – 216 с.
4. Каландаров, П. И. Сверхвысокочастотная влагодетекция и проблемы метрологического обеспечения / П. И. Каландаров, П. Р. Исмагуллаев. – М. : Приборы № 7. – 2011. – С. 40–44.