ENGENHARIA BIOMÉDICA: UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA

VOLUME II

Frederico Celestino Barbosa

Engenharia biomédica: uma abordagem holística

2ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

2ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238E Engenharia biomédica: uma abordagem holística

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

67 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl360

ISBN: 978-65-5367-000-6

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. ciências-exatas 2. ciências-da-saúde 3. prevenção 4. diagnóstico 5. tratamento I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 620

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl360>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

CAPÍTULO 1	5
DIÂMETRO DE GOTÍCULAS AERODINÂMICAS GERADAS POR NEBULIZADORES, E PROPRIEDADES DE FÍSICO-QUÍMICAS DE FÁRMACOS PARA TRATAMENTO INALATÓRIO DO SARS-COV-2	
Walter Duarte de Araújo Filho Luciana Martins Pereira de Araújo Aníbal de Freitas Santos Júnior DOI 10.37423/211004912	
CAPÍTULO 2	32
ESTUDO DE CASO: SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE EM FARMÁCIAS E ALMOXARIFADOS	
Elyr Teixeira de Almeida Alves Daniel Souza Morim DOI 10.37423/211004952	
CAPÍTULO 3	43
O USO DA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA: REFLEXO NO PÓS-OPERATORIO DE CIRURGIAS CARDÍACAS	
Gabriel Mendes de Freitas Lisboa Ana Letícia Carnevalli Motta Luciana Pereira Carletto DOI 10.37423/211104961	
CAPÍTULO 4	57
SENSIBILIDADE NA DETECÇÃO DO SINAL SECUNDÁRIO EM UM SISTEMA DE TOMOGRAFIA DE INDUÇÃO MAGNÉTICA	
Foad Mobini Kesheh Ailton Ramos DOI 10.37423/211104986	

Capítulo 1

10.37423/211004912

DIÂMETRO DE GOTÍCULAS AERODINÂMICAS GERADAS POR NEBULIZADORES, E PROPRIEDADES DE FÍSICO-QUÍMICAS DE FÁRMACOS PARA TRATAMENTO INALATÓRIO DO SARS-COV-2

Walter Duarte de Araújo Filho

Universidade do Estado da Bahia

Luciana Martins Pereira de Araújo

Universidade Jorge Amado(UNIJORGE)

Aníbal de Freitas Santos Júnior

Universidade do Estado da Bahia

Abstract: Atualmente, vários medicamentos estão sendo usados de forma sistêmica para o tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2). No entanto, poucos estudos discutem a possibilidade de utilizar a via inalatória para esse fim. Os nebulizadores pneumáticos e ultrassônicos são cada vez mais utilizados devido à facilidade com que esses meios entregam os medicamentos por meio de uma suspensão em aerossol para dispensar os medicamentos de forma localizada no trato respiratório, proporcionando maior eficiência de absorção. Este estudo tem como objetivo caracterizar os diâmetros das gotas por faixas de "partículas respiráveis" geradas por nebulizadores comercializados no Brasil (2 pneumáticos e 1 ultrassônico), utilizando a técnica de incidência laminar direta (ILD). Além disso, discutir o uso de medicamentos por inalação com base nas propriedades físico-químicas e farmacológicas. No procedimento de nebulização, as imagens das gotículas aerodinâmicas dispersas foram capturadas usando a técnica ILD. Foram elaborados histogramas de distribuição do diâmetro das gotas, enfatizando a faixa de gotas com diâmetros entre 1,0 a 5,0 μm . Os resultados atestaram que cada nebulizador tem sua própria característica de entregar a suspensão aerodinâmica no processo de nebulização. Neste estudo, o ILD representa uma alternativa viável para caracterização das gotículas aero dispersas, de fármacos usados mundialmente para o tratamento de sinais e sintomas da SARS-CoV-2.

Keywords: *Fármacos; SARS-CoV-2; Nebulizadores; Incidência Laminar direta; Propriedades físico-químicas.*

1. INTRODUÇÃO

A interação com o meio ambiente expõe o ser humano a diversos microrganismos, entre os quais se destacam os vírus. Existem mais de 300.000 vírus hospedados em mamíferos e cerca de 200 deles são conhecidos por infectar humanos [1], [2]. Com a expansão desse contato, é notório o aumento da frequência de infecções virais emergentes, como Ebola [3], Zika [4], Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) [5] e, recentemente, em 2019, na China, o Coronavírus 2019-nCoV [6]. Assim, a busca por novos medicamentos e tratamentos é fundamental para evitar a disseminação, principalmente no caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2).

Atualmente, vários medicamentos estão sendo usados sistemicamente (oral ou parenteral) para tratar infecções virais emergentes, especialmente para SARS-CoV-2. No entanto, não há estudos que discutam diretamente a possibilidade do uso da via inalatória para esse tratamento. Propriedades físico-químicas dos fármacos, como solubilidade em água, constante de dissociação ácida (pKa), coeficiente de partição óleo / água, massa molecular, granulometria, área de contato superficial, entre outras, são essenciais para o desenvolvimento de formas farmacêuticas dispersíveis [7]. Para aplicação por inalação, os fármacos devem ser aerossolizantes eficientes e rápida dissolução dos cristais dos fármacos. [8].

Nas últimas décadas, a aerossol terapia obteve avanços significativos, o que determinou que seu uso a tornasse uma modalidade mais rápida, eficaz e segura para o tratamento de diversas doenças respiratórias [9], [10]. Essa forma de administração permite que o medicamento chegue diretamente ao local de ação, evitando a utilização do trato digestivo ou via parenteral. A administração de medicamentos por via inalatória oferece as seguintes vantagens: possibilidade de uso de quantidade significativamente menor do medicamento; níveis sanguíneos mais elevados, com menos efeitos colaterais; e, ação mais rápida [11], [12].

Na árvore respiratória, a maior resistência ocorre nas vias aéreas superiores (revestimento da boca, língua e orofaringe) devido à tendência dessa região em reter grandes partículas. Isso se torna um obstáculo quando se deseja que as partículas portadoras do fármaco ativo penetrem nas vias aéreas inferiores [13], [14]. O movimento das partículas é governado por dois tipos de fatores: os intrínsecos ao aerossol e, os inerentes ao paciente.

Um dos fatores intrínsecos do aerossol é o comportamento aerodinâmico das partículas no sistema respiratório, governado principalmente pelo tamanho: O diâmetro das partículas é o fator mais importante para determinar se elas podem entrar nas vias aéreas inferiores e atingir o local de ação

[15], [16]. Partículas muito pequenas (menores que $1,0\ \mu\text{m}$) têm baixa capacidade de transporte do fármaco e alta probabilidade de serem exaladas para o meio ambiente sem atingir o epitélio respiratório. Partículas muito grandes ($> 5,0\ \mu\text{m}$) têm alta tendência a se aglomerar e impactar rapidamente as vias aéreas superiores; portanto, estão associados à possibilidade de gerar maiores efeitos sistêmicos. Partículas de tamanho intermediário, $1,0$ a $5,0\ \mu\text{m}$, são "ideais" porque, por meio de mecanismos de deposição, sedimentação e difusão, podem atingir as paredes das vias aéreas inferiores [17]. Partículas com essa característica constituem a "massa respirável" de um aerossol. Os aerossóis terapêuticos são "polidispersos", o que significa que a nuvem de aerossol é composta por partículas de tamanhos muito diferentes [18], [19]. Como a dispersão é assimétrica (não gaussiana), um aerossol pode ser caracterizado em termos de uma medida central de tendência, a massa significa diâmetro aerodinâmico (MMAD) e uma medida de dispersão, o desvio padrão geométrico (GSD). Para a administração de partículas nas vias periféricas, o sistema que fornece um aerossol com o menor MMAD e o GSD mais estreito será o mais adequado.

Além disso, outros fatores intrínsecos ao aerossol são relevantes, como velocidade de entrada: quanto maior a velocidade, maior a probabilidade de deposição nas vias aéreas superiores; carga eletrostática: as influências de atração e repulsão pela carga elétrica podem ser entre as partículas, ou entre as partículas e as paredes das vias aéreas; e, Higrofilia: é a propriedade das partículas de aumentarem de tamanho quando estão em um ambiente saturado de água, como as vias aéreas. Percebe-se que, devido ao tamanho, alguns tipos de medicamentos são "ineficientes", pois grande parte é desperdiçada no trajeto, não atingindo o local de ação para que o procedimento seja eficaz [20]. Observa-se que parte da dose inalada pelo paciente é dividida em gotículas que podem ser maiores ou menores que $5,0\ \mu\text{m}$; para aqueles maiores que $5,0\ \mu\text{m}$ que se depositam nas vias aéreas superiores, há absorção digestiva que culmina em efeitos sistêmicos e excreção renal.

Para gotículas menores que $5,0\ \mu\text{m}$ ocorre deposição nas vias aéreas inferiores levando ao efeito terapêutico esperado. A proporção da distribuição de partículas no sistema respiratório depende do tipo de método de geração e das inúmeras variáveis que participam de suas características de desempenho [21]. Com base no que foi tratado anteriormente, o tamanho das gotículas geradas no processo de nebulização tem papel crucial na eficácia da ação do fármaco durante o tratamento [22]. O design de cada nebulizador possui características específicas que os fazem se comportar de forma diferenciada no processo de nebulização [23].

Técnicas de referência são usadas para caracterizar o tamanho das gotas, como Difração a Laser (LD), Impactador em Cascata ou Cascade Impactor e Anemometria Doppler de Fase (PDA). Na técnica de Difração a Laser (LD), as partículas presentes na suspensão aerodinâmica absorvem ou dispersam a luz incidente de acordo com seu tamanho, forma e índice de refração. A luz espalhada é subsequentemente colimada pelas lentes de um transformador de Fourier e focada em um detector no eixo central posicionado a uma distância da lente equivalente ao comprimento focal. A luz não difratada é focada no detector central. Desta forma, um padrão de difração de todas as partículas contribuintes é registrado como uma função do ângulo de dispersão [24], [25].

1.2 A técnica baseada no comportamento inercial, também conhecida como Cascade Impactor (CI), também representa uma das formas de medir o diâmetro das gotas na suspensão aerodinâmica. Este método é baseado na inércia das partículas e é usado para caracterizar aerossóis por meio de um dispositivo onde as partículas são separadas por impacto em vários níveis. A corrente de ar que arrasta as partículas é acelerada por um bico contra uma placa plana. As linhas de corrente de gás mudam abruptamente, o que não acontece com algumas partículas, principalmente as maiores, que, por sua alta inércia, precipitam no prato. A passagem das partículas por estágios sucessivos provoca sua deposição em frações com diâmetros sucessivamente menores. Em cada piso de massa, frações de partículas são obtidas com a mesma inércia, ou seja, o mesmo diâmetro aerodinâmico, que, após manipulação matemática, gerou a distribuição do tamanho da amostra inicial [26], [27].

O PDA é um dos mais precisos para a caracterização do tamanho de partícula em dispersão aerodinâmica. Nesta técnica, vários detectores posicionados em diferentes ângulos de espalhamento são usados para amostrar porções espaciais ligeiramente diferentes do sinal de luz espalhado por partícula. Um Sistema de detectores de deslocamento bifásico transmite informações sobre o diâmetro da partícula, índice de encolhimento e características de forma geométrica. O PDA é capaz de caracterizar partículas de amplo tamanho dinâmico, de 0,3 a 8,0 μm , com precisão de 5% [28].

Assim, há um problema a ser respondido: Como quantificar a eficiência dos nebulizadores em entregar gotículas aerodinâmicas dispersas com diâmetros na faixa de 1,0 a 5,0 μm (gotículas respiráveis)? Em busca de uma resposta a esta questão, a técnica ILD foi utilizada para caracterizar a população de gotículas geradas no processo de nebulização, enfatizando a região entre 1,0 e 5,0 μm , que corresponde à faixa ideal de absorção do fármaco no trato respiratório inferior, o que permite uma melhor resposta ao tratamento terapêutico.

No atual cenário pandêmico do SARS-CoV-2, este trabalho apresenta um método para caracterizar o diâmetro das gotas geradas por nebulizadores em procedimentos de nebulização pela técnica ILD. Este artigo também discute a possibilidade do uso de medicamentos utilizando o nebulizador como agente transportador através das gotículas aerodinâmicas com base nas propriedades físico-químicas de medicamentos já utilizados na prática clínica.

2.MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 NEBULIZADORES E GOTÍCULAS EM SUSPENSÃO AERODINÂMICAS

No desenvolvimento do trabalho, foram escolhidos aleatoriamente três nebulizadores domésticos, comercializados no mercado brasileiro, dois pneumáticos e um ultrassônico. Eles foram designados pelas letras A, B e C. Para quantificar o tamanho das gotas, foi utilizado um Micrômetro de Estágio (Edmund Optics. 30-101, EUA), acoplado à ocular do microscópio Axiovert A1 (Carl Zeiss , Jena, Alemanha). As imagens foram obtidas por meio de uma câmera digital de alta velocidade (HiSpec 47; Fastec Imaging) com resolução de 1696 x 1710 pixels e taxa de aquisição de 200 fps.

Foi utilizada solução salina a 0,9% para constituir o veículo aquoso dos nebulizadores, com viscosidade estimada em 0,90 mPa. As imagens foram obtidas focalizando diretamente o aerossol gerado em uma lâmina de vidro acoplada ao microscópio a uma distância fixa de 0,1, a uma temperatura de 22o C, pressão atmosférica de 102,1 kPa, e com umidade relativa do ar em torno de 68%.

As imagens das gotas rasantes à lâmina foram capturadas e armazenadas em uma unidade de memória. Elas foram adquiridas a uma taxa de 200 (fps) com um tempo total de aquisição de 2 s, totalizando 400 imagens para cada nebulizador pesquisado utilizando a técnica LDI. A Figura 1 apresenta uma imagem obtida de uma população de microgotas rentes à lâmina, excluindo as gotas condensadas em sua superfície.

Figura 1: Imagem de gotículas em suspensão aerodinâmica adquirida pelo dispositivo experimental.

Fonte: Autoria própria.

Para quantificar o tamanho das gotas, as imagens foram processadas por meio de um protocolo estabelecido no MATLAB® versão 2015b.

2.2 PROCESSAMENTO DE IMAGEM USADO NA AQUISIÇÃO DOS DADOS EXPERIMENTAIS

A primeira etapa do processamento foi segmentação das imagens. O objetivo era tentar diferenciar todas as regiões que representam as gotas do restante da imagem. Essa segmentação é feita comparando a imagem a ser processada com uma imagem de referência (imagem da mesma região filmada durante o experimento, mas sem a presença de gotículas). Um exemplo de uma imagem real (a) ao lado de uma imagem de referência (b) pode ser visto na Figura 2.

Figura 2: (a) Imagem a ser processada (b) Imagem de referência. Fonte: Autoria própria.

Todos os pixels da imagem são percorridos fazendo uma comparação do nível de cinza (escala que vai de 0 a 255 denotando a intensidade da luz de uma imagem, sendo 0 representando a cor totalmente preta e 255 a cor branca, com valores intermediários representando diferentes níveis de cinza) dos pixels correspondentes na imagem a ser processada, e a referência [29], [30]. Se os pixels correspondentes das imagens processadas e de referência são considerados semelhantes, ou seja, apresentam diferenças nos valores da escala de cinza dentro de uma faixa pré-determinada (no processamento atual, os pixels que apresentam diferença em seu nível de cinza para cima a 25), o pixel é entendido como o "fundo" da imagem (ou seja, uma região onde não há micro gotículas) e na imagem processada este pixel é definido como branco (valor igual a 255). No entanto, se os pixels correspondentes forem considerados diferentes (diferença de nível de cinza maior que 25), o pixel é entendido como parte de uma gota, e então na imagem processada o pixel correspondente é definido como preto (valor igual a 0). A Equação 1 mostra a lógica aplicada:

$$f(x) = \begin{cases} 255 & \text{(Referência Original) } < 25 \\ 0 & \text{(Referência Original) } \geq 25 \end{cases} \quad \text{(Equação 1)}$$

A Figura 3 apresenta um exemplo da imagem original (a) juntamente com a imagem obtida após a aplicação da técnica descrita (b). Este processamento inicial fornece uma imagem em que o fundo é branco e as gotas são pretas (imagem binária, apenas com valores 255 ou 0). Porém, até este estágio, normalmente apenas as regiões de contorno das gotas eram identificadas, deixando uma pequena região no centro ainda identificada como background. Nesta etapa, todas as regiões que são circundadas por preto (regiões que teoricamente estão no meio das interfaces encontradas em uma gota e, portanto, também fazem parte da gota), elas também são preenchidas com preto. Este procedimento é realizado utilizando o preenchimento de regiões através da função “in-fill”, uma função da biblioteca de processamento de imagens MATLAB®, que utiliza um algoritmo baseado em reconstrução morfológica [30]. Com isso, é obtida uma imagem em que as gotas são todas representadas em preto e o fundo da imagem todo em branco. Na Figura 3 (c), pode-se visualizar a imagem processada na etapa anterior, juntamente com a imagem após a aplicação da função “infill” [31]. Na próxima etapa, cada uma das regiões pretas na imagem é identificada separadamente (com valores 0), que representam cada uma das gotas. A etapa de extração de recurso envolvendo o cálculo da área em pixels de cada uma dessas regiões, é realizada com o auxílio da função “regionprops” do MATLAB®. As diferentes regiões consideradas como gotas individuais são mostradas na Figura 3 (d), com cada gota representada por uma cor diferente. Cada gota identificada tem seu diâmetro em pixels (DP) determinado, com base na área em pixels (AP) que ocupa (Equação 2).

Figura 3: (a) Imagem original; (b) Imagem obtida após aplicação da técnica de segmentação utilizada; (c) Imagem obtida após a aplicação da função “infill” e (d) Diferentes regiões de diferentes cores são consideradas gotículas individuais. Fonte: Autoria própria.

$$D_P = \sqrt{4A_P/\pi} \quad \text{(equação 2)}$$

As áreas consideradas muito pequenas são desconsideradas, pois representam um possível ruído do processamento da imagem. Um exemplo com imagens antes e depois de eliminar possíveis ruídos é mostrado na Figura 4.

Figura 4: (a) Imagem antes de eliminar possível ruído (b) Imagem depois de eliminar possível ruído. Fonte: Autoria própria.

Os diâmetros encontrados até agora ainda estão em pixels como uma unidade, então torna-se necessário convertê-los em uma unidade de comprimento adequado para análise (micrômetros, por exemplo). Isso é feito por meio de uma medição de referência da imagem usando o Micrômetro de Estágio. Um comprimento real tomado como padrão na imagem é então medido em pixels, o que permite que a transformação seja feita para todos os diâmetros calculados [31]. Neste ponto do processamento, todos os diâmetros de gotículas identificados na imagem são distribuídos. O que se faz a seguir é criar histogramas (com a função “hist”) para representar a distribuição dos diâmetros encontrados na imagem da forma desejada, conforme mostrado na Figura 5. O processo é então repetido para todas as imagens, criando um histograma de diâmetros para cada imagem. Por fim, um histograma adicional é criado considerando agora todas as gotas encontradas em toda as imagens s as imagens.

Figura 5: Histograma representando a frequência relativa em função do intervalo do diâmetro da gota. Fonte: Autoria própria.

2.2 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS DE FÁRMACOS

As propriedades físico-químicas dos medicamentos usados atualmente para tratar os sinais e sintomas da SARS-CoV-2, como solubilidade em água, constante de dissociação ácida (pKa), coeficiente de partição óleo / água, massa molecular, granulometria, área de contato superficial, entre outros, foram compiladas em bases de dados PubChem [32] e Drug Bank [33]. Dados sobre constantes físicas e químicas e dados sobre farmacocinética e farmacodinâmica foram extraídos. Além disso, a Farmacopeia Brasileira [34] e as leis brasileiras foram consultadas que prevêm testes de desempenho in vitro e testes para comprovar a equivalência terapêutica para medicamentos inalatórios orais e sprays e aerossóis nasais [35], [36].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os três nebulizadores pesquisados utilizam o valor do Diâmetro Médio da Massa Aerodinâmica (MMAD) presente nos manuais como padrão de caracterização das gotas. Essa variável representa o valor médio do tamanho aerodinâmico das gotas geradas por cada um dos nebulizadores pesquisados, pois leva em consideração o tamanho do diâmetro de massa de cada gota.

No desenvolvimento deste trabalho, Median Aerodynamic Diameter Count (CMAD) foi usada para caracterizar o tamanho das gotas de dispersão aerodinâmica produzidas pelos nebulizadores aqui estudados. Este parâmetro representa a mediana das gotas, ou seja, caracteriza a quantidade de 50% das gotas que estão acima da média e os 50% das gotas que estão abaixo da média. Para cada um dos nebulizadores pesquisados, foi feita uma análise estatística do número de gotas geradas em função do diâmetro e elaborado um histograma característico relacionado ao diâmetro das gotas, enfatizando a faixa de 1,0 a 5,0 μm que corresponde ao ideal faixa. A Tabela 1 apresenta as informações sobre o diâmetro das gotículas veiculadas nos manuais de fábrica, percentual das gotículas localizadas na faixa ideal e diâmetro médio característico das gotículas em suspensão para cada nebulizador (amostra) utilizando o parâmetro (CMAD) utilizando a técnica ILD.

Tabela 1: Informações sobre o diâmetro das gotas fornecidas nos manuais que acompanham o equipamento; Porcentagem de gotas na faixa ideal; Diâmetro médio característico das gotas em suspensão para cada nebulizador (amostra) usando o parâmetro (CMAD) usando a técnica ILD. Fonte: Autoria própria.

Nebulizer	Instruction manual (µm)	Percentage of particles in the ideal range (%)	CMAD parameter using the ILD technique (µm)
A	4.0	43.95	5.5
B	<5.0	34.48	5.9
C	0.5-10	58.46	4.5

Pode-se observar na Tabela 1 que as informações veiculadas nos manuais do fabricante dos nebulizadores pesquisados trazem apenas os valores do parâmetro MMAD como referência, sem nenhuma informação sobre a metodologia utilizada na determinação desse valor. Em contraste, a tabela mostra a categorização das gotas por faixas de diâmetro usando o parâmetro CMAD, mostrando quantitativamente a população de gotas localizadas na faixa ideal de 1,0 a 5,0 µm.

3.1 HISTOGRAMAS DOS NEBULIZADORES

As Figuras 6 a 8 mostram os histogramas da distribuição das gotas produzidas pelos nebulizadores A, B e C, a partir do registro das imagens captadas no processo de nebulização em 2,0 s. Em cada um dos histogramas, destaca-se a faixa correspondente de partículas respiráveis (faixas verdes), ou seja, gotículas com diâmetros entre 1,0 a 5,0 µm.

Figura 6: Histograma que expressa uma gama de partículas respiráveis do nebulizador A.

Figura 7: Histograma que expressa uma gama de partículas respiráveis do nebulizador B.

Figura 8: Histograma que expressa uma gama de partículas respiráveis do nebulizador C.

Analisando os histogramas, é possível perceber o caráter polidisperso das gotas geradas pelos nebulizadores tomados como amostra, e que cada equipamento possui sua característica de produção de gotas na faixa ideal (1,0 a 5,0 µm). Isso representa uma indicação importante para a escolha do equipamento, pois como já foi tratado é nessa faixa de diâmetros que ocorre uma melhor resposta ao tratamento devido a uma maior absorção efetiva do fármaco pelos alvéolos pulmonares. A análise de histogramas puros e simples pode representar uma forma inicial de caracterização dos nebulizadores com base na capacidade de cada um de entregar gotículas na faixa ideal.

3.2. DISTRIBUIÇÕES DE FREQUÊNCIA DO DIÂMETRO DAS GOTÍCULAS GERADAS PELOS NEBULIZADORES

O histograma com as densidades de frequência é útil nos casos em que você deseja visualizar o ajuste das curvas de densidade de distribuição. Cada valor de densidade de frequência (no eixo vertical) é igual à frequência absoluta dos valores na classe correspondente (no eixo horizontal), dividido pelo comprimento dessa classe. A distribuição normal é amplamente utilizada em várias aplicações com experimentos e fenômenos físicos com propriedades de simetria em torno da média. Embora seu modelo teórico permita valores positivos e negativos do diâmetro das gotas, essa

distribuição pode ser utilizada na prática, pois baixos valores de desvio padrão resultam em probabilidades quase nulas de obtenção de valores negativos. As distribuições Log Normal, Gamma e Normal Inverse permitem apenas valores positivos, portanto, há interesse em usar essas distribuições em experimentos que resultam em apenas valores positivos (como diâmetros de gotículas). Outro parâmetro é o critério Akaike Information Criterion (AIC) de adequação de um conjunto de valores a uma distribuição de probabilidade específica: quanto menor o valor de AIC, melhor o ajuste do modelo. Este critério verifica a qualidade do ajuste levando em consideração ao número de parâmetros no modelo.

As Figuras 9 a 11 mostram os histogramas com as densidades de frequência, associadas às curvas de distribuição de frequência: Normal, Log-Normal, Gama e Normal Inverso para cada um dos nebulizadores pesquisados. Esses dados são de grande importância para a caracterização do comportamento de cada nebulizador, além do cálculo do importante parâmetro AIC que caracteriza quantitativamente a correlação entre os dados.

Figura 9: Histograma com as curvas de densidade ajustadas para o nebulizador A.

Analisando o gráfico representado pela Figura 9, pode-se concluir que a predominância da densidade de frequência na região entre 2,0 e 5,0 μm , é relevante para o nebulizador A. Nesta faixa há uma grande entrega de gotículas respiráveis, ou seja, (1,0 a 5,0 μm). Acontece que as curvas de densidade normal inversa e densidade Log Normal são quase idênticas, pois capturam melhor a classe modal dos diâmetros das microbolhas (de 3 a 4 μm).

Figura 10: Histograma com as curvas de densidade ajustadas para o nebulizador B.

Analisando o gráfico representado pela Figura 10, observa-se que há uma maior concentração da distribuição de densidade de frequência na região entre 3,0 e 9,0 µm, com pico entre 4,0 a 5,0 µm para o nebulizador B. Verifica-se que o Inverso As curvas de densidade Normal e Log Normal são quase idênticas, elas capturam melhor a classe modal dos diâmetros de microbolhas de 4,0 a 5,0 µm. O gráfico representado pela Figura 45 mostra o comportamento do nebulizador F de acordo com as distribuições testadas.

Figura 11: Histograma com as curvas de densidade ajustadas para o nebulizador C.

Analisando o gráfico representado pela Figura 11, um pico entre 3,0 e 4,0 µm é observado para o nebulizador F. Pode-se observar que as curvas de densidade Normal Inversa e Log Normal são quase idênticas - captam melhor o modal de classe dos diâmetros das microbolhas (de 3,0 a 4,0 µm), além de se ajustarem melhor a valores próximos a 1,0 µm (à esquerda do gráfico). Pelos aspectos apresentados das distribuições ajustadas, nas figuras acima, podemos verificar um resumo dos parâmetros estatísticos para cada nebulizador estudado. Esta análise mostra uma predominância da distribuição Log Normal, de acordo com a literatura sobre a distribuição que melhor se ajusta aos dados de tamanho de microgotas. A Tabela 2 mostra a média, mediana, desvio padrão e distribuição ajustada dos dados.

Tabela 2: Estatística descritiva com distribuições ajustadas e critérios de Akaike (AIC), além dos valores relativos à Média, Mediana e Desvio Padrão.

Nebulizador	Média	Mediana	Desvio Padrão (σ)	Distribuição ajustada
A	6.43	5.51	3.17	Log Normal
B	6.94	5.95	3.09	Log Normal
C	4.88	4.51	2.15	Log Normal

3.3 A TÉCNICA DA INCIDÊNCIA LAMINAR DIRETA (IDL) NA CARACTERIZAÇÃO DE GOTAS AERO DISPERSAS

A microscopia é considerada um método absoluto de análise do tamanho das partículas, uma vez que é o método em que as partículas individuais são observadas e medidas [19]. As demais técnicas de análise, como difração a Laser (LD), Cascade Impactor (CI) e Anemometria Doppler de Fase (PDA), conforme descritas anteriormente, são calibradas com microscópios ópticos e lasers de alta intensidade, que caracterizam medidas indiretas [26]. Este achado sugere que a microscopia óptica é mais adequada quando se trabalha com partículas aéreas dispersas com diâmetros entre 0,8 a 150,0 μm dependendo do comprimento de onda da fonte de luz, embora um limite inferior prático de 3,0 μm seja frequentemente citado [19].

Assim, o processamento digital de imagens de microscopia de aerossol produzidas por nebulizadores pode fornecer resultados confiáveis. Com base nessas informações, a técnica de medição microscópica foi aplicada como forma direta de medição associada ao processamento de imagens, o que se traduz na técnica ILD.

Analisando os resultados experimentais, verificou-se que:

- Os histogramas apresentados em conjunto com a terceira coluna da Tabela 1, mostram que cada nebulizador tem um comportamento diferente em relação ao fornecimento de gotas na região ideal, além de apresentar valores diferentes do parâmetro CMAD. Isso pode estar associado ao projeto do equipamento ou anomalias técnicas passíveis de serem contornadas pelos fabricantes.
- A técnica ILD representa uma alternativa viável para a caracterização de gotas aero dispersas, uma vez que seu funcionamento não requer equipamentos sofisticados e caros, o que o torna bastante competitivo em relação às demais técnicas de medição.
- A diferença de comportamento de cada nebulizador em entregar gotículas na faixa ideal, sinaliza que a escolha de um determinado equipamento pode apresentar uma vantagem sobre o outro no que diz respeito à resposta terapêutica do tratamento, uma vez que essa resposta

depende da proporção de gotículas na faixa respirável, ou seja, entre 1,0 a 5,0 μm (onde ocorre a maior deposição pulmonar).

- A distribuição de densidade de frequência do diâmetro de gotícula associada a cada um dos nebulizadores pesquisados mostra o alto grau de dispersão da população de gotículas aerodinâmicas. Esse fato é confirmado pelos altos valores dos desvios-padrão (σ) associados a cada distribuição. A metodologia proposta com a caracterização das gotas geradas por faixas de tamanho, apresenta uma forma de avaliar o comportamento dos nebulizadores em relação à região ideal, ou seja, 1,0 a 5,0 μm .
- A Tabela 2 mostra o comportamento dos nebulizadores em relação aos dados estatísticos Média, Mediana, Modo, Desvio Padrão e Distribuição Ajustada. Pode-se observar que existe um predomínio da distribuição Log Normal conforme descrito na literatura que envolve o estudo de gotas aero dispersas.

3.4 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS DE MEDICAMENTOS, COM POTENCIAIS USO POR NEBULIZAÇÃO, PARA TRATAR SINTOMAS DA SARS-COV-2

A administração de medicamentos inalados requer atenção tanto na aplicação quanto na administração. As propriedades físico-químicas da formulação e as interações com o nebulizador são fatores relevantes, pois podem afetar diretamente as propriedades do aerossol e, conseqüentemente, a biodisponibilidade do fármaco e a eficácia após a nebulização [37]. A administração de fármaco para inalação está tipicamente associada a alta eficácia pulmonar e efeitos colaterais sistêmicos mínimos e processos farmacocinéticos, como deposição de partículas / gotículas de fármaco; dissolução pulmonar de drogas; absorção para o tecido pulmonar; retenção de tecido pulmonar e metabolismo de tecido; e, a eliminação da droga absorvível para a perfusão sistêmica são clinicamente relevantes [38].

Uma das propostas deste artigo é a análise do potencial de fármacos, com base em propriedades físico-químicas e farmacológicas, para administração inalatória, como auxílio à equipe multiprofissional de saúde, no tratamento de doenças do trato respiratório. As Tabelas 3 e 4 mostram, respectivamente, as principais propriedades físico-químicas e farmacológicas dos medicamentos utilizados no tratamento das doenças do trato respiratório, atualmente em investigação para o tratamento dos sinais e sintomas da SARS-CoV-2, em todo o mundo.

Até o momento, não existem vacinas e medicamentos para o tratamento do Coronavírus, no entanto, vários países têm se esforçado para criar protocolos clínicos que minimizem os danos causados nos sistemas fisiológicos, nos organismos humanos, principalmente os cardiovasculares e respiratórios [39]. Várias alternativas terapêuticas têm sido utilizadas para tratar SARS-CoV-2, entre as quais antimicrobianos (Azitromicina e Ciprofloxacina), antimaláricos (Cloroquina e Hidroxicloroquina),

Antiparasitários (Ivermectina e Nitazoxanida), Antirreumáticos (Hidroxiciclizoroquina e Hidroxicina), Antiinflamatório não esteroide - AINE (ibuprofeno), Antiinflamatório esteroide (Prednisolona e Metilprednisolona), antirretrovirais (Lopinavir e Ritonavir), antivirais (Nitazoxanida, Oseltamivir, Remdesivir e Ribavirina). Porém, muitas vezes, tais medicamentos estão disponíveis apenas em soluções sólidas (pó, comprimido e cápsula), semissólidas (suspensão) e, algumas delas, líquidas (injetáveis e oftálmicas). No cenário atual de pandemia causada pelo Coronavírus, o uso off-label dessas drogas pode ser uma alternativa viável para administração e sucesso terapêutico [40], [41]. Além disso, o desenvolvimento farmacotécnico de novas formulações farmacêuticas é uma ferramenta relevante, pois engloba o estudo de aspectos relacionados à substância química (fármaco), forma farmacêutica e tecnologia industrial [42].

As principais propriedades e parâmetros para formulações farmacêuticas úteis para administração por nebulização a serem considerados ao projetar um inalador eficaz são: propriedades do aerossol (diâmetro aerodinâmico médio de massa; desvio padrão geométrico; fração de partícula fina e velocidade do ar / partícula); propriedades das partículas (diâmetro do volume; densidade aparente; densidade compactada; forma e carga); propriedades físico-químicas (solubilidade e higroscopicidade); e, propriedades pulmonares (geometria da árvore respiratória - estrutura das vias aéreas e diâmetro das vias aéreas; influência do estado da doença na estrutura das vias aéreas; padrão respiratório - respiração oral ou nasal) [8]. Os dados obtidos mostram que as drogas enoxaparina, oseltamivir, ribavirina são as mais facilmente solúveis em água. Azitromicina, ibuprofeno, prednisona e metilprednisolona, também apresentam solubilidade parcial em água. Essas informações sobre a solubilidade podem facilitar seu uso por inalação. Porém, estudos de viabilidade tecnológica e biofarmacêuticas são necessários para a obtenção de formulações estáveis e eficazes. Em relação à massa molecular (MM), é observada uma faixa de 307,28 a 748,98 g / mol (Daltons) para os fármacos avaliados. A enoxaparina tem massa molecular entre 3.800 a 5.000 Daltons. Nesse contexto, quanto menor a massa molecular, o transporte da molécula pelo trato respiratório pode ser acelerado, chegando à árvore brônquica com maior velocidade e, portanto, mais disponível para absorção. O ibuprofeno, a ribavirina e a nitazoxanida apresentam MM inferior a 300 g / mol, o que reforça a possibilidade de utilização dessa via. No entanto, vários outros parâmetros físico-químicos devem ser analisados para potenciais formulações farmacêuticas, adequadas para este fim.

O coeficiente de partição óleo / água (OAPC) é usado no projeto de drogas como uma medida da hidrofobicidade de um soluto e um proxy para sua permeabilidade de membrana [43]. Na indústria

farmacêutica, para estimar como um medicamento pode ser transferido entre diferentes ambientes biológicos e são regularmente usados para prever a hidrofobicidade de uma molécula [44]. Menor OAPC, menor a solubilidade, em gorduras, de substâncias químicas. Drogas como ciprofloxacina, enoxaparina, prednisona, metilprednisolona, nitazoxanida, oseltamivir, remdesevir e ribavirina têm uma força de partição inferior a 3 e, isso pode fortalecer seu uso por inalação, realizada em solução salina 0,9%. Uma alternativa farmacotécnica para a formulação de fármacos para uso por inalação seria a incorporação em lipossomas. No entanto, algumas drogas, quando diluídas em maior volume, seja em câmara de nebulização ou mesmo no pulmão, como os corticosteroides em lipossomas, tendem a perder seu conteúdo em um padrão bifásico determinado por seu coeficiente de partição [45].

Todos os fármacos estudados tinham área superficial inferior a 250 angstrom, ou seja, entre 0,003 e 0,02 μ . Dessa forma, os medicamentos usados mundialmente para tratar os sinais e sintomas da SARS-CoV-2 poderiam ser transportados por nebulização. Neste estudo, a técnica ILD representa uma alternativa viável para a caracterização de gotas aero dispersas, para administração desses medicamentos. Porém, de acordo com os dados da tabela 4, alguns medicamentos apresentam biodisponibilidade abaixo de 40%, com destaque para o lopinavir (25%) e a azitromicina (37%). Além disso, aspectos de segurança no uso de medicamentos devem ser avaliados. Entre os principais efeitos adversos estão a cardiotoxicidade (azitromicina, ciprofloxacina, cloroquina e hidroxicloroquina) e tóxicos para o trato respiratório (ibuprofeno, lopinavir, remdesivir, ritonavir e toclizumabe).

Os medicamentos nitazoxanida e Oseltamivir são os menos tóxicos e, portanto, podem ser potenciais medicamentos a serem administrados por nebulização. Na literatura, alguns estudos indicam o uso inalado de Azitromicina [7], Ciprofloxacina no tratamento da bronquiectasia de fibrose não cística [46], Enoxaparina [47], Prednisona [48], Ribavirina na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica [49] e Oseltamivir como profilaxia da gripe [50], [51]. A nitazoxanida é relatada, na literatura, como um novo candidato a fármaco para o tratamento do coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio [52]. Para o tratamento dos sinais e sintomas da SARS-CoV-2, a literatura indica que a Hidroxicloroquina como um aerossol pode reduzir significativamente e até prevenir a infecção de sintomas clínicos graves [53]. Além disso, foram estudados os benefícios do Remdesivir para o tratamento dos sintomas do Coronavírus, por combinação de administração pulmonar e intravenosa [54].

Nesse contexto, a possibilidade de tratamentos inovadores para os sinais e sintomas da SARS-CoV-2 é uma necessidade real e a via inalatória uma alternativa potencial. Assim torna-se, relevante conhecer as propriedades físico-químicas de medicamentos já utilizados na prática clínica, que podem ser administrados por nebulização.

Tabela 3: Propriedades físico-químicas de medicamentos usados em doenças do trato respiratório e, atualmente, sendo investigados para tratar os sinais e sintomas da SARS-CoV-2 [32], [33], [34].

Drug	Pharmaceutical forms available in Brazil	Solubility	Water Solubility (mg/L, at 25 °C)	Molecular mass (Daltons)	Oil / water partition coefficient	Area superficial (Å)	pKa
Azithromycin	tablets, oral suspension and solution for injection	soluble in ethanol and Dimethyl sulfoxide (DSMO)/minimally soluble in water	2.37	748.98	3.03	180.08	8.5
Ciprofloxacin	tablets, solution for injection and ophthalmic solution	Practically insoluble in water. Soluble in dilute acetic acid, very poorly soluble in ethyl alcohol.	$< 1 \times 10^{-3}$	331.34	0.28	72.88	6.09 (carboxylic acid group); 8.74 (nitrogen, in the piperazinyl ring)
Chloroquine	tablets (diphosphate) and solution for injection (hydrochloride)	Very little soluble in water. Soluble in diluted acids.	0.14	319.87	4.63	28.16	10.1
Hydroxychloroquine	tablets	NR	2.61×10^{-4}	434.0	3.6	48.4	9.67
Enoxaparin	solution for injection (subcutaneous)	soluble in water, alcohol, ether, acetone, chloroform and benzene. Hygroscopic powder.	> 0.2	3800 – 5000	-13.2	NR	NR
Ibuprofen	tablets and oral suspension	Practically insoluble in water, easily soluble in ethyl alcohol and alcohol methyl. Soluble in aqueous solutions of alkaline hydroxides.	21	206.29	3.97	37.3	5.3
Ivermectin	tablets	insoluble in water	insoluble	875.1	4.1	170.06	12.47
Lopinavir	tablets	Practically insoluble in water, soluble in methanol and ethanol; soluble in isopropanol	7.7×10^{-3}	628.8	5.94	120	13.39
Prednisolone	solution for injection and oral suspension	Moderately soluble in dioxane, methanol; slightly soluble in methanol, acetone, chloroform	223	360.4	1.6	94.8	NR
Methylprednisolone	solution for injection	Moderately soluble in dioxane, methanol; slightly soluble in acetone, chloroform; very slightly soluble in ether.	120	374.5	1,525	94.83	12.59
Nitazoxanide	tablets and oral suspension	NR	0.000189	307.28	1.63	142	8.3
Oseltamivir	capsules and powder for oral suspension	soluble in water	6.86×10^{-4}	312.4	1.1	90.65	7.7
Remdesivir	solution for injection	NR	$3,39 \times 10^{-4}$	602.6	2.2	203.55	10.23
Ritonavir	tablets and oral solution	Freely soluble in methanol and ethanol; soluble in isopropanol.	1.26×10^{-4}	720.9	3.9	145.78	13.68
Ribavirin	tablets and suspension for injection (subcutaneous)	soluble in water and slightly soluble in alcohol	≥ 0.1	244.2	-1.9	143.72	11.88

NR (not reported); pKa: acid dissociation constant.

Tabela 4: Propriedades farmacológicas de drogas usadas em doenças do trato respiratório e, atualmente sendo investigadas para tratar sinais e sintomas de SARS-CoV-2 [32],

Drug	Therapeutic class	Pharmacokinetic processes				Main adverse effects
		Absorption / Bioavailability	Distribution	Metabolism	Elimination	
Azithromycin	Antibiotic (macrolide)	Not affected by food; OB: 37%	Widely distributed in tissues; VD: 31.1 L/Kg; T _{1/2} : approx. 68 hours; BPP: 7-51 %	Hepatic (CYP 3A4)	Bile (main route) - drug unaltered / Urine (6%)	Thrombocytopenia, arrhythmias (ventricular tachycardia)
Ciprofloxacin	Antibiotic (fluoroquinolone)	OB: 70-80 %	VD: 2.00-3.04 L/Kg; T _{1/2} : 4 hours; BPP: 20-40%	Hepatic (CYP 1A2)	Urine (45%) and feces (62%)	Tachycardia, dyspnoea, thrombocytopenia
Chloroquine	Antimalarial	OB: 67-114 %	VD: 200-800 L/Kg; T _{1/2} : 20-60 days; BPP: 46-74%	Hepatic (CYP 2C8, CYP 3A4, CYP 3A5, CYP 2D6 and CYP 1A1)	Urine (50% unaltered)	Cardiotoxicity (atrioventricular block, cardiomyopathies)
Hydroxychloroquine	Antimalarial and Antirheumatic	OB: 67-74%	VD: 5,522 L/Kg (blood); 44,257 L/Kg (plasma); T _{1/2} : 537 hours (blood); 2,963 hours (plasma); BPP: 50%	Hepatic (CYP 3A4)	Renal (40-50%); urine (16-21%) / skin (5%) and feces (24-25%)	Cardiomyopathy, prolongation of QT interval, emotional lability
Enoxaparin	Anticoagulant	100 %	VD: 4.3 L/Kg; T _{1/2} : 4.5 hours; BPP: 80 %	Hepatic (desulfation and polymerization)	Urine (40% of the dose)	Haemorrhages, thrombocytopenia, haematuria
Ibuprofen	Non-steroidal anti-inflammatory	OB: 80-90 %	VD: 0.1 L/Kg; T _{1/2} : 1.2 - 2 hours; BPP: 99 %	Hepatic (CYP 2C9)	Urine (90%)	Bronchospasm, CHF, gastrointestinal disorders, hypertension, anaphylaxis
Ivermectin	Antiparasitic	absorption moderate, especially with a diet rich in fats	VD: 3.5 L/Kg; T _{1/2} : 16 hours; BPP: 93 %	Hepatic	Feces	Diarrhea, nausea, urticaria, onchocerciasis, hypotension
Lopinavir	Antiretroviral	OB: 25%	VD: 16.9 L/Kg; T _{1/2} : 6.9 ± 2.2 hours; BPP: > 98 %	Hepatic (CYP 3A4)	Feces	SRT infections, diarrhea, anemia, angioedema
Prednisolone	Steroidal anti-inflammatory	70 %	VD: 29.3 L/Kg; T _{1/2} : 2.1-3.5 hours; BPP: 70-90 %	Hepatic	Urine (98 %)	CHF, arrhythmias, leukocytosis, cushing's syndrome, hypopituitarism
Methylprednisolone (MP)	Steroidal anti-inflammatory	OB: MP acetate (89.9%) and rectal (14.2%)	VD: 1.38 L / Kg; T _{1/2} : 2.3 hours; BPP: 76.8 %	Hepatic	Urine	
Nitazoxanide	Anthelmintic and Antiviral	70 % (suspension)	VD: not found; T _{1/2} : 7.3 hours; BPP: > 99)	Hepatic	Urine, bile and feces.	abdominal colic, diarrhea, headache
Oseltamivir	Antiviral	OB: 75 %	VD: 23-26 L/Kg; T _{1/2} : 1-3 hours; BPP: 42 %	Hepatic	Renal (90 %).	Nausea, vomiting, headache and body pains
Remdesivir	Antiviral	NR	VD: NR; T _{1/2} : 20 hours (metabolite) ; BPP: NR	NR	Urine (74 %) and feces (18 %)	RF, hypotension
Ritonavir	Antiretroviral	NR	VD: 0.41 ± 0.25 L/Kg; T _{1/2} : 1-3 hours; BPP: > 98 %	Hepatic (CYP3A4 and CYP2D6)	Feces (86 %).	IRT, cellulite, folliculitis and furunculosis
Ribavirin	Antiviral	OB: 45-64 %	VD: NR; T _{1/2} : 120-170 hours; BPP: NR	Renal	Urine (61 %) and feces (12 %)	Anemia, anorexia, depression
Tocilizumab	Antirheumatic	80-96 %	VD: 6.4 L / Kg; T _{1/2} : 11 – 13 days; BPP: NR	Hepatic	Renal (linear depuration)	SRT infections, leukopenia

OB: Oral bioavailability; VD: apparent volume of distribution; BPP: Binding to plasmatic proteins; T_{1/2}: Time oh half-life; NR (not reported); CHF:

Congestive Heart Failure; Superior Respiratory Tract (SRT); Inferior Respiratory Tract (IRT); MP: Methylprednisolone; RF: Respiratory failure.

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A quantificação do diâmetro das gotas produzidas pelos nebulizadores tomados como amostra pela técnica ILD levou à elaboração dos histogramas característicos de cada nebulizador pesquisado, relacionando a frequência de eventos em função do diâmetro das gotas. Nos histogramas apresentados, enfatizou-se a faixa ideal correspondente às gotas respiráveis, ou seja, aquelas com diâmetros entre 1,0 a 5,0 μm . Aliado a isso, gráficos dos histogramas associados às curvas de distribuição Normal, Log Normal, Gamma e Normal Inverso para avaliar o tipo de distribuição mais adequado de acordo com o banco de dados. Concluiu-se que a distribuição que mais se aproxima é o Log Normal de acordo com a literatura que trata do tema em estudo. Também foi comprovado o caráter polidisperso da população das gotículas geradas pelos nebulizadores, atestado pelo alto Padrão de Desvio (σ) dos diâmetros em relação à média.

A escolha do CDMA ao invés do MMAD surgiu da necessidade de se utilizar um parâmetro alternativo para quantificar a população de gotículas respiráveis, o CDMA tornou isso possível porque trabalha com a representação da mediana das gotículas, e não um valor absoluto do diâmetro de massa médio da população de gotículas representada por MMAD.

A técnica ILD mostrou-se eficiente para a caracterização de gotículas aerodinâmicas dispersas, combinando procedimentos ópticos voltados para aquisição de imagens, técnicas de processamento computacional. Além disso, mostrou-se operacionalmente viável pelo seu caráter simples e acessível ao utilizar materiais e equipamentos de baixo custo em comparação às demais técnicas já mencionadas.

A questão levantada no início do trabalho quanto à qualificação de nebulizadores de eficiência para entrega de gotículas com diâmetros entre 1,0 a 5,0 μm , que corresponde à faixa de gotículas respiráveis, foi respondida de acordo com os resultados experimentais alcançados. Este parâmetro é de fundamental importância, pois proporciona uma diferenciação dos nebulizadores de acordo com sua capacidade de liberação de gotículas na faixa supra citada, o que proporciona uma melhor resposta terapêutica durante o tratamento inalatório.

Nesse cenário, ainda há muito o que especular na busca por uma terapêutica eficaz, acessível e segura para o tratamento dos sintomas da SARS-CoV-2. O conhecimento das propriedades físico-químicas e farmacológicas torna-se essencial para o desenvolvimento de novas formulações inovadoras para

administração por inalação. A técnica ILD representa uma alternativa viável para a caracterização de gotículas aero dispersas, para administração desses fármacos.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Universidade Jorge Amado (UNIJORGE), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) e Grupo de Pesquisa: Biofarmacêuticas e Drogas.

6. REFERENCIAS

- [1] Kiselev, D., Matsvay, A., Abramov. I., Dedkov, V., Shipulin, G. and Khafizov, K. Current Trends in Diagnostics of Viral Infections of Unknown Etiology, *Viruses*. 12, 2020, 211.
- [2] Woolhouse, M., Scott, F., Hudson, Z., Howey, R. and Chase-Topping, M. Human viruses: Discovery and emergence, *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 367, 2012, 2864–2871.
- [3] Hasan, S., Ahmad, S. A., Masood, R. and Saeed, S. Ebola virus: A global public health menace: A narrative review, *Journal of Family Medicine and Primary Care*. 8, 2019, 2189–2201.
- [4] Kazmi, S. S., Ali, W., Bibi, N. and Nouroz, F. A review on Zika virus outbreak, epidemiology, transmission and infection dynamics, *Journal of Biological Research-Thessaloniki*. 27, 2020, 5.
- [5] McBride¹, R. and Fielding, B.C. The Role of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)-Coronavirus Accessory Proteins in Virus Pathogenesis, *Viruses*. 4, 2012, 2902–2923.
- [6] Astuti, I. and Ysrafil. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): An overview of viral structure and host response, *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*. 14, 2020, 407–412.
- [7] Mangal, S., Nie, H., Xu, R., Guo, R., Cavallaro, A., Zemlyanov, D. and Zhou, Q. Physico-Chemical Properties, Aerosolization and Dissolution of Co-Spray Dried Azithromycin Particles with L-Leucine for Inhalation, *Pharmaceutical Research*. 8, 2018, 28.
- [8] Ibrahim, M., Verma, R. and Garcia-Contreras, L. Inhalation drug delivery devices: technology update, *Medical devices (Auckland, N.Z.)*. 8, 2015, 131–139.
- [9] Tsuda, A., Henry, F. S. and Butler, J. P. Particle transport and deposition: basic physics of particle kinetics, *Comprehensive Physiology*. 3, 2013, 1437–1471.
- [10] Anderson, P. J. History of Aerosol Therapy: Liquid Nebulization to MDIs to DPIs, *Respiratory Care*. 50, 2005, 1139–1150.
- [11] Ari, A., Hess, D., Myers, T. R. and Rau, J. L. A guide to aerosol delivery devices for respiratory therapists. 2nd. Dallas, Texas: American Association for Respiratory Care, 2009.
- [12] Amirav, I., Balanov, I., Gorenberg, M., Groshar, D. and Luder, A. S. Nebulizer hood compared to mask in wheezy infants: aerosol therapy without tears!, *Archives of Disease in Childhood*. 88, 2003, 719-723.
- [13] Tena, A. F., Clarà, P. C. Deposition of Inhaled Particles in the Lungs, *Archivos de Bronconeumología*. 48, 2012, 240–246.
- [14] Carvalho, T. C., Peters, J. I. and Williams 3rd, R. O. Influence of particle size on regional lung deposition – What evidence is there? *International Journal of Pharmaceutics*. 406, 2011, 1–10.
- [15] Willeke, K. and Baron, P. A. Aerosol Measurement - Principles, Techniques and Applications: An Nostrand Reinhold, New York, 1993.

- [16] Ho, K. K. L., Kellaway, I.W. and Tredree, R. L. Particle size analysis of nebulized aerosols using Fraunhofer laser diffraction and inertial impaction methods, *Journal of Pharmacy and Pharmacology*. 38, 1986, S26P.
- [17] Patton, J. S. and Byron, P. R. Inhaling medicines: delivering drugs to the body through the lungs, *Nature Reviews Drug Discovery*. 6, 2007, 67–74.
- [18] Bennet, W. D. Aerosolized drug delivery: fractional deposition of inhaled particles, *Journal of Aerosol Medicine*. 4, 1991, 223–227.
- [19] Allen T. Powder Sampling and Particle Size Determination, Elsevier Press, Amsterdam, Netherland. 2003.
- [20] Yeo, L. Y., Friend, J. R., McIntosh, M. P., Meeusen, E. N. T. and Morton, D. A. V. Ultrasonic nebulization platforms for pulmonary drug delivery, *Expert Opinion on Drug Delivery*. 7, 2010, 663–679.
- [21] Dolovich, M. Measurement of particle size characteristics of metered dose inhalers (MDI) aerosols, *Journal of Aerosol Medicine*. 4, 1991, 251–263.
- [22] Porstendörfe, J., Gebhart, J. and Riöbig, G. Effect of Evaporation on the Size Distribution of Nebulized Aerosols, *Journal of Aerosol Science*. 8, 1977, 371–380.
- [23] Dolovich, M. B. and Dhand. R. Aerosol drug delivery: developments in device design and clinical use, *Lancet*. 377, 2011, 1032–1045.
- [24] Kippax, P. Measuring Particle Size Using Modern Laser Diffraction Techniques, *Paint & Coatings Industry Magazine*. 21, 2005, 42–47.
- [25] Araújo, L. M. P., Abatti, P. J., Araújo Filho, W. D. and Alves, R. F. Performance evaluation of nebulizers based on aerodynamic droplet diameter characterization using the Direct Laminar Incidence (ILD), *Research on Biomedical Engineering*. 33, 2017, 105–112.
- [26] O’Callaghan, C. and Barry, P. W. The science of nebulised drug delivery, *Thorax*. 52, 1997, 31–44.
- [27] De Boer, A. H., Gjaltema, D., Hagedoorn, P. and Frijlink, H. W. Characterization of inhalation aerosols: a critical evaluation of cascade impactor analysis and laser diffraction technique, *International Journal of Pharmaceutics*. 249, 2002, 219–231.
- [28] Durst F., Melling, A. and Whitelaw, J. H. Principles and practice of laser-Doppler anemometry, Academic Press, 1981.
- [29] Zhou, H., Wu, J. and Zhang, J. Digital Image Processing: Part I. Bookboon, 2010.
- [30] Soille, P. Morphological Image Analysis: Principles and Applications, Springer-Verlag, 1999.
- [31] Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. Digital Image Processing, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002.
- [32] PUBCHEM, United States of America. (2020). Retrieved from: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound>.

- [33] DRUG BANK, Canadá. (2020). Retrieved from: <https://www.drugbank.ca/drugs>.
- [34] Brazilian Pharmacopeia, 6th ed.; Brasília: Brazilian Health Surveillance Agency; 2019.
- [35] Ministry of Health, Brazilian Health Surveillance Agency (ANVISA). Normative Instruction No. 33. Brasília. (2019). Retrieved from: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3178137/IN_33_2019_.pdf/bf52c1a2-aa89-4b94-9001-98c457777e93.
- [36] Ministry of Health, Brazilian Health Surveillance Agency (ANVISA). Resolution of the Board of Directors – RDC No. 278. Brasília. (2019). Retrieved from: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3178137/RDC_278_2019_.pdf/69422274-3489-44b9-83d8-88b2044cc147.
- [37] Mansour, H. M. Inhaled medical aerosols by nebulizer delivery in pulmonary hypertension, *Pulmonary Circulation*. 8, 2018, 2045894018809084.
- [38] Borghardt, J. M., Kloft, C. and Sharma, A. Inhaled Therapy in Respiratory Disease: The Complex Interplay of Pulmonary Kinetic Processes, *Canadian Respiratory Journal*. 2018, 2018, 2732017.
- [39] Zhang, Y., Geng, X., Tan, Y., Li, Q., Xu, C., Xu, J., Hao, L., Zeng, Z., Luo, X., Liu, F. and Wanga, H. New understanding of the damage of SARS-CoV-2 infection outside the respiratory system, *Biomedicine & Pharmacotherapy*. 127, 2020, 110195.
- [40] Alper, J. D. and Gertner, E. Off-Label Therapies for COVID-19—Are We All In This Together?, *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. 2020, 10.1002/cpt.1862. “in press.”
- [41] Romani, L., Tomino, C., Puccetti, P. and Garaci, E. Off-label therapy targeting pathogenic inflammation in COVID-19, *Cell Death Discovery*. 6, 2020, 49.
- [42] Pramod, K., Tahir, M. A., Charoo, N. A., Ansari, S. H. and Ali, J. Pharmaceutical product development: A quality by design approach. *International Journal of Pharmaceutical Investigation*. 6, 2016, 129–138.
- [43] Bannan, C. C., Calabro, G., Kyu, D. Y. and Mobley, D. L. Calculating partition coefficients of small molecules in octanol/water and cyclohexane/water, *Journal of Chemical Theory and Computation*. 12, 2016, 4015–4024.
- [44] Sangster, J. J. Octanol-Water Partition Coefficients of Simple Organic Compounds, *Journal of Physical and Chemical Reference Data*. 18, 1989, 1111–1227.
- [45] Labiris, N. R. and Dolovich, M. B. Pulmonary drug delivery. Part II: The role of inhalant delivery devices and drug formulations in therapeutic effectiveness of aerosolized medications, *British Journal of Clinical Pharmacology*. 56, 2003, 600–612.
- [46] Chorepsima, S., Kechagias, K. S., Kalimeris, G., Triarides, N. A. and Falagas, M. E. Spotlight on inhaled ciprofloxacin and its potential in the treatment of non-cystic fibrosis bronchiectasis, *Drug Design, Development and Therapy*. 12, 2018, 4059–4066.

- [47] Bai, S.; Thomas, C.; Ahsan, F. Dendrimers as a carrier for pulmonary delivery of enoxaparin, a low-molecular weight heparin. *Journal of Pharmaceutical Sciences*. 96, 2007, 2090–2106.
- [48] Daley-Yates, P. T. Inhaled corticosteroids: potency, dose equivalence and therapeutic index, *British Journal of Clinical Pharmacology*. 80, 2015, 372–380.
- [49] Dumont, E. F., Oliver, A. J., Ioannou, C., Billiard, J., Dennison, J., Van den Berg, F., Yang, S., Chandrasekaran, V., Young, G. C., Lahiry, A., Starbuck, D. C., Harrell, A. W., Georgiou, A., Hopchet, N., Gillies, A. and Baker, S. J. A Novel Inhaled Dry-Powder Formulation of Ribavirin Allows for Efficient Lung Delivery in Healthy Participants and Those with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in a Phase 1 Study. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. 64, 2020, e02267-19.
- [50] Anekthananon, T., Pukritayakamee, S., Ratanasuwan, W., Jittamala, P., Werarak, P., Charunwatthana, P., Suwanagool, S., Lawpoolsri, S., Stepniewska, K., Sapchookul, P., Puthavathana, P., Fukuda, C., Lindegardh, N., Tarning, J., White, N. J., Day, N. and Taylor, W. R. J. Oseltamivir and inhaled zanamivir as influenza prophylaxis in Thai health workers: a randomized, double-blind, placebo-controlled safety trial over 16 weeks, *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. 68, 2013, 697–707.
- [51] Leyva-Gradoa, V. H. Palese, P. Aerosol administration increases the efficacy of oseltamivir for the treatment of mice infected with influenza viruses, *Antiviral Research*. 142, 2017, 12–15.
- [52] Rossignol, J. F. Nitazoxanide, a new drug candidate for the treatment of Middle East respiratory syndrome coronavirus, *Journal of Infection and Public Health*. 9, 2016, 227–230.
- [53] Klimke, A., Hefner, G., Will, B. and Vossa, U. Hydroxychloroquine as an aerosol might markedly reduce and even prevent severe clinical symptoms after SARS-CoV-2 infection, *Medical Hypotheses*. 142, 2020, 109783.
- [54] Sun, D. Remdesivir for Treatment of COVID-19: Combination of Pulmonary and IV Administration May Offer Additional Benefit, *The AAPS Journal*. 22, 2020, 77.

Capítulo 2

10.37423/211004952

ESTUDO DE CASO: SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE EM FARMÁCIAS E ALMOXARIFADOS

Elyr Teixeira de Almeida Alves

Senfio Soluções Tecnológicas Ltda

Daniel Souza Morim

Senfio Soluções Tecnológicas Ltda

Resumo: Este trabalho apresenta um sistema para monitoramento de temperatura e umidade de medicamentos e ambientes. O sistema é composto de *hardware* e *software* que realizam medições locais e as envia pela rede *Wi-Fi* para um software na web. Alertas são enviados por *email* e SMS e com isso evitam que medicamentos possam ser perdidos, caso a temperatura fuja de padrões pré-estabelecidos. O custo de implantação e manutenção do sistema são consideravelmente menores (-88%) que os custos com funcionários do próprio hospital. Sem contar que a inviolabilidade dos dados garante maior confiança nos processos de acreditação. O sistema foi implantado nos setores de farmácia e almoxarifado de um hospital privado no Rio de Janeiro e toda coleta, registro e armazenamento dos dados é informatizado.

Palavras-chave: Monitoramento de temperatura e umidade, RFID, Internet das Coisas.

INTRODUÇÃO

Atualmente o monitoramento de temperatura e umidade de forma manual é uma realidade em setores hospitalares como: farmácia, almoxarifado, transporte interno, nutrição, centro de materiais esterilizados, arsenais, laboratórios, entre outros, em todo o Brasil [1]. Isto acontece devido à falta de conhecimento, falta de recursos ou até mesmo falta de uma visão sistêmica em relação à gestão de cadeia de suprimentos no ambiente hospitalar [2].

Tal monitoramento é de extrema importância devido à necessidade de controle de qualidade e vida útil de cada produto monitorado. Existem medicamentos que, ao ficarem armazenados fora da temperatura indicada pelo fabricante perdem a estabilidade [3], prejudicando o paciente. Quando se trata da preparação de componentes sanguíneos, por exemplo, diferenças de temperatura em seu armazenamento fazem com que sua validade diminua de 24 meses para 12 meses para o plasma, conforme preconiza a RDC nº 46 de 2000 da ANVISA em seu item C.3.1 do Anexo I, Regulamento Técnico para Procedimentos de Hemoterapia.

Por esses e por outros motivos, sistemas de Identificação por Rádio Frequência (RFID) têm sido bastante utilizados em uma enorme gama de aplicações, onde se podem citar indústrias, segurança pessoal e pública, animais, registro de preços em supermercados, cadeia de suprimentos, indústria farmacêutica e ambientes hospitalares, entre outros [4][5]. O uso deste tipo de identificação é uma das grandes oportunidades em tecnologia da informação (TI). Quando leitores de RFID são ligados à Internet, estes, distribuídos pelo mundo, podem identificar, rastrear, monitorar e até controlar objetos automaticamente e em tempo real, se necessário. Este conceito é intitulado Internet das Coisas (IoT) [6]. O conceito de internet das coisas se refere a objetos com identificadores únicos e suas análogas representações num sistema na Internet. A identificação por radio frequência é frequentemente vista como um pré-requisito para a internet das coisas [6]. Ambas as tecnologias podem automatizar este cenário de monitoramento manual.

Este trabalho mostrar um sistema de monitoramento web, desenvolvido totalmente por uma empresa brasileira, capaz de monitorar a temperatura e a umidade de ambientes, geladeiras e freezers. Ele foi implantado em um hospital privado de médio porte na cidade do Rio de Janeiro, o Hospital Badim com o objetivo de segurança hospitalar, redução de custos e aumento de eficiência.

MATERIAIS E MÉTODOS

Conforme a classificação de Gil [7], este é um trabalho de natureza aplicada e se qualifica como sendo do tipo estudo de caso, de abordagem quantitativa. As avaliações envolveram critérios econômicos e de qualidade.

No Hospital Badim foram implantados nove termômetros, sendo sete no setor do almoxarifado e dois no setor da farmácia. Dos sete termômetros localizados no almoxarifado, seis deles são responsáveis por monitorar o ambiente, enquanto um monitora a geladeira de medicamentos controlados. A temperatura desta geladeira precisa estar entre 2°C e 8°C. Já na farmácia, um termômetro monitora o ambiente e outro uma geladeira com as mesmas características do almoxarifado.

Foram utilizados dois modelos de termômetros. Um para monitoramento de temperatura e umidade ambiente (STA), também chamado de termo-higrômetro, e outro modelo (STB1) com um termistor, utilizado para medir temperaturas mais baixas em freezers ou geladeiras. Em ambos os casos, o monitoramento acontece em tempo real, sem qualquer necessidade de fios ou cabeamento. A Figura 1 apresenta o modelo STA, responsável por monitorar temperatura e umidade de ambientes, localizada num dos corredores do almoxarifado central

Figura 1. Termômetro de modelo STA para monitorar ambientes.

Via de regra os termômetros vem acompanhados de fitas adesivas dupla face. A fita permite fixação mecânica em diversos locais, mesmo em superfícies verticais. A instalação não carece de qualquer

conhecimento específico. Uma vez cadastrados no software (descrito mais à frente), apenas precisam que as pilhas sejam inseridas em seu case para iniciarem seu funcionamento. A partir deste momento, tudo é automático. Foram gastos menos de dois minutos de instalação para cada termômetro.

Em todos os modelos de termômetros constam um conversor analógico-digital (ADC) que é responsável por digitalizar os sinais analógicos de todos os sensores. Após este processo, os sinais são processados por um microcontrolador e enviados via Wi-Fi, por meio da rede wireless do hospital, diretamente para o software Monitore Senfio, localizado na nuvem, internet. Caso o termômetro não consiga enviar o dado coletado ao software, o mesmo armazena este último valor medido e o reenvia assim que a conexão for reestabelecida. A Figura 2 apresenta a tela principal de monitoramento onde é possível visualizar todas as medições recentes. Cada gráfico de linha representa os dados coletados por cada termômetro.

Figura 2. Gráficos de linha dos termômetros de temperatura do setor do almoxarifado e da farmácia.

Ao se conectar ao software, além de enviar o dado coletado, o termômetro também recebe a informação da frequência de coleta/envio dos dados. Esta frequência é variável e pode ser alterada via software. A alteração desta frequência se faz necessária, pois dependendo do que está sendo monitorado se tem necessidades diferentes de tempo de monitoramento. Por exemplo, alguns medicamentos de alto custo dentro de uma geladeira precisam ser monitorados a cada dez minutos. Já uma frequência de medição de uma em uma hora para aferir a temperatura e umidade de uma sala de ressonância já seria suficiente. Os termômetros foram configurados para realizarem medições a cada trinta minutos.

Cada termômetro utiliza duas pilhas pequenas da marca Energizer Ultimate Lithium. O sistema foi instalado no dia primeiro de fevereiro de 2014 e até o presente momento (15/07/14) as pilhas continuam demonstrando atividade química, segundo o software da empresa prestadora do serviço.

Já no software Monitore Senfio, por estar hospedado na internet, os dados estão disponíveis para consulta 24h por dia. Relatórios podem ser gerados e não há perda de dados ou rasuras em formulários. Como as temperaturas e umidades são registradas de forma automática, não há necessidade de qualquer trabalho rotineiro manual, pois com poucos cliques se obtém as informações de temperatura e umidade. O mesmo software também possibilita cadastrar alertas, onde um aviso é enviado por email e/ou SMS (short message service) caso alguma anormalidade ocorra, garantindo assim um controle otimizado em qualquer processo, tanto na gestão de estoque, como na gestão de serviço.

RESULTADOS

Anteriormente, o monitoramento da temperatura e umidade era realizado manualmente por um colaborador. Este, realizava o preenchimento em um formulário específico com uma frequência de 4h, totalizando 180 medições mensais. Esse preenchimento manual era falho, pois muitas vezes havia esquecimento por parte dos colaboradores, rasuras no formulário, falta de conhecimento em manusear o termômetro ou perda do formulário preenchido. Com os novos termômetros são realizados 432 medições diárias, considerando trinta minutos a frequência de cada medição. Em um mês são quase 13 mil contagens totalmente automáticas. A Figura 3 ilustra como era realizado o registro manual com o formulário fixado na frente da geladeira.

Figura 3. Geladeira armazenando medicamentos com registro manual de temperatura.

O resultado qualitativo dessas novas medições pode ser claramente observado na qualidade da informação gerada pelos relatórios. Nas Figuras 4 e 5 é possível visualizar como os relatórios eram gerados antes e depois desse sistema.

HOSPITAL
Badim **Controle de temperatura e Umidade**

12/13

Ambiente - 18 a 28°C

Umidade - 40 a 70%

Data	Dia			Noite			Dia			Noite			Folha	Banco
	Min	Max	ATUAL	Min	Max	ATUAL	Min	Max	ATUAL	Min	Max	ATUAL		
1	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
2	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
3	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
4	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
5	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
6	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
7	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
8	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
9	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
10	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
11	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
12	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
13	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
14	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
15	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
16	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
17	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
18	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
19	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
20	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
21	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
22	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
23	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
24	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
25	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
26	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
27	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
28	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
29	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
30	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		
31	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0	17.0	21.0	17.0		

Plano de Contingência:
Quando a temperatura Ambiente estiver fora dos limites, fazer a correção se se confundir a temperatura.
Quando houverem uma temperatura excessiva, devemos aumentar a refrigeração e vice-versa.
Se o problema não for resolvido, deve-se entrar em contato com a manutenção.

Farmacêutico Técnico Responsável

Controlador Almoxxarifado

Figura 4. Formulário manual de monitoramento (antes).

Figura 5. Relatório automático de monitoramento (depois).

Algumas medições foram registradas fora de limites adequados, e com isso alertas por email e SMS foram gerados pelo software. Isto ocorreu principalmente nas geladeiras, onde sua utilização é mais intensa. Graças a essa ferramenta de prevenção, o material armazenado não foi perdido ou invalidado, pois equipes remotas responsáveis por este monitoramento puderam ser avisadas a tempo. Este tipo de recurso se traduz em um enorme benefício para o hospital. O custo da perda do material pode chegar a mais de R\$ 20.000,00 por geladeira no setor do almoxarifado. No método manual, com uma “janela de medição de 4 horas”, era possível perder o material e nem saber do ocorrido.

DISCUSSÃO

Com o método anterior não existia um plano de ação para quando havia esquecimento no preenchimento por parte de um funcionário. Simplesmente se preenchia o formulário novamente, perdendo-se a confiabilidade dos dados de monitoramento dos produtos. Com a implantação da nova tecnologia, tem-se um monitoramento real e preciso, com relatórios específicos de históricos baseados em valores máximos e mínimos. Não há perda de dados ou rasuras de formulários.

Se um funcionário gastar 3 minutos para registrar os mesmos dados, seriam necessários mais do que três funcionários, em trabalho integral, para fazerem o mesmo serviço (176 horas/mês/funcionário). Considerando que um funcionário para esta atividade deva custar cerca de R\$ 4.000,00 com todos os encargos somados, totalizando R\$ 12.000,00 por mês para os três funcionários, o sistema de monitoramento promoveria uma redução de custo em mais de 88% desse valor. O custo mensal do sistema é de R\$ 1.312,00, sendo este valor pago diretamente à empresa prestadora do serviço. Ou seja, uma redução drástica de custos para o hospital com ganhos significativos em eficiência e segurança. E, caso haja adoção de mais locais de monitoramento, o ganho aumenta.

Outro benefício claro é a facilidade de se conferir e fiscalizar todos os dados sem intervenção humana. Em um processo de Acreditação Hospitalar é fundamental que o hospital garanta que seus dados não sejam tendenciosos quando ele mesmo os registra. E que estes também sejam de fácil obtenção. Antes da implantação do sistema sempre pairava a dúvida sobre a real veracidade dos registros, uma vez que os próprios funcionários registravam os valores. Atualmente, com o novo sistema, não há qualquer tipo de intervenção humana, garantindo totalmente a qualidade dos dados registrados. O mesmo acontece quando o hospital é fiscalizado pela Vigilância Sanitária (VISA).

Um fato de pouca relevância, mas que é importante deixar claro, é na substituição das pilhas. A estimativa é que as duas pilhas precisem ser substituídas a cada 8 oito meses, aproximadamente, se a rede de Wi-Fi for estável, e se forem realizadas medições a cada 30 minutos. No entanto, como é de difícil estimativa a estabilidade da rede Wi-Fi, este prazo pode mudar e o hospital precisa ficar ciente deste custo adicional.

Como os termômetros operam sem a necessidade de energia elétrica externa, o uso das pilhas torna esse sistema bastante vantajoso. Mesmo com cinco meses e meio de uso, a atividade química das pilhas ainda é alta. A arquitetura eletrônica priorizou baixo consumo de energia, tornando esse sistema viável comercialmente.

Conclui-se que o sistema implantado é bastante benéfico para hospital e espera-se que o mesmo possa ser estendido para outros setores dentro da mesma instituição. Fatores como redução de custo, aumento de qualidade, praticidade e tranquilidade em fiscalizações são fatores que tornam o produto ainda mais atraente do ponto de vista comercial e técnico. Dentro do ponto de vista científico, o desenvolvimento nacional de uma tecnologia como esta encoraja futuros pesquisadores a aplicar seu conhecimento acadêmico em problemas reais da sociedade.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Hospital Badim.

REFERÊNCIAS

1. Ávila A. Identificação por radiofrequência: tecnologia inteligente, hospital eficiente, qualidade e segurança para o paciente [monografia]. Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz / Grupo Hospitalar Conceição, Rio Grande do Sul, 2012.
2. [Pinto GLA. Avaliação da atividade de suprimentos em organizações hospitalares [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2004.
3. Kauling GP, Ceretta LB, Schwalm MT, Dagostin VS, Soratto MT. Utilização de medicamentos: limites e possibilidades das orientações dos Agentes Comunitários de Saúde às famílias. O Mundo da Saúde, São Paulo. Ed. 37(1). 2013. p. 44-55.
4. Ilie-Zudor E, Kemény Z, Van Blommestein F, Monostori L, Van der Meulen A. A survey of applications and requirements of unique identification systems and RFID techniques. Computers in Industry, Volume 62, Issue 3, April 2011, ISSN 0166-3615, p. 227-252.
5. Ngai EWT, Poon JKL, Suk FFC, Ng CC. Design of an RFID-based Healthcare Management System using an Information System Design Theory. Information Systems Frontiers, September 2009, Volume 11, Issue 4, pp 405-417.
6. Xiaolin J, Quanyuan F, Taihua F, Quanshui L. RFID technology and its applications in Internet of Things (IoT). 2nd International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet); 21-23 April 2012; Yichang, China. 2012. p. 1282-5.
7. Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 5th ed. São Paulo: Atlas; 2008

Capítulo 3

10.37423/211104961

O USO DA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA: REFLEXO NO PÓS-OPERATORIO DE CIRURGIAS CARDÍACAS

Gabriel Mendes de Freitas Lisboa

Centro Universitário do Sul de Minas

Ana Letícia Carnevalli Motta

Centro Universitário do Sul de Minas

Luciana Pereira Carletto

Centro Universitario do Sul de Minas

Resumo: A Circulação Extracorpórea (CEC) tem sido uma ferramenta importante no ramo da cirurgia cardíaca por ser um procedimento que tem como finalidade manter os órgãos do paciente em perfeita funcionalidade e transportar o sangue para fora de seu corpo para receber todo oxigênio e nutrientes importantes. Este procedimento tem sido muito utilizado hoje evitando sérios danos a saúde e o baixo índice de complicações desta cirurgia agressiva ao corpo humano. A CEC tem proposto aos profissionais de saúde diversos conhecimentos no ramo da fisiologia cardíaca, às reações do organismo decorrente da cirurgia e os tipos de agressões geradas. Este trabalho tem por objetivo abordar a questão da CEC em correlação com o pós-operatório dos pacientes que fazem uso dela dentro da cirurgia cardíaca, trata especificamente de problemas físicos, fisiológicos ou imunológicos presentes no quadro pós-operatório. Foi realizado uma busca nas base de dados do Google Acadêmicos sobre o tema proposto. Após os critérios de inclusão, exclusão e avaliação dos que estavam no foco do tema proposto por este trabalho foi selecionado vinte e sete artigos. A partir da síntese dos resultados concluímos que alguns pacientes que foram submetidos a cirurgia cardíaca com uso de circulação extracorpórea tiveram reflexos em relação a alterações imunológicas e fisiológicas, incluindo a grave Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS), uma manifestação clínica caracterizada pela inflamação ocasionada pela desutilidade de fármacos que comprometem o fator de coagulação sanguínea e resposta auto imune.

Palavras chave: Cirurgia Cardíaca. Complicações. Circulação Extracorpórea

1 INTRODUÇÃO

A circulação extracorpórea (CEC) é um recurso que permitiu realizar cirurgias cardíacas ofertando a possibilidade de cura das doenças do coração, apesar de existirem riscos e complicações decorrentes de seu uso. Trata-se de uma técnica na qual o sangue do paciente que está realizando uma cirurgia cardíaca, é transportado para fora de seu corpo, onde, irá receber todos os nutrientes e oxigênio necessários e subsequentemente, devolvidos ao corpo (TORRATI; DANTAS, 2012).

Este recurso vem sendo utilizado para realização de cirurgias cardíacas convencionais e com o tempo e com o avanço das novas tecnologias, vários conhecimentos no ramo da fisiologia cardíaca, as reações do organismo e as agressões geradas pelas cirurgias com CEC foram aperfeiçoadas, onde, tiveram enorme benefício nas cirurgias cardíacas, tendo como resultado, um conceito simples de cuidados necessários com os pacientes (ZYSCO et al, 2019).

Diante do surgimento da CEC, foram desenvolvidos mais estudos relacionados à fisiologia da mesma que beneficiaram não só as cirurgias cardiovasculares, mas também outras especialidades, consolidando os conceitos para assistir aos procedimentos durante a realização cirúrgica e incluindo o subsequente período pós-operatório (BRAILE, 2010).

A revista de Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento (Research, Society and Development), enfatiza que a hipotermia pode ser utilizada como uma forma de neuroproteção, onde há diminuição na temperatura pode reduzir uma incidência de disfunção cognitiva podendo manter a pressão e o fluxo constante do sangue (CARNEIRO, 2021).

As complicações geradas pela CEC são bem relativas, uma vez que depende do tipo de cirurgia, tempo decorrido tanto da CEC quanto da própria cirurgia e do histórico clínico do paciente no pré-operatório. Após a cirurgia a disfunção renal tem se tornado um fator de risco, que tem agravado em vários óbitos em hospitais que realizam tal cirurgia, pois, os pacientes que apresentam uma disfunção renal quando expostos a circulação extracorpórea demonstram uma evolução na lesão renal (TORRATI; DANTAS, 2012).

Um estudo realizado pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto com 100 pacientes mostrou que o tempo elevado de CEC resulta em problemas de hipertensão arterial com hipoxemia renal, e que o aumento do uso da técnica está ligado com os índices elevados de citocinas pós-inflamatórias. Ainda, outras complicações estão relacionadas ao uso da CEC por tempo prolongado durante o procedimento

cirúrgico, como distúrbios de coagulação lavando a hemorragias e síndrome da resposta inflamatória. (TANIGUCHI; SOUZA; MARTINS, 2009; RODRIGUES; ARAÚJO, 2018).

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é identificar e descrever, várias complicações que podem ser geradas pela circulação extracorpórea dentro da cirurgia cardíaca, considerando a influência do tempo de exposição do paciente sobre o resultado do pós-operatório.

A metodologia proposta trata-se de um estudo descritivo, de análise qualitativa em formato de revisão de literatura a partir de bases de dados, utilizando como fator de inclusão as amostras de estudos sobre os pacientes do Brasil entre os anos de 2019 e 2021.

Este trabalho justifica-se por ser de suma importância, a fim de mostrar a relação entre o tempo prolongado de CEC e o quadro pós-operatório destes pacientes, e entender as vidências que correlacionam esses dois fatores.

A questão norteadora do estudo foi a seguinte: Os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca podem apresentar complicações no pós-operatório decorrentes do uso da CEC? Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: todos os artigos na língua portuguesa sobre o tema, disponíveis na internet. Os artigos excluídos foram aqueles que não responderam a questão norteadora do trabalho.

Além disso, é fundamental salientar que o estudo foi realizado seguindo os aspectos éticos propostos na Resolução 466/2012 CNS (BRASIL, 2012), a fim de atender os princípios da bioética, justiça, beneficência e da não maleficência. Ademais, é importante destacar que o conteúdo dos artigos foi mantido, conforme publicação, garantindo assim a autoria dos artigos utilizados. Nesse tocante, é fundamental detalhar a quantidade de estudos encontrados e escolhidos em cada uma das bases, como constata-se na tabela 1.

Tabela 1: Relação de estudos encontrados com base no tema proposto pelo trabalho

SITE	PALAVRA CHAVE	SITUAÇÃO	QUANTIDADE
Google Acadêmico	Circulação Extracorpórea	Encontrados	457
Google Acadêmico	Complicações	Selecionados	27
Google Acadêmico	Cirurgia Cardíaca	Excluídos	12

Fonte: O autor, 2021.

2 CIRURGIAS CARDÍACAS E DOENÇAS DO CORAÇÃO

2.1. CIRURGIA CARDÍACA: BREVE HISTÓRICO

A história da cirurgia cardíaca está interligada ao desenvolvimento de estudos sobre a circulação, no momento em que os fisiologistas voltaram à atenção no século XIX para o desenvolvimento da circulação extracorpórea, possibilitando a efetiva realização das cirurgias do coração.

As descobertas se iniciaram com Le Gallois em 1813, que ao trazer o primeiro conceito sobre o que seria uma circulação artificial, deu os passos iniciais para novas descobertas sobre a importância do tema. Caminhando para 1828, Kay demonstrou que seria possível a recuperação da contração de um músculo perfundindo-o com sangue, então Brown-Sequard, entre 1848 e 1858, por meio da obtenção de sangue “oxigenado” através da agitação do mesmo com ar, destacou a importância do sangue na composição do perfusato para obter atividade neurológica em cabeças isoladas de mamíferos (BRAILE, GODOY, 2012).

Os pesquisadores Ludwig e Schmidt em 1868 construíram o aparelho para infusão sanguínea que funcionava sob pressão, podendo perfundir melhor um órgão isolado a ser estudado, então Von Schroeder que em 1882 desenvolveu e construiu o primeiro protótipo de “oxigenador” de bolhas primitivo, em que havia um reservatório contendo sangue venoso; nele o ar era inserido borbulhando, realizando a transformação do sangue venoso em arterial (BIRCKS, 1991).

Von Frey e Gruber em 1885 desenvolveram um sistema coração-pulmão artificiais, onde a oxigenação do perfusato era realizada sem a interrupção do fluxo sanguíneo, o que não havia sido tentado por Von Schroeder, seu predecessor e outras descobertas importantes contribuíram para o desenvolvimento da CEC e realização da cirurgia cardíaca, como a dos grupos sanguíneos ABO por Landsteiner em 1900; Howell e McLean, 1916, descobriram a heparina, que auxiliou tanto nas pesquisas “in vivo” como “in vitro”, que passariam a ser bem sucedidas devido à inibição da coagulação (PRATES, 1999).

De acordo com Felício, Garcia, Garzezi (2019), no Brasil, devido à possibilidade de intercâmbio entre cirurgiões estrangeiros da especialidade, deu início a fase de desenvolvimento das cirurgias cardíacas no Hospital das Clínicas em São Paulo - SP. Um dos pioneiros destas pesquisas foi o Professor Hugo João Felipozzi, responsável pela primeira máquina de CEC e pela primeira operação com uso de CEC em outubro de 1955.

Os mesmos autores discorrem sobre, Christiaan Barnard, cirurgião cardiovascular, realizou o primeiro transplante cardíaco humano em dezembro de 1967 e, em maio de 1968 realizou o primeiro transplante cardíaco no Brasil juntamente com doutor Zerbini, iniciando a era de transplantes em território nacional. Então, cirurgiões como Adib Jatene, e Domingos M. Braile, dentre outros, iniciaram a elaboração de máquinas de CEC, oxigenadores, próteses valvares, marca passos e endopróteses, elevando o nome do Brasil nos centros de cirurgia cardiovascular em outros países.

Esses avanços permitiram que novas pesquisas contribuíssem para uma assistência mais segura ao paciente com doença cardíaca.

2.2 AS DOENÇAS DO CORAÇÃO: TRATAMENTOS E CORREÇÕES CIRÚRGICAS

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Apresentam-se como uma condição que tem importante representatividade epidemiológica nos índices de morbidade e mortalidade dos pacientes e apresentam-se em caráter de doença crônica, podendo ser tratadas clínica ou cirurgicamente (DUARTE et al., 2012).

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferta diversos tratamentos clínicos, cirúrgicos e de reabilitação na área de cardiologia e de cirurgia cardíaca. Os procedimentos relacionados a essas especialidades estão incluídos em várias ações e políticas do Ministério da Saúde, devido ao seu extenso campo de atuação. Sendo o papel da atenção básica, atuar na prevenção dos fatores de risco e proteção para às doenças cardíaca, e dispor de profissionais de saúde desse nível de atenção que devem estar preparados para identificar e referenciar o pacientes que necessitem de intervenção e a Atenção Especializada para encaminhamento cirúrgico. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

Dentre as cirurgias cardíacas, as mais comuns são as reconstrutoras, que incluem as revascularizações do miocárdio e as plasticas de valva, mitral, tricúspide, pulmonares, sendo intervenções complexas e requerem um tratamento adequado em todas as fases operatórias, desde o período pré-trans e pós-operatório, havendo grande stresse marcado pela instabilidade do quadro clínico do paciente, devido à complexidade e particularidades do paciente e do procedimento (GOIS & DANTAS, 2014).

Segundo mencionado em um artigo publicado pelo jornal Brazilian Journal of Health Review, A cirurgia de revascularização cardíaca (CRM) é considerada o tratamento padrão ouro e é recomendada para pacientes com angina instável e oclusão arterial coronariana grave. Esta cirurgia é considerada a cirurgia de revascularização mais clássica e extensa das últimas décadas, pois visa reduzir os sintomas

da angina de peito, melhora a capacidade física e a qualidade de vida, além melhorar a taxa de sobrevivência, especialmente para pacientes com maior risco cardiovascular (CARNEIRO et al, 2020).

Uma alternativa que beneficia os pacientes em algumas complicações é a troca valvar aórtica transcater (TAVR), que vem sendo utilizada por cirurgiões desde meados da década passada. Após avaliação cuidadosa de vários requisitos a técnica foi indicada como adequada para pacientes os que se enquadram nos requisitos. Conforme a tecnologia avança e a curva de aprendizado do cirurgião envolvido melhora, as complicações do TAVR diminuem rapidamente em quase um terço em 2014 para aproximadamente 3,9% (PINTO et al, 2020).

Os Aneurismas Femorais Profundos (AFP) são raros, representando cerca de 0,5% de todos os aneurismas periféricos. Porém, devido à importância da AFP como via de circulação colateral inferior são de grande importância do ponto de vista cirúrgico (LIMA, LIMA, BERNARDES 2003).

3 CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA E SUAS COMPLICAÇÕES

3.1 O CIRCUITO DE EXTRACORPÓREA: MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO

O uso da CEC é realizado na sala de cirurgia, onde o paciente submetido a uma determinada cirurgia cardíaca, já se apresentando com o tórax aberto, o profissional responsável colocará no paciente um ou duas cânulas denominadas venosas que será conectada ao átrio direito e outra cânula denominada arterial será posicionada em uma artéria. Logo após, o sangue do paciente passa por um dispositivo que tem como função retirar o gás oxigênio presente no sangue venoso realizando a troca pelo oxigênio, na qual será controlado juntamente com a temperatura necessária do sangue, e através de uma bomba o sangue é retornado para o corpo do paciente por meio das cânulas arteriais (TORRATI; DANTAS, 2012).

O perfusionista, profissional responsável por manusear este equipamento, tem que apresentar grande responsabilidade durante a cirurgia, consequentemente, precisa apresentar foco extremo na vida do paciente que está sendo operado. Durante o tempo da cirurgia, a respiração e a fisiologia orgânica necessitam de monitoramento constante para não haver grandes alterações que comprometeriam a homeostase do paciente. Com isso, vários estudos, incluindo leitura de gasometria, foram devidamente aprimorados para trazer ainda mais credibilidade e segurança ao paciente e ao profissional responsável (ZYSCO et al, 2019).

Ao montar o equipamento de CEC, deve-se ter o máximo de cuidado necessário para que problemas não venham a acontecer, principalmente com o oxigenador e com o circuito. Todo equipamento recebido pelo perfusionista para realização da CEC, já esterilizado, deve ser devidamente verificado, pelo risco de vazamento, fissuras ou falhas nas colagens dos componentes da máquina. Hemorragias, desregulação da homeostase, uso da aprotinina e respostas inflamatórias sistêmicas do organismo são alguns dos exemplos de complicações em que a CEC pode estar relacionada, no entanto, deve-se avaliar principalmente o pós-operatório do paciente e como que o organismo está se comportando (SOUZA; ELIAS, 2006).

O sangramento de diferentes órgãos, as lesões de isquemia e reperfusão são algumas das manifestações clínicas que podem resultar em febre, infecção, hipotensão, síndrome vasoplégica ou vasoplegia e falência múltipla dos órgãos. Os efeitos nocivos da CEC podem estar totalmente relacionados com a exposição do sangue às superfícies não endoteliais. Para evitar alguns desses problemas, algumas medidas foram tomadas, tais como, a redução da ativação do complemento, redução da ativação de neutrófilos, deleção de leucócitos e revestimento a heparina tratada, na qual, estão ligados com o sistema imunológico, que visa proteger o corpo contra invasores (JÚNIOR; CHIARONI, 2000).

Segundo um artigo publicado pela Revista de Enfermagem UFPE On Line (2019), no pós-operatório, o paciente que fez o uso da CEC na cirurgia necessita de um suporte ventilatório, que conseqüentemente, acarreta em mudanças na hemodinâmica cardiovascular ocasionando uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, sendo proposital para outras infecções que podem implicar no quadro do paciente (REIS et al, 2019).

A circulação extracorpórea sintetiza um grupo de respostas inflamatórias que pode envolver desde uma reação inflamatória inespecífica até a ativação de fatores de coagulação que podem ser causadas por coagulopatia (BRAGA; BRANDÃO, 2018).

Embora as alterações fisiológicas possam estar relacionada à dor, sabe-se que o uso da CEC para cirurgia cardíaca pode causar diversas alterações no organismo, como cardiovascular, pulmonar e sistema nervoso. A leucocitose é um fato importante, já confirmado em outros estudos. Quando a CEC é utilizada em cirurgia cardíaca, a morbidade significativa está relacionada ao contato do sangue com a superfície do circuito artificial, fenômeno de isquemia-reperfusão, hipoperfusão tecidual e hemólise, essas lesões podem desencadear ou aumentar a resposta inflamatória no corpo, e a maioria dos

pacientes terá um aumento significativo nos glóbulos brancos logo após a cirurgia (BARROS; BANDEIRA; LEITE, 2019).

A CEC pode alterar as funções fisiológicas normais do corpo, muitas vezes acompanhadas de graves danos, nos quais a inflamação é enfatizada como uma constante nesse processo, e pode eventualmente evoluir para um quadro clínico de alto risco denominado síndrome da resposta inflamatória sistêmica se você não tomar cuidado. Hoje, alguns métodos são usados como tratamentos preventivos com o objetivo de reduzir os danos causados pela inflamação. Encontrar formas de reduzir ou prevenir o aumento da concentração de citocinas pró-inflamatórias é um objetivo importante, pois esses compostos são fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome da resposta inflamatória sistêmica (BALICA, 2019).

3.2 COMPLICAÇÕES DECORRENTES DO USO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

A cirurgia cardíaca juntamente com a circulação extracorpórea desde o século XX foi umas das maiores conquistas na área da saúde, e trouxe um grande avanço na medicina, mediante a redução do número de óbitos por doenças do coração e mostrando a possibilidade de cura. Em 1953, John H. Gibbon realizou a primeira cirurgia cardíaca com sucesso utilizando a técnica de circulação extracorpórea (CEC). Esse procedimento tem por finalidade assumir a função temporária do coração e pulmão quando o paciente passa por um processo cirúrgico cardíaco. Assim, um conjunto de máquinas, aparelhos e circuitos mantém a circulação do sangue ativo, enquanto esses órgãos ficam excluídos da circulação (SOUZA, 2006).

O Centro Científico Conhecer de Jandaia na Goiânia citou em um de seus artigos que cerca de 50% de pacientes que são submetidos há uma cirurgia de Dissecção Aórtica morrem logo após 24 horas do início da cirurgia, e que o óbito do paciente pode estar ligado com o tempo de CEC que foi utilizado no paciente. Várias mudanças na preservação da válvula aórtica que são utilizadas nos equipamentos de CEC foram implementadas desde remodelações até troca da aorta onde a válvula terá contato (MORENO; MOURA; SILVEIRA, 2021).

Segundo uma pesquisa publicada pela Revista de Enfermagem da UERJ, quando a transfusão de sangue é necessária, a diminuição da taxa de hemoglobina produzirá uma resposta pró-inflamatória, que prejudicará o fornecimento de oxigênio ao parênquima renal e agravará o estresse oxidativo dos tecidos. Por sua vez, para pacientes com comorbidades relacionadas, isso aumentará a suscetibilidade de uma Lesão Renal Aguda (DUARTE et al, 2020).

Avanços contínuos em tecnologia, materiais usados e habilidades do cirurgião promoveram o tratamento de várias doenças cardíacas, como cardiopatia congênita, valvopatia e insuficiência coronariana. Muitas tentativas de utilização de sistemas de oxigenação extracorpórea deram origem a modernos oxigenadores de membrana, que permitem que doenças cardíacas mais complexas sejam gradualmente alcançadas, com bons resultados em curto e longo prazo. Essas condições são mantidas durante os períodos de hipóxia, de modo que, quando reperfundido, o coração é preservado e volta a bater sem perda de capacidade ou alterações mínimas na função (REIS, 2011).

Uma manifestação clínica decorrente de complicação pelo uso da CEC, que merece destaque, e que representa grande preocupação é a SIRS, que se trata de uma resposta inflamatória sistêmica que se estabelece no organismo devido à CEC pode ser dividida em fase inicial, com seus componentes celulares e humorais, e fase tardia, que se estabelece como resultado da lesão tecidual após o período de isquemia-reperfusão e subsequente endotoxemia (Figura 1).

Figura 1: Representação esquemática da resposta inflamatória gerada pela circulação extracorpórea

Fonte: WAN et al 1977

Alguns dos pacientes que realizam uma Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM) estão sujeitos a serem expostos a uma série de complicações, principalmente pulmonares. Pesquisas

realizadas por meio de análise de prontuários indica que aproximadamente 64% desses pacientes possuem problemas pulmonares. Além disso, também foram encontrados fatores de risco como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, tabagismo e acidente vascular cerebral, que não estão apenas relacionadas com o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, mas também podem estar relacionados a complicações respiratórias (SILVA et al, 2021).

A SIRS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica) é o mecanismo que mais gera complicações decorrente do uso da CEC, tendo como resultado, um aumento de um transpasse vascular e formação de edemas, gerando uma anomalia de vários órgãos. Porém, esta resposta não é resultante de uma infecção, mas possuem uma taxa de doenças e óbitos análogos a da sepse. A CEC pode estimular uma liberação de substâncias que podem acarretar na coagulação do sangue e na resposta imune (DUARTE, 2017).

Várias cirurgias dependem do uso da CEC, porém, a mesma pode gerar uma resposta inflamatória sistêmica (SIRS) resultante do desuso de medicamentos que podem comprometer a coagulação e a resposta autoimune, podendo gerar uma tensão na parede venosa, grande dispensa de catecolaminas, mudança na circulação do sangue entre outras (OLIVEIRA, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas ultimas décadas, o desenvolvimento da cirurgia cardíaca tem como resultante diversos tratamentos de patologias, reduzindo a taxa de óbito dos pacientes que fizeram o uso da Circulação Extracorpórea, pois desenvolveu novas técnicas cirúrgicas e aprimorou os equipamentos que são utilizados na CEC e nas cirurgias cardíacas. Esta máquina possibilita substituir as funções cardiopulmonares em cirurgia cardíaca, permitindo que a bomba mecânica desempenhe o papel do coração, realizando assim a troca gasosa com o sanue.

De acordo com a literatura, pode-se observar que várias manifestações clínicas demonstradas pelos pacientes, são decorrentes de variáveis apresentadas na CEC como o sangramento de diferentes órgãos, as lesões de isquemia e reperfusão, apontando como destaque importante, uma condição clínica que tem caráter bem preocupante quando se trata de uma resposta inflamatória, a SIRS, estabelecida no organismo devido ao uso da CEC que resulta em lesão tecidual logo após o período de isquemia-reperfusão.

Concluimos com este estudo que alguns pacientes que foram submetidos a cirurgia cardíaca com uso de CEC, apresentaram reflexos em relação a alterações imunológicas e fisiológicas, incluindo a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica.

Ainda, a literatura dispõe de muitos estudos sobre o tema permitindo aprofundamento sobre este conteúdo, lembrando que é preciso muita cautela e preparo técnico da equipe multiprofissional para o uso da circulação extracorpórea, para que a mesma ofereça muitos benefícios aos pacientes e poucos danos.

REFERÊNCIAS

BARROS, S, R; BANDEIRA, M, M; LEITE, J, C, R, A, P. Principais complicações da circulação extracorpórea em cirurgias cardíacas em um Hospital da Região Norte. Revista Saber Científico. v.8., n.1, p. 103-110, Porto Velho, jan/jun, 2019.

BIRCKS, W. Cardiac surgery: past, present and future. J Cardiovasc Surg (Torino) 1991.

BRAGA, V. B; BRANDÃO, M. A. G. Avaliação diagnóstica do risco de sangramento em cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Revista Latino-Americana de Enfermagem. v.26. 2018.

BALICA, I, S. Riscos do desenvolvimento de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica associada á Circulação Extracorpórea. Asgard Cursos. Goiânia, 2019.

BOTELHO, L, L, R; CUNHA, C, C, A; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gestão e Sociedade, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

BRAILE, D.M.; GODOY, M.F. História da Cirurgia Cardíaca no Mundo. Braz. J. Cardiovasc. Surg. 27 (1) • Mar 2012 • <https://doi.org/10.5935/1678-9741.20120019>.

CARDIOLOGIA e Cirurgia Cardíaca. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.559 de 1 de agosto de 2008. Disponível em:

<<https://antigo.saude.gov.br/atencao-especializada-e-hospitalar/especialidades/cardiologia-cirurgia-cardiaca>>. Acesso em 7 de out de 2021. CARNEIRO et al. Pacientes que realizaram cirurgia de revascularização do miocárdio no HU-UFPI. Braz. J. Hea. Rev., Curitiba, v. 3, n. 3, p.4012-4022, mai./jun, 2020.

DOMINGO, M Braile. Circulação Extracorpórea. Rev. Bras. Cir. Cardiovascular v.25, n.4, São José do Rio Preto, Oct./Dec, 2010. DUARTE et al. O cuidado de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca: um estudo de caso. Escola Anna Nery, 16(4), 657-665, 2012.

DUARTE, M, P. Atuação fisioterapêutica no pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas com o uso da circulação extracorpórea. Ariquemes, RO, 2017. Faculdade de Educação e Meio Ambiente. Disponível em: <<http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1225>>. Acesso em: 26 de out de 2021.

GALVAO, C, M; SAWADA, N, O; MENDES, I, A, C. A busca das melhores evidências. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 43-50, Dez. 2003. Disponível

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080->. Acesso em: 29 de set de 2021.

GOIS, C, F, L; DANTAS, R, A, S. Estressores em uma unidade pós-operatória de cirurgia torácica: avaliação da enfermagem. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 12(1), 22-7. 2014.

JÚNIOR, J. O. A; CHIARONI, S. Circulação Extracorpórea: Prevenção e Manuseio de Complicações. Revista Brasileira de Anestesiologia.v.50, n.6, p. 464-469, 2000.

LIMA, I, A; LIMA, M, F; BERNARDES, M, V. Aneurisma isolado de artéria femoral profunda. Jornal Vascular Brasileiro. v-2, n-4, p-333-338, 2003. MOURA, Luciana Ramos de et al. Fatores associados aos

comportamentos de risco à saúde entre adolescentes brasileiros: uma revisão integrativa. Revista da Escola de Enfermagem da USP, [s.l.], v. 52, p.1-11, 16 abr, 2018.

MORENO, C, S; MOURA, A, M; SILVEIRA, M, B. A circulação extracorpórea em casos de dissecação aórtica. Enciclopédia biosfera. Centro Científico Conhecer, v-18, n-36, p-1, Jandaia, Goiânia, 2021. OLIVEIRA, J, C. Cirurgia cardíaca e a qualidade da assistência de enfermagem. Faculdade de Educação e Meio Ambiente. Ariquemes, RO, 2020. Disponível em:

<<http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2840>>. Acesso em: 26 de out de 2021. PINTO et al. Troca valvar endovascular: vantagens para pacientes de risco intermediário e alto em relação ao tratamento convencional. Revista Eletrônica Acervo Saúde. v-12(10). Disponível em <<https://doi.org/10.25248/reas.e4669.2020>>. Acesso em 19 de out de 2021.

PRATES, R.P. Pequena história da cirurgia cardíaca: e tudo aconteceu diante de nossos olhos. Rev. Bras. Cir. Cardiovascular 1999; 14(3):177-84.

REIS, E, S, V. Avaliação da função tireoidiana e da presença da síndrome do eutireoidiano doente em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com e sem circulação extracorpórea. Universidade Federal Fluminense. Niteroi, 2011.

REIS, M. M. R. et al. Perfil Epidemiológico de Pacientes Submetidos a Cirurgia Cardíaca. Reista de Enfermagem UFPE On Line. v.13, p. 1015-1022, 2019.

RODRIGUES, C, C, T, R; ARAÚJO, G. Alterações Sistêmicas Associadas à Circulação Extracorpórea (CEC). Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 05, Vol. 02, pp. 36-54, Maio de 2018. ISSN:2448-0959.

SILVA, A, O, F et al. Complicações pulmonares após cirurgia de revascularização do miocárdio. Revista Eletrônica Acervo Científico. v-26, p. e7543, 30 maio 2021.

SOUZA, M. H. L; ELIAS. D. O. Fundamentos da Circulação Extracorpórea. Centro Editorial Alfa Rio. v.2, p33-47, Rio de Janeiro, 2006.

TANIGUCHI, F. P; SOUZA, A.R; MARTINS, A.S. Tempo de Circulação Extracorpórea como fator risco para insuficiência renal aguda. Jornal Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular. v.22, p.201-205, São Paulo, 2007.

TORRATI, F, G; DANTAS, R, A, S. Circulação extracorpórea e complicações no pós-operatório imediato de cirurgias cardíacas. Acta Paul Enferm. Ribeirão Preto. 2012. ZYSCO. B. et al. Percurso e avanço da perfusão extracorpórea na cirurgia cardiovascular. Revista Saúde Integrada. v.12, n.25, p. 21-24, 2019.

Capítulo 4

10.37423/211104986

SENSIBILIDADE NA DETECÇÃO DO SINAL SECUNDÁRIO EM UM SISTEMA DE TOMOGRAFIA DE INDUÇÃO MAGNÉTICA

Foad Mobini Kesheh

Universidade do Estado de Santa Catarina

Airton Ramos

Universidade do Estado de Santa Catarina

Abstract: Magnetic induction tomography is a contactless conductivity imaging technique. This technique uses a coil to induce eddy currents in the target object and several sensing coils to capture the magnetic field generated by these induced currents. The sensing coils' measurements can be used to obtain a conductivity image of the space inside the tomograph. In this paper, phase detection sensitivity simulation results done around the tomograph and real measurements were compared for a target object with low conductivity. The frequency dependence of the sensitivity was evaluated in the range from 1 to 20 MHz. The experimental measurements showed a good agreement with the simulations results.

Palavras-chave: Tomografia, campo magnético, detecção de fase, sensibilidade.

INTRODUÇÃO

A determinação das características elétricas internas do corpo humano tem importantes aplicações na biomedicina como a localização de edemas cerebrais e nódulos cancerígenos [1][2]. A tomografia por indução magnética [3] (TIM) é uma das técnicas para detecção das propriedades elétricas internas de materiais em geral. A maior vantagem de TIM em relação às técnicas similares, como tomografia de impedância elétrica ou tomografia de capacitância, é o completo isolamento elétrico do corpo em teste, não sendo necessária a implantação de nenhum tipo de eletrodo no objeto.

Em TIM um campo magnético alternado é aplicado sobre o objeto em estudo, induzindo correntes eddy no mesmo. As correntes induzidas geram o campo magnético secundário que é detectado por diversos sensores espalhados ao redor do objeto. Algoritmos de reconstrução são usados para produzir uma imagem das propriedades elétricas do material a partir dos resultados obtidos nas medições.

Um dos principais problemas em TIM é o fato dos sensores também captarem o campo utilizado para excitar a amostra, que no caso de tecidos biológicos é muito maior que o campo gerado pelas correntes eddy induzidas [2].

Segundo a Lei de Faraday as correntes eddy induzidas no material estão defasadas do campo magnético primário em 90° e por consequência o campo magnético secundário também está defasado em 90° em relação ao campo primário. Qualquer sensor de campo magnético detectará o campo total obtido pela soma do campo primário e do campo secundário. O campo resultante, portanto, estará defasado em relação ao campo aplicado. Medindo-se esta defasagem, que no caso de objetos de baixa condutividade é muito pequena, pode-se obter o valor do campo secundário.

Trabalhos anteriores mostram que frequências de excitação na faixa de kHz até no máximo 20 MHz [1][2] vem sendo usadas nos estudos de TIM, na maioria utilizando uma única frequência para medições. Em [1] foi realizado um trabalho utilizando múltiplas frequências na faixa de 40 a 400 kHz objetivando aplicações em tecidos biológicos como espectroscopia. Pretende-se neste estudo observar o comportamento de um sistema TIM submetido à variação da frequência na faixa entre 1 e 20 MHz. Esta faixa foi escolhida principalmente devido à escassez de estudos realizados nestas frequências, e por elas terem se demonstrado especialmente interessantes devido ao maior valor de campo secundário gerado em frequências mais elevadas e pelo fato da complexidade da

instrumentação eletrônica necessária para medição do campo secundário não ser tão elevado nessa faixa de frequências.

Neste trabalho, a sensibilidade na detecção do campo secundário em um sistema TIM será avaliada por métodos numéricos e experimentais para um objeto com baixa condutividade e como função da frequência de excitação. Os resultados obtidos servirão de base para o projeto otimizado de um sistema de tomografia para aplicação biomédica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização dos experimentos montou-se um protótipo com uma bobina geradora de campo formada por 5 espiras de diâmetro 22 mm de fio 20 AWG (American Wire Gauge) e quinze pontos de sensoriamento dispostos uniformemente sobre uma circunferência de 150 mm de diâmetro. Como resultado da disposição uniforme, os 16 dispositivos ficam espaçados em 22.5° entre si. A Figura 1 mostra os detalhes desta montagem.

A bobina de campo foi alimentada por um gerador senoidal modelo TG2000 (Thurlby Thandar Instruments) com frequência ajustável entre 1 e 20 MHz e amplitude de 20 V. Nos pontos de medição o campo magnético foi detectado usando-se a sonda magnética RSH 400-1 conectado ao amplificador Hz -16 (Rohde & Schwarz). O sinal do amplificador foi lido em um osciloscópio DPO4104 (Tektronix). A tensão aplicada na bobina geradora foi lida simultaneamente em outro canal e a diferença de fase entre estes sinais foi calculada através de uma função específica do osciloscópio.

Figura 1 – Representação esquemática do experimento de medição de sensibilidade do campo secundário em TIM. (A) osciloscópio; (B) gerador de sinais; (C) bobina de campo; (D) sensor de campo magnético

Uma solução aquosa de NaNO_3 com concentração de 10% em volume e condutividade 10 S/m medida com condutímetro CD-4303 (Lutron) foi usada como objeto em um recipiente cilíndrico de vidro com diâmetro de 90 mm e altura de 200 mm.

O cálculo numérico efetuado é baseado na discretização espacial do volume ocupado pelo objeto e bobina de campo. O campo magnético foi calculado a partir da integração numérica da equação de Biot-Savart e as correntes induzidas no objeto foram obtidas através do método das impedâncias [4]. A discretização do objeto foi feita com elementos de volume de forma cúbica. As etapas necessárias para o cálculo dos campos primário e secundário são mostradas a seguir. Nestas equações Δl é um elemento de comprimento ao longo da espira percorrido pela corrente I_o , h é o parâmetro de malha na rede de discretização (o parâmetro de malha é a aresta do elemento de volume, que no caso descrito neste artigo é cúbico), μ_o é a permeabilidade magnética do vácuo e os vetores $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}_n$ identificam as posições no objeto e na espira, respectivamente. As posições na rede de discretização são identificadas por índices inteiros (i,j,k) nos eixos x , y e z , respectivamente.

1) O potencial magnético primário é calculado através da discretização do caminho percorrido pela corrente considerada filamentar na bobina de campo e aplicação da equação (1):

$$A = \frac{\mu_o I_o}{4\pi} \sum_n \frac{\Delta l_n}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_n|} \quad (1)$$

2) No método das impedâncias o meio é modelado por um circuito equivalente no qual as faces dos elementos de volume atuam como malhas de circuito elétrico. O potencial elétrico aplicado a cada malha é obtido por meio da Lei de Faraday, através do cálculo numérico da circulação do potencial magnético. A Figura 2 mostra um elemento de discretização do objeto com os potenciais aplicados em cada direção e as correntes de malha em cada face. Para a posição (i,j,k) no plano x a expressão para o potencial elétrico é dada na seguinte equação:

$$V_x(i, j, k) = j\omega h [A_y(i, j, k+1) - A_y(i, j, k) - A_z(i, j+1, k) + A_z(i, j, k)] \quad (2)$$

Onde h é o parâmetro de malha, ou seja, o comprimento da aresta dos elementos de volume.

3) As correntes induzidas no circuito equivalente são então calculadas através de análise de malha, ou seja, por meio da segunda Lei de Kirchhoff. O conjunto de $3N$ equações de malha, onde N é o número de elementos cúbicos, deve ser resolvido para se obter a distribuição espacial de correntes induzidas no objeto. A relação entre diferença de potencial e corrente elétrica em cada uma das direções dentro de um elemento de volume define uma impedância do circuito equivalente do meio. Essas

impedâncias são calculadas supondo-se que o campo elétrico dentro do elemento de volume é uniforme e que a condutividade (σ) e permissividade (ϵ) não variam com a posição dentro de cada elemento. Para a posição (i,j,k) e direção y na malha, por exemplo, a impedância é dada por:

$$Z_y(i,j,k) = \left\{ h \left[\sigma_y(i,j,k) + j\omega\epsilon_y(i,j,k) \right] \right\}^{-1} \quad (3)$$

4) Os campos primário B_p e secundário B_s são calculados pela integração numérica da equação de Biot – Savart usando as equações (4) e (5):

$$B_p = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \sum_n \frac{\Delta \mathbf{l}_n \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_n|^3} \quad (4)$$

$$B_s = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i,j,k} \frac{[I_{bx} \Delta x u_x + I_{by} \Delta y u_y + I_{bz} \Delta z u_z] \times [\mathbf{r} - \mathbf{r}'(i,j,k)]}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'(i,j,k)|^3} \quad (5)$$

Na equação do campo secundário u_x , u_y e u_z são os vetores unitários nas direções dos eixos coordenados e I_{bx} , I_{by} e I_{bz} são as correntes de ramo que devem ser calculadas a partir das correntes de malha obtidas na etapa anterior.

A região de análise foi modelada como um cubo de arestas de 106 mm com 48 divisões em cada eixo gerando um parâmetro de malha de 2.2 mm e 110,592 elementos de volume. O número de elementos de malha foi escolhido buscando um equilíbrio entre tempo de processamento e resolução espacial.

O objeto foi modelado no centro da região de análise, a constante dielétrica da água foi utilizada para modelar o interior do objeto, já que o recipiente contém um eletrólito aquoso. A permeabilidade magnética relativa utilizada foi 1, pois se trata de uma substância não magnética. A condutividade utilizada na simulação para o interior do frasco foi de 10 S/m, a mesma obtida em medições no líquido utilizado experimentalmente.

Figura 2 – Elemento de volume da discretização do objeto mostrando o potencial aplicado e as correntes induzidas.

Para realizar a análise numérica um programa de simulação foi construído em Linguagem C++ e executado em um computador com sistema operacional Windows XP®. As etapas de pós processamento e geração de gráficos foi realizada em ambiente MatLab®. Os parâmetros de simulação são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros de simulação.

Parâmetro	Valor
Frequência	1 a 20 MHz
Parâmetro de malha (h)	2.2 mm
Número de elementos de volume	110,592
Permeabilidade magnética relativa	1
Condutividade do objeto (σ)	10 S/m
Constante dielétrica do objeto (ϵ)	80

RESULTADOS

A Figura 3 mostra os resultados experimentais e analíticos para a variação da fase do campo magnético devido à presença do objeto condutor, nas quinze posições de medição do tomógrafo e para três frequências diferentes: 5, 10 e 20 MHz. A escolha das frequências foi feita de modo a varrer a maior parte da faixa entre 1 a 20 MHz, dando preferência ao uso de frequências mais altas devido a maior defasagem do sinal nessas frequências. Nestes gráficos é indicado o erro quadrático médio das medições tomando-se o resultado analítico como referência. Observa-se que o erro relativo em relação ao valor máximo de defasagem é menor para 5 MHz com 2.4%, seguido por 10 MHz com 5.4% e finalmente 20 MHz com 7.8%. Observa-se também que a defasagem aumenta com a frequência.

Para caracterizar a dependência da sensibilidade com a frequência, a variação de fase foi medida em três posições do tomógrafo para frequências variando entre 1 e 20 MHz. Estes resultados são mostrados na Figura 4. O parâmetro Δ indica o desvio quadrático médio dos valores medidos em relação à tendência linear observada no conjunto de pontos e que foi obtida com uma função de interpolação linear do MatLab®. Observa-se que a defasagem aumenta linearmente com a frequência e que as posições mais afastadas da bobina de campo apresentam maior sensibilidade.

Figura 3 – Variação de fase do campo magnético devido à presença do objeto condutor para três frequências diferentes. (o) experimental; (□) analítico. O erro quadrático médio é indicado em cada gráfico.

Figura 4 – Variação de fase do campo magnético devido à presença do objeto condutor em três posições de medição como função da frequência. O ângulo θ é medido em relação à posição da bobina de campo.

DISCUSSÃO

Os valores apresentados nas Figuras 3 e 4 foram obtidos com o osciloscópio no modo de promedição temporal de 256 amostras. Isto foi necessário devido ao pequeno valor de defasagem e grande instabilidade decorrente de interferência eletromagnética no ambiente de medição que tornavam as leituras muito instáveis. Com isso, cada medição foi obtida após cerca de um minuto de aquisição e processamento pelo osciloscópio. Apesar disso, os resultados na Figura 3 apresentam boa concordância, indicando que tanto o método numérico quanto o método experimental proporcionam boa confiabilidade. Estes são dois fatores fundamentais no projeto e implementação de um tomógrafo, uma vez que as medições de defasagem devem ser convertidas em informação de

condutividade no objeto a partir de um processo de reconstrução de imagem no qual a sensibilidade de medição é estimada pelo método numérico.

De acordo com a Figura 3, a sensibilidade varia de zero a um valor máximo que ocorre sempre a 180° da posição da bobina de campo. Algumas posições apresentam sensibilidade muito baixa (próximas de 0° e 360°, 90° e 270°) e, portanto, as medições estão sujeitas a erros maiores. Em protótipos de tomógrafos já apresentados na literatura [5][6], as bobinas de campo e de medição são montadas nas mesmas posições. Para cada bobina de campo ativa em uma determinada etapa da medição, a leitura de campo é realizada em todas as demais bobinas de medição menos naquela montada na mesma posição da bobina ativa. Neste caso as bobinas são posicionadas simetricamente em torno do objeto e sempre há posições de baixa sensibilidade como aquelas indicadas acima. Portanto, para realizar a detecção do campo magnético é necessário usar amplificadores com alta relação sinal-ruído, pois as variações aleatórias de fase podem prejudicar severamente a qualidade da medição.

Na Figura 4 verificamos que a sensibilidade varia linearmente com a frequência. Este resultado pode ser facilmente justificado de seguinte maneira. O campo secundário é muito menor que o primário e está defasado de 90° no tempo. Assim, a variação de fase do campo total em cada posição de medição é dada por:

$$\Delta\phi = \arctan\left(\frac{B_s}{B_p}\right) \cong \frac{B_s}{B_p} \quad (6)$$

Mas, o campo secundário é produzido pelas correntes induzidas no objeto, o que por sua vez aumenta linearmente com a frequência. Assim, para objetos com baixa condutividade, como materiais biológicos, é necessário usar frequências altas que tornem o sinal secundário no sensor maior que o ruído gerado nos circuitos de detecção. Considerando ainda que as condutividades de tecidos biológicos situam-se em geral a um décimo da condutividade usada neste experimento [7], podemos concluir que a etapa de detecção de fase é a mais crítica no projeto de um tomógrafo. Um projeto adequado do circuito de detecção deve incluir amplificadores sintonizados com alto fator de qualidade e uso de dispositivos com baixa densidade de ruído na faixa de frequências de medição para minimizar o ruído térmico gerado no circuito. Além disso, cuidados especiais são necessários com aterramento e blindagem de circuitos e cabos a fim de minimizar as interferências eletromagnéticas no sistema de medição, incluindo o próprio sensor magnético, que deve apresentar alta rejeição a campos elétricos gerados externa ou internamente ao sistema de medição.

CONCLUSÃO

Este estudo mostra que o método numérico para cálculo da sensibilidade em tomografia de indução magnética fornece resultados adequados dentro da ordem de exatidão que o experimento realizado proporciona. Verifica-se que a sensibilidade na medição da variação de fase é muito baixa nas condições de experimentação o que permite concluir que um sistema de tomografia para aplicação biomédica exige o uso de circuitos de instrumentação eletrônica com alta relação sinal ruído e baixa susceptibilidade a interferências eletromagnéticas.

Em futuros trabalhos pretende-se utilizar os dados obtidos neste artigo como base para o projeto de um tomógrafo por indução magnética experimental que comunicará com um sistema computacional para realização automática da varredura de leituras e reconstrução das imagens da condutividade no interior do objeto.

REFERÊNCIAS

- [1] Scharfetter, H., Lackner, H.K., Rosell, J. (2001), "Magnetic induction tomography: hardware for multi-frequency measurements in biological tissues" *Physiological Measurement*, v. 22, n. 1, p. 131-146.
- [2] Griffiths, H. (2001), "Magnetic induction tomography" *Measurement Science and Technology*, v. 12, n. 8, p. 1126-31.
- [3] Al-Zeibak, S., Saunders H.N. (1993) "A feasibility study of in vivo electromagnetic imaging" *Physics in Medicine and Biology*, v. 38, n. 1, p. 151-60.
- [4] Orcutt N. and Gandhi O. P. (1988) "A 3-D impedance method to calculate power deposition in biological bodies subjected to time varying magnetic fields" *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, v. 35, n. 8, p. 577-83.
- [5] Igney C.H., Watson S., Williams R.J., Griffiths H., Dossel O. (2005) "Design and performance of a planar array MIT system with normal sensor alignment, *Physiological Measurement*, v.26, p. 263-278.
- [6] Vauhkonen M., Hamsch M., Igney C.H (2008) "A measurement system and image reconstruction in magnetic induction tomography", *Physiological Measurement*, v. 29, p. 445-454.
- [7] Gabriel C., Gabriel S., Corthout E. (1996) "The dielectric properties of biological tissues: I. Literature Survey", *Physics in Medicine and Biology*, v. 41, p. 2231-2249.