Editorial

Sérgio S. Mühlen

Sérgio S. Furuie

É uma satisfação informar neste primeiro número de 2009 que voltamos a receber auxílio do CNPq para a editoração da RBEB. Isto só foi possível pelo sucesso em restabelecer a regularidade nas publicações, alcançada em 2008. Além disso, estamos também com processos de indexação em andamento junto às bases SciELO e SCOPUS, e divulgaremos o resultado assim que a avaliação for concluída.

O CD-ROM com toda a coleção de artigos da RBEB, desde o v. 1 n. 1 até o v. 24 n. 3 está na fase final de testes das ferramentas de buscas, e será em breve distribuído a todos os assinantes da Revista. O mesmo conteúdo também será disponibilizado no sítio eletrônico da RBEB.

Dentre os destaques desta edição, a novidade é trazer aos leitores uma Resenha, elaborada pelo prof. José W. Bassani, do livro “Boas Práticas de Laboratório” (Difusão Editora) organizado pela Dra. Maria de Fátima da Costa Almeida. A obra aborda aspectos conceituais e práticos dos laboratórios de pesquisa, como planejamento e gestão, infraestrutura, uso de animais, acidentes etc. Espero que todos apreciem este tipo de contribuição da RBEB aos pesquisadores que convivem com experimentação laboratorial. Sugestões de Resenhas podem ser encaminhadas ao Editor.

Neste fascículo o leitor encontrará cinco Artigos Originais. O primeiro foi elaborado por pesquisadores da Universidad Favalaro, da Universidad Tecnológica Nacional (ambas argentinas) e da Universidad de la República, do Uruguai. O trabalho busca avaliar o papel do endotélio nas propriedades mecânicas e energéticas da parede arterial sob diferentes frequências de estiramento. Através de experimentação *in vitro* foi possível concluir que a taxa de estiramento relacionada com o comportamento viscoelástico da parede arterial depende do endotélio, na faixa de valores fisiológicos, com curvas pressão-diâmetro ajustadas para morfologias fisiológicas. As células endoteliais podem interferir na regulação dos níveis de viscosidade da parede arterial, o que poderia contribuir para minimizar a dissipação de energia devida a esta viscosidade.

No segundo trabalho, pesquisadores da Faculdade de Engenharia de Bauru (UNESP) propõem a obtenção de modelos computacionais tridimensionais, e apresentam uma aplicação na modelagem de partes ósseas partindo de imagens médicas em formato digital, para análise posterior por elementos finitos. Como a complexidade das formas dificulta a obtenção dos modelos, a solução apresentada foi a construção do modelo a partir de seções transversais, com a ajuda de

um programa computacional desenvolvido para este fim: o *bioMeshCreate*, baseado no *Visualization Toolkit*. Os resultados mostram que é possível ler, interpretar e converter as imagens médicas, visualizar as fatias bidimensionais, reconstruir o volume e gerar a malha de triângulos sobre a superfície reconstruída. Uma vez gerada, a malha pode ser exportada e convertida para formatos compatíveis com *softwares* de análise por elementos finitos, prototipagem rápida etc.

O trabalho seguinte, elaborado por pesquisadores da Universidade Federal de Itajubá e da UNIFESP, apresenta um sensor de temperatura corporal destinado a avaliações de distúrbios do sono. O dispositivo utiliza transistores CMOS compostos e seu baixo consumo (~100 nW, 1 V) o capacita para uso implantável ou acoplado diretamente ao paciente, com vistas a monitoramento remoto, redes de biotelemetria etc. Por se tratar de uma aplicação biomédica, características importantes como consumo, tamanho e conforto ao paciente, além da linearidade da resposta, nortearam o projeto.

O quarto trabalho descreve um *middleware* que utiliza o padrão HL7 (denominado *HL7Middleware*) para reduzir o trabalho de integração e atualização de

sistemas heterogêneos que compartilham uma mesma base de dados, e que disponibilizam o Registro Eletrônico de Saúde para outros sistemas. Neste artigo os pesquisadores da UFSC demonstram a superioridade do *HL7Middleware* na integração de sistemas no HU daquela universidade, sua estabilidade e discutem as vantagens de implantação da solução, tendo como parâmetros o custo, tempo, nível de treinamento da equipe e confiabilidade.

Por fim, no último trabalho desta edição, elaborado por pesquisador do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos – USP, é apresentado o desenvolvimento e resultados preliminares de um sistema de triangulação para topografia de córnea diferente dos convencionais videoceratógrafos baseados em discos de Plácido. O sistema proposto, baseado na iluminação por feixe de luz em forma de fenda e de *software* específico para tratamento da imagem, possibilita não apenas a mensuração da superfície anterior da córnea, mas também da posterior e de outros segmentos do olho, hoje inacessíveis pela videoceratografia convencional.

Uma ótima leitura a todos!