HELICOBACTER PYLORI'DE KLARİTROMİSİN DİRENCİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLE SAPTANMASI

Arzu İRVEM¹, Fetiye KOLAYLI², Sadettin HÜLAGÜ³

¹Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İSTANBUL

²Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ

³Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ

ÖZET

Helicobacter pylori gastrik kronik bakteriyel enfeksiyona en sık neden olan bakteridir. Eradikasyonda en sık kullanılan tedavi rejimi proton pompa inhibitörü (PPI) ile amoksisilin, klaritromisin veya metronidazolü içeren iki antibakteriyel ajanın kombinasyonudur. Klaritromisin, *H.pylori* eradikasyonunda önerilen birçok tedavi protokolünde yer almaktadır ancak, günümüzde klaritromisin direncinin giderek artması eradikasyon tedavisinin başarı oranını azaltmaktadır. Klaritromisin, antibakteriyel etkisini bakterinin 23 rRNA gen bölgesine bağlanarak göstermektedir. Direnç bakterinin ribozomal komponentindeki 23rRNA peptidil transferaz kodlayan gen bölgesindeki nokta mutasyonlar (A2115G, G2141A, A2141G, A2142G, A2143G, A2144G, A2143C, A2142T, T2717C, T2182C) ile olmaktadır. Dirençten sorumlu olan en sık mutasyonlar A2143G ve A2144G olup bu çalışmada gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) metodu ile bu mutasyonların tespiti amaçlanmıştır.

Gastroenteroloji polikliniğine dispeptik şikayetler ile başvuran ve endoskopi yapılması kararlaştırılan 66 kadın, 55 erkek olmak üzere toplam 121 hasta araştırmaya alınmıştır. Hastaların midesinde antrum bölgesinden üç adet biyopsi alınmıştır. Dokudan DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. Dokuda PZR yöntemi ile *H.pylori* pozitif bulunan 78 örnekte gerçek zamanlı PZR yöntemi ile 23S rRNA'daki A2143G ve A2144G nokta mutasyonlarına bağlı klaritromisin direnci araştırılmıştır. Yirmi iki örnekte direnç mutasyonu belirlenmiştir. Beş örnekte 57 ve 65±2°C'de iki pik görülmesi nedeniyle hastaların iki farklı *H.pylori* suşu ile enfekte oldukları düşünülmüştür. Ayrıca beş örnekte 83±2°C pik görülmesine karşın (*H.pylori* pozitif), 57 ve 65±2°C'de pik belirlenememiştir. Bu nedenle bu beş örnek istatistiksel değerlendirmelere dahil edilmemiştir.

Anahtar sözcükler: gerçek zamanlı PZR, *H.pylori*, klaritromisin direnci

SUMMARY

Determination of Clarithromycin Resistance in *Helicobacter pylori* by Molecular Method

Helicobacter pylori is the most common cause of gastric bacterial infection. Among numerous treatment regimens that have been used to eradicate this microorganism, the most recent recommendation is triple therapy, including a proton pump inhibitor and either amoxicillin and clarithromycin or metronidazole and clarithromycin. However, the development of macrolide resistance, mainly clarithromycin, in *H.pylori* is the main risk factor for failure of the standard triple therapy. Given that clarithromycin acts to halt bacterial growth by physically interacting with the 23S rRNA component of the bacterial ribosome, resistance to clarithromycin in clinical *H. pylori* isolates is caused predominantly by distinct point mutations within the peptidyl transferase-coding region of 23S rRNA gene. While A2144G, A2143G, A2142G and A2143C are the four most commonly observed mutations, others like A2142C, A2115G, G2141A, A2142T and T2717C have been described but appear to be infrequent. This study aimed to detect the most common mutations A2142G and A2143G by real-time polymerase chain reaction (PCR).

A total of 121 patients who admitted to gastroenterology outpatient clinic with dyspeptic complaints and underwent endoscopy for investigation of dyspeptic symptoms were included in the present study conducted. Three antral biopsy specimens were obtained from each patient. DNA extraction from tissue was performed. *H.pylori* was detected in 78 patients by PCR. Clarithromycin resistance due to point mutations (A2142G and A2143G) in 23S rRNA gene were investigated via real-time PCR combined with melting curve analysis in *H.pylori* positive samples. Resistance mutations to clarithromycin were detected in 22 isolates. Based on identification of two peaks at 57 and 65±2°C in five samples, patients were considered to be infected with two different *H.pylori* strains. Additionally, while 83±2°C peak was observed in five samples (*H.pylori* positive), no peaks were determined at 57 ve 65±2°C. For this reason, these five samples were not included in the statistical analysis.

Keywords: clarithromycin resistance, *H.pylori*, Real-time PCR

İletişim adresi: Arzu İrvem. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İSTANBUL
GSM: (0532) 302 57 05

e-posta: arzuirvem93@gmail.com

Alındığı tarih: 26.08.2014, Yayına kabul: 26.05.2015

GİRİŞ

Helicobacter pylori dünyada kronik gastrite en sık yol açan bakteridir⁽¹¹⁾. Enfeksiyon asemptomatik seyrettiği gibi peptik ülser, duodenal ülser, gastrit, gastrik mukoza ilişkili lenfatik doku lenfoması ve gastrik kanserle ilişkili olduğu kabul edilmektedir^(2,8). Tedavide en sık kullanılan tedavi rejimi olan üçlü tedavi, proton pompa inhibitörüne ek olarak klaritromisin ve amoksisilin veya metronidazol içermektedir. Bu tedavide başarı oranı % 90'lara ulaşmaktadır^(7,11). Bununla birlikte, özellikle klaritromisine karşı gelişen makrolid direnci, üçlü tedavide başarısızlığa yol açmaktadır^(7,11,13,14). Makrolid direncinin saptanmasında Antibiyotik gradiyent testi, disk difüzyon yöntemi, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Klaritromisin direnci Amerika'da % 5-14, Avrupa'da % 10, ülkemizde ise % 16.8-56 olarak bildirilmiştir⁽¹⁰⁾. Son yıllarda özellikle solunum yolları enfeksiyonlarında makrolid kullanımının artması, klaritromisin direncinde belirgin bir artışa neden olmuştur⁽⁶⁾. Makrolidler, 23S rRNA'nın peptidil transferaz bölgesinden ribozomlara bağlanırlar. *H.pylori*'deki makrolid direnci, 23S rRNA genindeki nokta mutasyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu mutasyonlar yapısal değişikliğe neden olur ve makrolidlerin bağlanması engellenir. Bakterinin 23S rRNA'sında A2115G, G2141A, A2141G, A2142G, A2143G, A2144G, A2143C, A2142T, T2717C, T2182C gibi farklı nokta mutasyonlar görülmüştür^(7,9,14). Dirençten sorumlu mutasyonlardan en sık görülenler A2143G ve A2144G olup, ender olarak A2142C, T2717C ve T2182C mutasyonlarına da rastlanmaktadır. Ancak bu mutasyonların klaritromisin direnci ile ilişkisi tam olarak bilinmemektedir^(7,9).

GEREÇ VE YÖNTEM

Gastroenteroloji Polikliniği'ne mide şikayeti ile gelen ve endoskopi yapılması kararlaştırılan 66'sı kadın, 55'i erkek olmak üzere toplam 121 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Fujinon (Eve precessor Epx-201 H) video endoskopi

uygulanan (EG 201 FP) endoskopi ile hastaların antrumlarından üç adet biyopsi örneği alınmıştır. Biyopsi örneklerinin bir tanesi hızlı üreaz testi için, diğer örnekler ise, kültür ve DNA izolasyonunda kullanılmıştır. Dokudan DNA izolasyonunda "cetyltrimethyl ammonium bromide" (CTAB) ile DNA ekstraksiyonu yöntemi kullanılmıştır⁽¹⁵⁾.

Klaritromisin nokta mutasyonun tespitinde ticari olarak üretilmiş *H.pylori* A2143G veya A2144G nokta mutasyonu tespitine yönelik "Real Time PCR" test kiti HELIOSIS *Helicobacter pylori* LC PCR KIT (Metis Biotek, Ankara, Türkiye) kullanılarak belirlenmiştir. "Melting curve" analizi ne göre sonuçlar değerlendirilmiştir.

Tm noktası +/-2.0, 84 °C, +/- 2.0'de görülen pikler *H.pylori* pozitifliğini gösteren ürüne ait. 57 °C, +/- 2.0'de görülen pikler A2143G veya A2144G mutasyonunu göstermektedir. Hastaların endoskopik bulguları ve nokta mutasyon varlığı karşılaştırılmıştır.

BULGULAR

Doku biyopsilerinden DNA izole edilen 121 biyopsi örneğinin 78'inde klasik PZR yöntemi ile *H.pylori* pozitif tespit edilmiştir⁽⁴⁾. *H.pylori* pozitif 78 örnekte "real-time PCR melting curve" analizi yöntemi ile 23S rRNA'daki A2143G ve A2144G nokta mutasyonlarına bağlı klaritromisin direnci araştırılmıştır. Hastaya ait 22 örnekte nokta mutasyon saptanmış ve klaritromisine dirençli olarak değerlendirilmiştir (Şekil 1). Kırkaltı örnekte A2143G ve A2144G nokta mutasyonu saptanmamıştır (Şekil 2). Beş örnekte 57 ve 65±2°C'de iki pik görülmesi nedeniyle hastanın iki farklı *H.pylori* suşu ile infekte olduğu düşünülmüştür (Şekil 3). Ayrıca beş örnekte 83±2°C pik görülmesine karşın (*H.pylori* pozitif), 57 ve 65±2°C'de pik belirlenememiştir, bu nedenle beş örnek istatistiksel değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Nokta mutasyonların endoskopik bulgular ile karşılaştırılmasında 17 ülserli hastanın dokuzunda, 36 gastritli hastanın 13'ünde, dokuz duodenitli hastanın ikisinde ve dokuz normal tespit edilen hastanın ikisinde nokta mutasyon görülmüştür (Tablo).

Şekil 1. Klaritromisin dirençli A2143G veya A2144G nokta mutasyonunun görüldüğü *H.pylori* 57±2°C'de pik ve 83±2°C'de pik.

Şekil 2. *H.pylori*'de klaritromisin A2143G veya A2144G nokta mutasyonunun görülmediği "melting curve" analizi 65±2°C, 65°C'deki pik ve 83±2°C pik *H.pylori* pozitifliğini göstermektedir.

Şekil 3. Örneklerde nokta mutasyonunun hem varlığını hem de yokluğunu gösteren iki pikin varlığı 57±2°C ve 65±2°C iki pik mevcut 83±2°C pik.

Tablo. Endoskopik bulgular ile klaritromisin nokta mutasyon varlığı.

Endoskopik bulgu	Klaritromisin Nokta mutasyon pozitif	Klaritromisin Nokta mutasyon negatif	Koinfeksiyon
ÜLSER	7 (% 42.9)	10	2
GASTRİT	11 (% 32.5)	23	2
DUODENİT	2 (% 22.2)	7	0
NORMAL	2 (% 30)	6	1

AMC: Amoksisilin-klavulanik asit, TPZ: Piperasilin-tazobaktam, SXT: Trimetoprim sülfametoksazol

TARTIŞMA

Mide ve duodenum hastalıklarında önemli bir halk sağlığı problemi olan *H.pylori* gelişmiş ülkelerde % 25-50, gelişmekte olan ülkelerde % 70-90 prevalansta görülmektedir^(3,5,12). *H.pylori*, International Agency for Research (IARC) tarafından gastro-duodenal hastalıkların gelişmesinde ve kanser etyolojisinde risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle antibiyotik direnci eradikasyon tedavilerinde önemlidir⁽²⁾. *H.pylori* infeksiyonunun tedavisinde amoksisilin, klaritromisin, siprofloksasin, metronidazol, tetrasiklin gibi antibiyotikler kullanılmakta, üçlü tedavi protokolü yedi ya da 14 gün uygulanmaktadır. Ancak bu tedavide kullanılan ilaçlara değişen direnç oranları bildirilmektedir. En sık metronidazol olmak üzere klaritromisin ve siprofloksasin direncine rastlanmaktadır. Bu ilaç grubunun *H.pylori* tedavisi dışında diğer infeksiyon hastalıklarının tedavisinde de artan sıklıkta kullanımına bağlı direnç oranlarının yükseldiği düşünülmektedir. Klaritromisin direnç prevalansı coğrafi olarak farklılık göstermekle birlikte dünya çapında artmaktadır. Amerika'da % 5-14, Avrupa'da % 10, ülkemizde ise % 16.8-56 olarak bildirilmektedir⁽⁸⁾. Avrupa'da güneyde % 18, kuzeyde % 4 olup toplamda % 10 bildirilmiştir. Özbey ve ark.⁽³⁾'ün yaptığı çalışmada A2143G, A2144G ve A2143C nokta mutasyonu saptayan problemler kullanılarak yapılan floresan in situ hibridizasyon metodu ile % 41.9 olarak tespit edilmiştir. Bağlan ve ark.⁽⁵⁾'ün yaptığı çalışmada Antibiyotik gradient testi yöntemi ile % 54.5 (42/77), agar dilüsyon yöntemi ile % 55.8 (43/77) saptamıştır. Minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) agar dilüsyon ile yapılan farklı bir çalış-

mada % 24, moleküler yöntemlerle yapılan çalışmalarda % 21, % 48.2, % 16.8 gibi değişen oranlarda direnç tespit edilmiştir^(1,2,12).

Bu çalışmada A2143G ve A2144G nokta mutasyonları tespit edilen direnç oranı % 34.6 olarak saptanmıştır. Gerçek zamanlı PZR ve "melting curve" analizi ile en sık rastlanan 2 nokta mutasyon çalışılmıştır⁽⁴⁻⁹⁾. Bu nedenle direnç en az % 34.6 demek daha doğru olacaktır. Dirençli suşların endoskopik bulgulara göre dağılımı Tablo'da verilmiştir. Ülserli hasta grubunda % 42.9, gastritli hasta grubunda % 32.5, duodenitli hasta grubunda % 22.2 direnç tespit edilmiştir. Endoskopik bulgular ile nokta mutasyonuna bağlı klaritromisin direnci arasında Pearson ki-kare testine göre anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p=0.74).

Direnç oranları coğrafi bölgeye göre değişmekle birlikte; çalışmaların az sayıda suş içermeleri, tek merkezli olmaları ve farklı metodlar kullanılması nedenleri ile de değişkenlik göstermektedir. Tedavi protokolünün belirlenmesi ve bölgesel direnç oranlarının saptanması *H.pylori* eradikasyonunda önemli olup, standart bir yöntem ile çok merkezli çalışmalar planlanması gerekliliği doğmuştur.

H.pylori nokta mutasyona bağlı klaritromisin direnç oranı en az % 34.6 ve koinfeksiyon oranı % 6.8 olarak tespit edilmiştir. Antibiyotiklere karşı gelişen direncin tedavi başarısızlıkları ile sonuçlandığı bilinmektedir. Bu nedenle direncin uygun duyarlılık yöntemleri ile saptanarak, bölgesel direnç oranlarının izlenmesi, uygun antibiyotik tedavisinin seçilebilmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi için gereklidir.

KAYNAKLAR

1. Baglan PH, Bozdayı G, Özkan M, Ahmed K, Bozdayı AM, Özden A. Clarithromycin resistance prevalence and IcaA gene status in *Helicobacter pylori* clinical isolates in Turkish patients with duodenal ulcer and functional dyspepsia, *J Microbiol* 2006;44(4):409-16.
2. Bakır Özbey S, Özakin C, Keskin M. *Helicobacter pylori* izolatlarının antibiyotik direnç oranları ve klaritromisine dirençli suşların saptanmasında E-test ve floresan in situ hibridizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması, *Mikrobiyol Bul* 2009;43(2): 227-34.
3. Gerrits MM, van Vliet AH, Kuipers EJ, Kusters JG. *Helicobacter pylori* and antimicrobial resistance: molecular mechanisms and clinical implications, *Lancet Infect Dis* 2006;6(11):699-709. [http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099\(06\)70627-2](http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(06)70627-2)
4. İrvem A, Kolaylı F, Hülügü S. Dispeptik yakınmalı hastalarda *Helicobacter pylori* virulans genleri ile endoskopik bulguların karşılaştırılması, *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 2013;43(3):104-11.
5. Kabir S. Detection of *Helicobacter pylori* in faeces by culture, PCR and enzyme immunoassay, *J Med Microbiol* 2001;50(12):1021-9.
6. Kaneko F, Suzuki H, Hasegawa N et al. High prevalence rate of *Helicobacter pylori* resistance to clarithromycin during long-term multiple antibiotic therapy for chronic respiratory disease caused by non-tuberculous mycobacteria, *Aliment Pharmacol Ther* 2004;20(Suppl 1):62-7 <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2036.2004.01993.x>
7. Kargar M, Ghorbani-Dalini S, Doosti A, Souod N. Real-time PCR for *Helicobacter pylori* quantification and detection of clarithromycin resistance in gastric tissue from patients with gastrointestinal disorders, *Res Microbiol* 2012;163(2):109-13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2011.11.005>
8. Kusters JG, van Vliet AH, Kuipers EJ. Pathogenesis of *Helicobacter pylori* infection, *Clin Microbiol Rev* 2006;19(3):449-90. <http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00054-05>
9. Lascols C, Lamarque D, Costa JM et al. Fast and accurate quantitative detection of *Helicobacter pylori* and identification of clarithromycin resistance mutations in *Helicobacter pylori* isolates from gastric biopsy specimens by real-time PCR, *J Clin Microbiol* 2003;41(10):4573-7. <http://dx.doi.org/10.1128/JCM.41.10.4573-4577.2003>
10. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C et al. Current concepts in the management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht III Consensus Report, *Gut* 2007;56(6):772-81 <http://dx.doi.org/10.1136/gut.2006.101634>
11. Oleastro M, Menard A, Santos A et al. Real-time PCR assay for rapid and accurate detection of point mutations conferring resistance to clarith-

- romycin in *Helicobacter pylori*, *J Clin Microbiol* 2003;41(1):397-402.
<http://dx.doi.org/10.1128/JCM.41.1.397-402.2003>
12. Parsonnet J, Harris RA, Hack HM, Owens DK. Should we treat *Helicobacter pylori* infection to prevent gastric cancer? *Gastroenterology* 1997; 112(3):1044-5.
<http://dx.doi.org/10.1053/gast.1997.v112.agast971044>
13. Tankovic J, Chaumette-Planckaert MT, Deforges L et al. Routine use of real-time PCR for detection of *Helicobacter pylori* and of clarithromycin resistance mutations, *Gastroenterol Clin Biol* 2007; 31(10):792-5.
[http://dx.doi.org/10.1016/S0399-8320\(07\)73967-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0399-8320(07)73967-2)
14. Vega AE, Alarcón T, Domingo D, López-Brea M. Detection of clarithromycin-resistant *Helicobacter pylori* in frozen gastric biopsies from pediatric patients by a commercially available fluorescent in situ hybridization, *Diagn Microbiol Infect Dis* 2007;59(4):421-3.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2007.06.020>
15. Wilson K. Preparation of Genomic DNA from Bacteria, *Curr Protoc Mol Biol* (2001).
<http://dx.doi.org/10.1002/0471142727.mb0204s56>